



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.08.2019 r.

Znak sprawy Nr RPOZP 20/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 7

Dotyczy zadania nr 10, Zał. nr 1 do SIWZ- wymagania Zamawiającego

1. Dot. pkt. 2- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię pozwalającą na wykonanie mycia i dezynfekcji 2 endoskopów w czasie <1h?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

2. Dot. pkt. 14- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883-1 w przypadku suszenia nawiewowego myjnia była wyposażona w system filtracji przy pomocy filtra HEPA klasy min. H14.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

3. Dot. pkt. 18- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga aby zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883-1 w przypadku suszenia nawiewowego myjnia była wyposażona w system filtracji przy pomocy filtra HEPA klasy min. H14.

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

4. Dot. pkt. 20- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnie wyposażoną w kolorowy ekran LCD wyświetlający wymagane parametry oraz przyciski dotykowe? Pod względem funkcjonalnym proponowane rozwiązanie jest identyczne z opisanym w SIWZ.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

5. Dot. pkt. 25- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię zasilaną prądem 1-fazowym (230V, 50Hz)? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w Polsce, nie wymagające od Zamawiającego żadnych adaptacji przyłączy.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Dot. pkt. 27- Prosimy o odstąpienie od wymogu kompatybilności z systemem Endobox. Jest to autorski system firmy VARIMED, do którego można podłączyć tylko i wyłącznie urządzenia oferowane przez tą firmę. Wprowadzenie takiego zapisu ogranicza konkurencję i naraża Zamawiającego na niepotrzebnie zwiększone koszty zakupu urządzenia.

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

7. Dot. pkt. 27- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga podłączenia do zewnętrznego komputera klasy PC czy też wymaga jedynie możliwości takiego podłączenia?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

8. Dot. pkt. 28- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga podłączenia automatycznego systemu rozpoznawania endoskopów czy też wymaga jedynie możliwości takiego podłączenia?

Odp.: Zgodnie z SIWZ.

9. Dot. pkt. 29- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga przedstawienia badań dokumentujących przeprowadzenie walidacji oraz badań typu zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 15883-4 dla każdego zestawu środków, co potwierdzałoby skuteczność procesu mycia i dezynfekcji przy ich zastosowaniu?


Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

10. Dot. pkt. 45- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia spełniała wymagania normy PN-EN ISO 15883-1 oraz PN EN ISO 15883-4?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

11. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia była wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych?

Odp.: Zamawiający wymaga.

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82