



## Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 03.10.2023 r.

### **Do wszystkich Uczestników postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu. Znak sprawy – TP-72/2023 - dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań koagulologicznych dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

Dot. Parametru granicznego, zał. 1A, pkt 40 tabeli (Zapewnienie w ramach umowy kontroli zewnętrznej przynajmniej 12 razy w roku. Kontrola minimum z 20 (PT) uczestnikami korzystającymi z oferowanego systemu (załączyć potwierdzenie):

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje załączenia potwierdzenia jednoznacznie wskazującego, że liczba uczestników korzystających z oferowanego odczynnika do PT (całkowita zbieżność nazwy odczynnika wymienionego w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej z odczynnikiem wymienionym w formularzu ofertowym) wynosi minimum 20 uczestników kontroli.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje.**