



„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
99-300 Kutno ul. Kościuszki 52
tel. centr.24 38 80 200 tel./fax 24 38 80 201
e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl www. szpital.kutno.pl
REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dnia 03.02.2023 r.

WYJAŚNIENIA Nr 1 DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **OPRZYRZĄDOWANIE DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH**

Nr postępowania: **ZP/2/23**

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16), udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. **Dotyczy § 2 ust. 12 projektu umowy** - W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie, w § 2 ust. 12 projektu umowy, 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zamianę słów „...od zgłoszenia danej reklamacji” na „... od dnia uznania danej reklamacji”.
Zgodnie z zapisami projektu umowy.
2. **Dotyczy zapisów § 9 ust. 1** - Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
 - 1) za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru;
Zgodnie z zapisami projektu umowy.
 - 2) za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami;
Zgodnie z zapisami projektu umowy.
3. **Dotyczy projektu umowy** - Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?
Zamawiający wyraża zgodę i w § 4 wprowadza ust. 9 o następującej treści:
„5. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, (Dz.U.2022.931 t.j. z dnia 2022.04.29) Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na adres poczty e-mail Zamawiającego: nzozkss@szpital.kutno.pl, z następującego adresu poczty e-mail@..... należącego do Wykonawcy.”
4. **Dotyczy Pakietu nr 29 poz.1** - Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji osłonek w opakowaniach zbiorczych 144 szt.
Zamawiający dopuszcza.
5. **Dotyczy Pakietu nr 29 poz.2** - Prosimy o informację czy Zamawiający w ww. pozycji oczekuje papieru oryginalnego producenta Mitsubishi czy dopuszcza papier kompatybilny.Producent papieru Mitsubishi nie zaklasyfikował tego wyrobu jako wyrób medyczny, w związku z powyższym będzie on sprzedawany na 23% stawce Vat. w przeciwieństwie do papieru kompatybilnego innego producenta. Kompatybilny papier jest z powodzeniem stosowany w wielu szpitalach.
Zgodnie z zapisami SWZ.

6. Dotyczy projektu umowy, par. 2 ust. 8 - Prosimy o dopuszczenie możliwości dostarczenia kompletu aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu i użytkowania wraz z podpisaną umową zamiast z pierwszą dostawą.

Zamawiający wyraża zgodę.

7. Dotyczy Pakietu Nr 18, 19, 32 - W związku z w/w postępowaniem prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie narzędzi o nieznacznie różniących się parametrach, umożliwiając tym samym złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty naszej firmie.

1) Pakiet 18 – Narzędzia

Lp. 6 Raspator o długości 215 mm.

Zamawiający dopuszcza.

Lp. 10 Nasadki o długości 135 mm.

Zamawiający dopuszcza.

2) Pakiet 19 – Sondy typu Nabotoffa do ekstrypacji żył

Lp. 1 Zestaw z linką/prowadnicą elastyczną o długości 900 mm.

Zamawiający dopuszcza.

3) Pakiet 32 – Narzędzia chirurgiczne

Lp. 11 Kleszcze o długości 240 mm.

Zamawiający dopuszcza.

Lp. 13 Nożyczki o długości 160 mm.

Zamawiający dopuszcza.

8. Dotyczy zapisów SWZ - Prosimy także o wydłużenie terminu dostawy do 49 dni od daty otrzymania zamówienia. Prośbę naszą uzasadniamy tym, że przedmiot zamówienia stanowi wysokiej jakości sprzęt medyczny, a także ze względu na wejście w życie regulacji Medical Device Regulation 2017/745 wydłużającej procesy produkcyjne i certyfikacyjne wyrobów medycznych oraz obostrzenia związane z COVID-19 jak również problemy z brakiem stali chirurgicznej na światowych rynkach, z powodu wojny w Ukrainie.

Zamawiający nie wyraża zgody

9. Dotyczy Pakietu nr 44:

1) Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy osłonki 2,4 mm, długość robocza 240 cm, stała dostępność pętli o średnicy 10, 15, 25, 32 mm.

Zamawiający nie dopuszcza.

2) Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm, średnica igły 0,6 mm i 0,7 mm (do wyboru), długość igły 5 mm i 6 mm (do wyboru).

Zamawiający nie dopuszcza.

3) Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy 2,6 mm.

Zamawiający nie dopuszcza.

4) Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosa 6mm, długość robocza 2300 mm.

Zamawiający dopuszcza.

5) Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie szczotek o średnicy włosa 6 mm i 12 mm.

Zamawiający dopuszcza.

6) Prosimy o podanie oznaczenia urządzenia do którego mają pasować butle opisane w pozycji 7.

Butle WT-4.

10. Dotyczy Pakietu 18, poz. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na kontener, wym. 587 x 279 x 146 mm, Pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.

11. Dotyczy Pakietu 18, poz. 14 - Czy Zamawiający wymaga nożyczki o dł. 14 cm, czy 10,5 cm?

Nożyczki o dł. 14 cm – część tnąca.

12. Dotyczy Pakietu 19 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zestaw z prowadnicą elastyczną o dł. 90 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.

13. Dotyczy Pakietu 32, poz. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki, dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.

14. Dotyczy Pakietu 32, poz. 9 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na kaniulę, 1,5 x 80 mm, pozostałe parametry bez zmian

Zamawiający dopuszcza.

15. **Dotyczy Pakietu 32, poz. 11** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na kleszcze, dł. 240 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
16. **Dotyczy Pakietu 32, poz. 15** - Czy Zamawiający wyraża zgodę na nożyczki, dł. 380 mm, pozostałe parametry bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
17. **Pytanie 1 Pakiet 25 Pozycja 2**
W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o informacje ile odprowadzeń ma mieć kabel ? Trzy czy pięć ?
Kabel powinien mieć 5 odprowadzeń.
18. **Dotyczy Pakietu 25 Pozycja 5-** W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.
Zamawiający nie posiada numeru katalogowego lub numeru REF.
19. **Dotyczy Pakietu 25 Pozycja 2** -W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.
Zamawiający nie posiada numeru katalogowego lub numeru REF.
20. **Dotyczy Pakietu 26 Pozycja 2** - W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o informacje ile odprowadzeń ma mieć kabel ? Trzy czy pięć ?
Kabel ma mieć 5 odprowadzeń.
21. **Dotyczy Pakietu 26 Pozycja 2**-W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.
Zamawiający nie posiada numeru katalogowego lub numeru REF.
22. **Dotyczy Pakietu 26 Pozycja 3**-W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.
Zamawiający nie posiada numeru katalogowego lub numeru REF.
23. **Dotyczy Pakietu 26 Pozycja 6,7,8** - Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 6,7,8 z pakietu 26 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wdzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo - cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie?
Zamawiający nie wyraża zgody.
24. **Dotyczy Pakietu 28 Pozycja 1** - W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o informacje dla kogo ma być przeznaczony Czujnik
Czujnik ma być przeznaczony dla noworodków.
25. **Dotyczy Pakietu 28 Pozycja 2-** W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika.
Zamawiający nie posiada numeru katalogowego lub numeru REF.
26. **Dotyczy Pakietu 28 Pozycja 2** - W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o informacje czy chodzi o czujniki jednorazowe ?
Tak, chodzi o czujniki jednorazowe.
27. **Dotyczy Pakietu 28 Pozycja 3** -W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego przedłużacza.
Zamawiający nie posiada numeru katalogowego lub numeru REF.
28. **Dotyczy Pakietu 33 Pozycja 2** - Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie Mankietu rozmiar 25-35 cm ? Reszta bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
29. **Dotyczy Pakietu 33 Pozycja 3** - Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie Mankietu rozmiar 21-28 cm ? Reszta bez zmian.
Zamawiający dopuszcza.
30. **Dotyczy Pakietu 33 Pozycja 7** -W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika
Zamawiający nie posiada numeru katalogowego lub numeru REF.
31. **Dotyczy Pakietu 33 Pozycja 10**-W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego czujnika
Zamawiający nie posiada numeru katalogowego lub numeru REF.

32. Dotyczy Pakietu 33 Pozycja 1 -W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji jaki konektor wymaga Zamawiający. W opisie zostały podane różne kardiomonytory. To wymaga zaoferowania różnego asortymentu a co za tym idzie innej ceny na każdy produkt.

Zgodnie z zapisami SWZ.

33. Dotyczy Pakietu 33 Pozycja 12 - W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji jaki wężyk wymaga Zamawiający. W opisie zostały podane różne kardiomonytory. To wymaga zaoferowania różnego asortymentu a co za tym idzie innej ceny na każdy produkt.

Zgodnie z zapisami SWZ.

34. Dotyczy Pakietu 34 Pozycja 1 -W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji jaki kabel wymaga Zamawiający. W opisie zostały podane różne kardiomonytory. To wymaga zaoferowania różnego asortymentu a co za tym idzie innej ceny na każdy produkt.

Zgodnie z zapisami SWZ.

35. Dotyczy Pakietu 34 Pozycja 1-W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji czy chodzi o kabel główny, kompletny czy rozłączny ?

Dotyczy kabla głównego.

36. Dotyczy Pakietu 34 Pozycja 2-W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Zamawiający nie posiada numeru katalogowego lub numeru REF.

37. Dotyczy Pakietu 34 Pozycja 3-W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Zamawiający nie posiada numeru katalogowego lub numeru REF.

38. Dotyczy Pakietu 34 Pozycja 4 -W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF obecnie używanego kabla.

Zamawiający nie posiada numeru katalogowego lub numeru REF.

39. Dotyczy Pakietu nr 3:

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania produkt alternatywny do opisanego w SWZ, tj.:

- Okularki jednoczęściowe
- Wykonane z miękkiego materiału pokrytego delikatną, silikonową warstwą adhezyjną.
- Użyty materiał blokuje 99,95% światła widzialnego i UV (potwierdzone wynikami badań jednostki niezależnej);
- Bez dodatku lateksu i kleju.
- Hypoalergiczne.
- Kontakt z okiem wyłącznie poprzez czystą, 100% bawełnę, bez dodatku barwników.
- Sposób założenia i zdjęcia okularków odbywa się bezboleśnie i dotyczy wyłącznie okolic oczu, bez konieczności podnoszenia główki, zmiany pozycji noworodka
- Założenie nie wymaga stosowania rzepów i opasek wokół głowy pacjenta.
- Przeznaczone dla jednego pacjenta, do wielokrotnego użytku.
- Dołączony plastikowy arkusz umożliwi higieniczne przechowywanie okularków podczas przerwy w fototerapii;
- Bezbolesne zdejmowanie.
- Do wyboru trzy rozmiary, w zależności od wagi (≤ 900 g, < 1000 g i > 1000 g) i wielkości główki noworodka.



Zamawiający nie dopuszcza.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał aby ubieranie, ściąganie lub wymiana okularków nie wymuszały konieczności rozłączania, przemieszczania lub zdejmowania urządzeń podłączonych do twarzy noworodka oraz zmiany pozycji noworodka ?

Zamawiający wymaga.

40. Dotyczy pakietu nr 3 - Czy Zamawiający wymaga okularków w następujących rozmiarach:
micro poniżej 28 cm
Small – 28- 34 cm
Large – powyżej 34 cm
do wyboru przez Zamawiającego?

Zamawiający wymaga rozmiary:

Small – 28- 34 cm

Large – powyżej 34 cm

41. Dotyczy pakietu nr 3 - Czy Zamawiający wymaga aby okularki posiadały badania dotyczące nie przenikania fal świetlnych w zakresie min. 99.9 %?. Przenikanie fal świetlnych powoduje uszkodzenie siatkówki oka. Okularki należy zdejmować co 4 godziny celem oceny stanu oczu pod kątem obrzęków, wydzieliny lub cech infekcji, dlatego tak ważne jest aby okularki do fototerapii posiadały odpowiednie badania w zakresie nie przenikania fal świetlnych celem zminimalizowania skutków ubocznych działania UV.

Zamawiający wymaga.

42. Dotyczy pakietu nr 3 - Czy w związku, z coraz częstszym występowaniem na oddziałach zapalenia spojówek u noworodków, Zamawiający wymaga, aby okularki posiadały wklęsnięcia od strony oczodołów, co umożliwi fizjologiczne nawilżenie oka poprzez naturalny ruch powieką?

Zamawiający wymaga.

43. Dotyczy pakietu nr 4 - Czy Zamawiający wymaga aby okularki składały się z dwóch niezależnych części oraz posiadały dwa rzepy o długości około 24 mm, do regulacji w okolicy skroniowej celem idealnego dopasowania do główki dziecka?

Zamawiający dopuszcza.



44. Dotyczy wzoru umowy w zakresie pakietu 46

1) par. 2 ust, 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczone zostały dokumenty w formie elektronicznej (CD, email, strona internetowa)?

Zamawiający nie wyraża zgody.

2) par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody"? Ewentualnie dodanie: „wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści”?

Zamawiający nie wyraża zgody.

3) par. 11 Czy Zamawiający uznaje, że warunki trwającego zagrożenia epidemiologicznego stanowią okoliczności siły wyższej?

Zamawiający w § 11 nie wskazuje zapisów dotyczących „siły wyższej”.

45. Dotyczy Pakietu 18 pozycji nr 3 - Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 18 pozycji nr. 3** kontener o wymiarach 580x280x150 mm , pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający dopuszcza.

46. Dotyczy Pakietu 18 pozycji nr 4 - Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 18 pozycji nr. 4** odgryzacz o nazwie Stille Luer , pozostałe parametry bez zmian ?

Zamawiający dopuszcza

47. Dotyczy Pakietu 18 pozycji nr 8 – Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 18 pozycji nr.8** Łyżeczkę ginekologiczną Schroeder fig. 4 o długości 31 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Zamawiający dopuszcza

48. Dotyczy Pakietu 18 pozycji nr 11-12 - Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 18 pozycji nr. 11-12** kleszczyki Rochester Pean, pozostałe parametry bez zmian ?

Zamawiający dopuszcza

49. Dotyczy Pakietu 18 pozycji nr 13 - Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 18 pozycji nr. 13** kleszczyki Rochester Ochsner proste lub zagięte ?

Zamawiający dopuszcza

50. Dotyczy Pakietu 18 pozycji nr 14 - Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 18 pozycji nr. 14** nożyczki o długości 14,5 cm oraz 10,5 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Zamawiający dopuszcza

51. Dotyczy Pakietu 18 pozycji nr 15 - Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 18 pozycji nr. 15** nożyczki Lister z kulką o długości 20 cm ?

Zamawiający dopuszcza

52. Dotyczy Pakietu 32 pozycji nr 11- Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 32 pozycji nr. 11** kleszczyki Wolf o długości 24 cm, pozostałe parametry bez zmian ?

Zamawiający dopuszcza

- 53. Dotyczy Pakietu 32 pozycji nr 12** - Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 32 pozycji nr. 12** nożyczki do cięcia drutu o długości 22,5 cm ?
Zamawiający dopuszcza
- 54. Dotyczy Pakietu 32 pozycji nr 13** - Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie 32 pozycji nr.13** nożyczki do cięcia drutu o długości 16 cm lub 18 cm ?
Zamawiający dopuszcza w nożyczki do cięcia drutu o długości 16 cm.
- 55. Dotyczy Pakietu Nr 35:**
- 1) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w PAKIECIE 35 wymaga wtyku w systemie AGA czy typu DIN?
Wtyk w systemie AGA
 - 2) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w PAKIECIE 35 wymaga wtyku w systemie AGA z bolczykiem stabilizującym na godzinie 12?
Bez bolczyka.
 - 3) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający w PAKIECIE 35 akceptują dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej?
Zamawiający dopuszcza.
- 56. Dotyczy Pakietu Nr 18 - Narzędzia**
- Poz 3.** Czy Zamawiający dopuści Kontener sterylizacyjny, wykonany z anodyzowanego stopu aluminium, o wymiarach 592 x 274 x 135 lub 592 x 274 x 187 lub 600 x 272 h:138 mm (dł.x szer.x wys.) z pokrywą perforowaną w kolorze srebrnym?
Zamawiający dopuszcza.
- Poz 8.** Czy Zamawiający dopuści Łyżka ginekologiczna Simon, szer. 11,5 mm, dł. 240 mm?
Zamawiający nie dopuszcza.
- Poz 8.** Czy Zamawiający dopuści Łyżka ginekologiczna bez nazwy własnej, szer. 10 mm, uchwyt z tworzywa, dł. 270 mm?
Zamawiający nie dopuszcza.
- Poz 10.** Czy Zamawiający dopuści Nasadki do ostrzy jednorazowych nr 4, dł. 135 mm?
Zamawiający dopuszcza.
- Poz 13.** Czy Zamawiający wymaga Kleszcze Kocher proste czy odgięte?
Zamawiający wymaga Kleszcze Kocher proste.
- 57. Dotyczy Pakietu Nr 19 - Sondy typu Nabatoffa do ekstrakcji żył**
- Poz 1.** Czy Zamawiający dopuści Sondę Nabatoffa zestaw: - końcówka metalowa zamiast plastikowej, - końcówka metalowa 3mm, -cztery oliwki od 6 do 15mm,-prowadnica elastyczna 1000mm,-uchwyt T?
Zamawiający dopuszcza.
- 58. Dotyczy Pakietu Nr 32 - NARZĘDZIA CHIRURGICZNE**
- Poz 5.** Czy Zamawiający dopuści Kleszcze do zdejmowania klamer typu Collin, dł.130 mm?(poniżej zdjęcie)



Zamawiający dopuszcza.

Poz 8. Czy Zamawiający dopuści Kaniuła prosta z oliwką Luer, 1,2x95mm?

Zamawiający dopuszcza.

Poz 9. Czy Zamawiający dopuści Kaniuła zagięta z oliwką Luer 1,5x100mm lub 2,0 x 100 mm?

Zamawiający dopuszcza wymiar 2,0 x 100 mm.

Poz 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 10 z pakietu?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Poz 11. Czy Zamawiający dopuści Kleszcze Wolf do zdejmowania gipsu dł.24cm?

Zamawiający dopuszcza.

Poz 12. Czy Zamawiający dopuści Kleszcze do cięcia drutu 22cm?

Zamawiający dopuszcza.

Poz 13. Czy Zamawiający dopuści Nożyczki do cięcia drutu 18cm?

Zamawiający dopuszcza.

59. **Dotyczy Pakietu nr 18,19,32** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w pakiecie nr 18,19,32 na 10 lub 20 dni roboczych?
Zamawiający nie wyraża zgody.
60. **Dotyczy Pakietu nr 25:**
poz.2 Prosimy o określenie ilości pinów we wtyczce od strony urządzenia: 6 czy 12
Ilość pinów we wtyczce od strony urządzenia: 12.
poz.5 Prosimy o podanie numeru ref. dotyczącego używanego czujnika
Zamawiający nie posiada numeru ref.
61. **Dotyczy Pakietu nr 26:**
poz.2 Prosimy o określenie ilości pinów we wtyczce od strony urządzenia: 6 czy 12
Ilość pinów we wtyczce od strony urządzenia: 12.
poz.3 Prosimy o podanie numeru ref. dotyczącego używanego czujnika
Zamawiający nie posiada numeru ref. dotyczącego używanego czujnika.
poz.6 Prosimy o wyłączenie z pakietu
Zamawiający nie wyraża zgody.
62. **Dotyczy Pakietu nr 27:**
poz.1 Prosimy o dopuszczenie czujnika dla pacjentów o wadze 3-20 kg
Zamawiający dopuszcza.
poz.5 Prosimy o określenie technologii wymaganych czujników: analogowa (Nellcor) czy cyfrowa (Digital)
Technologia analogowa.
63. **Dotyczy Pakietu nr 28:**
poz. 3 Prosimy o podanie ilości pinów we wtyczce używanego dotychczas przewodu
12 pinów.
64. **Dotyczy Pakietu nr 33:**
poz.2 Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozm. 27,5-36,5 cm
Zamawiający dopuszcza.
poz. 3 Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozm. 20-28 cm
Zamawiający dopuszcza.
poz. 4 Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozm.: 4-8 cm, 6-11 cm, 7-13 cm
Zamawiający nie dopuszcza.
65. **Dotyczy Pakietu nr 34:**
poz. 2 Prosimy o wyłączenie z pakietu. Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 3,4 m
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z pakietu
Zamawiający dopuszcza przewód o długości 3,4 m.
poz.3 Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 3,4 m
Zamawiający dopuszcza przewód o długości 3,4 m.
poz.4 Prosimy o dopuszczenie elektrod w rozm. 23x30 mm
Zamawiający dopuszcza.
66. **Dotyczy Pakietu nr 39:**
poz.2 Prosimy o dopuszczenie elektrod bez funkcji CPR
Zamawiający nie dopuszcza.
poz.3 Prosimy o podanie numeru ref. dotyczącego używanego czujnika
Zamawiający nie posiada numeru ref.
poz.4 Prosimy o podanie numeru ref. dotyczącego używanego adaptera
Zamawiający nie posiada numeru ref.
poz.8 Prosimy o podanie kształtu gniazda SpO2 w urządzeniu: okrągłe czy prostokątne
Gniazdo okrągłe.
poz.9 Prosimy o podanie rodzaju przetworników IBP, z którymi ma być kompatybilny kabel (np. Edwards, B.Braun, Medex itp.)
Kompatybilny z kardiomonitorem firmy Emtel – zgodnie z opisem (Załącznik Nr 2 do SWZ)
poz.10 Prosimy o podanie modelu urządzenia, z którym ma współpracować pułapka wodna oraz jej numeru ref.
Aparat do znieczulenia Leon, Syriusz BLEASE
poz.11 Prosimy o podanie modelu urządzenia, z którym ma współpracować linia próbkująca
Aparat do znieczulenia Leon, Syriusz BLEASE
67. **Dotyczy pakietu nr 18:**
poz.1 - Czy Zamawiający w **pakiecie nr 18, w punkcie: 1.** dopuści: Imadło typu Mayo-Hegar, utwardzane, wkładka z węglików spiekanych, rękojeść w kolorze złota, dł 150 mm?
Zamawiający dopuszcza.
poz. 2 - Czy Zamawiający w **pakiecie nr 18, w punkcie: 2.** dopuści: Imadło typu Mayo-Hegar, utwardzone, bransze robocze ryflowane, rękojeść w kolorze złotym, dł 185 mm?

Zamawiający dopuszcza.

poz. 3 - Czy Zamawiający w **pakiecie nr 18, w punkcie: 3.** dopuści: Kontener sterylizacyjny, wykonany z anodowanego stopu aluminium, o wym 592x281x152 mm (dł.x szer.x wys.) z pokrywą perforowaną w kolorze srebrnym?

Zamawiający dopuszcza

poz. 4 - Czy Zamawiający w **pakiecie nr 18, w punkcie: 4.** dopuści: Odgryzacz kostny Stille, przegubowy, bocznie odgięty, szer części roboczej 6 mm, dł. 240 mm?

Zamawiający dopuszcza

poz. 6 - Czy Zamawiający w **pakiecie nr 18, w punkcie: 6.** dopuści: Raspator LAMBOTTE, dł. 215 mm, szer. 15 mm?

Zamawiający dopuszcza

poz. 8 - Czy Zamawiający w **pakiecie nr 18, w punkcie: 8.** dopuści: Łyżka ginekologiczna Schroeder, fig. 4, długość maksymalnie 310 mm?

Zamawiający dopuszcza

poz. 13 - Czy Zamawiający w **pakiecie nr 18, w punkcie: 13.** dopuści: Kleszcze Kocher (18,5cm - 7 1/8)?

Zamawiający dopuszcza

poz. 14 - Czy Zamawiający w **pakiecie nr 18, w punkcie: 14.** dopuści: Nożyczki chirurgiczne 0/T 14,5 cm koniec ostry-tępy?

Zamawiający dopuszcza

68. Dotyczy Pakietu nr 32:

poz. 8 - Czy Zamawiający w **pakiecie nr 32, w punkcie: 8.** dopuści: Kaniuła prosta z oliwką Luer, 1,2x90mm?

Zamawiający dopuszcza

poz. 9 - Czy Zamawiający w **pakiecie nr 32, w punkcie: 9.** dopuści: Kaniuła zagięta z oliwką Luer 2,4x95mm?

Zamawiający nie dopuszcza.

poz. 11 - Czy Zamawiający w **pakiecie nr 32, w punkcie: 11.** dopuści: Kleszcze Wolf do zdejmowania gipsu dł.24cm?

Zamawiający dopuszcza

poz. 12 - Czy Zamawiający w **pakiecie nr 32, w punkcie: 12.** dopuści: Nożyczki do cięcia drutu 23,5cm?

Zamawiający dopuszcza

poz. 15 - Czy Zamawiający w **pakiecie nr 32, w punkcie: 15.** dopuści: Nożyczki do cięcia gipsu 36cm?

Zamawiający dopuszcza

69. Dotyczy Pakietu nr 43 - Sprzęt laryngoskopowy:

1) Dotyczy pozycji 1 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łyżki do laryngoskopu bez wymiennego modułu światłowodu,

Zamawiający nie dopuszcza.

2) Dotyczy pozycji 5, 6, 7 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający na myśli worek samorozprężalny wykonany z silikonu a rezerwuar tlenu z PVC,

Zamawiający dopuszcza worek samorozprężalny wykonany z silikonu a rezerwuar tlenu z PVC.

3) Dotyczy pozycji 6 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka samorozprężalnego dla dzieci o pojemności 500ml?

Zamawiający dopuszcza.

70. Dotyczy Pakietu nr 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylną taśmę samoprzylepną o wymiarach 10 x 50 cm, spełniającą pozostałe wymagania?

Zamawiający dopuszcza

71. Dotyczy Pakietu 6, pozycja 1 - Czy Zamawiający ma na myśli maty dekontaminacyjne 6000szt po a'30warstw czy Zamawiający ma na myśli 200szt mat pakowanych po 30warstw (listków) w każdej macie.

Zamawiający dopuszcza 200szt mat pakowanych po 30warstw (listków) w każdej macie.

72. Dotyczy Pakietu nr 24, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę szyn w opakowaniu a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

73. Dotyczy Pakietu nr 29, pozycja 1 - Czy Zamawiający ma na myśli osłonkę na głowicę USG dostępną w wersji pudrowanej lub nawilżanej?

Zamawiający ma na myśli osłonkę na głowicę USG dostępną w wersji nawilżanej.

74. Dotyczy Pakietu nr 29, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek na głowicę w opakowaniu a'144szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuszcza.

75. DOTYCZY PAKIETU NR 3 – OKULARKI DO FOTOTERAPII - Czy w celu zachowania maksymalnej ochrony Zamawiający oczekuje okularków do fototerapii noworodków, renomowanej amerykańskiej firmy

jednorazowego użytku, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie. Wykonane z delikatnego materiału typu Velcro, przepuszczającego promienie lecznicze jednak z dodatkową ochroną oczu na poziomie 99,9% potwierdzone niezależnymi badaniami, zapinane na rzep na potylicy, z dodatkowymi uchwytami na przodzie ułatwiającymi dopasowanie, w kształcie litery Y, co powoduje, że dopasowują się do główki dziecka oraz zabezpiecza to przed zsuwaniem się okularów, dokładnie obejmujące główkę, Wykonane z jednego kawałka materiału.

dostępne w trzech rozmiarach – Noworodki, rozmiar 30 – 38 cm, szerokość 56 mm, identyfikator rozmiaru - kolor turkusowy, Wcześniejsi 24 – 33 cm, szerokość opaski 46 mm, identyfikator rozmiaru - kolor zielony, Mikro - 20-28 cm, szerokość opaski 46mm, identyfikator rozmiaru - kolor granatowy. Oznaczenia rozmiarów (naklejki identyfikacyjne) na indywidualnym opakowaniu (nie na okularkach) – jako dodatkowa prewencja incydentów medycznych ?

Zamawiający dopuszcza.

76. Dotyczy projektowanych postanowień umowy - Czy zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy wynikających za § 9 na następujące:

„§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:

- 1) za zwłokę w dostawie towaru, w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 2) za dostarczenie towaru z wadami 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości(...)

Zamawiający nie wyraża zgody.

77. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 11- Prosimy o doprecyzowanie zapisu o poniższą klauzulę:

„(...) o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności, chyba że Zamawiający wyraził na to zgodę za ówczesną informacją od Wykonawcy.”

Zamawiający wyraża zgodę i w związku z tym §2 ust. 11 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca dostarczy Zamawiającemu towar z terminem ważności nie krótszym niż: 12 m-cy od dnia dostawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostawy zawierającej towar o krótszym niż wskazany w umowie terminie ważności. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

78. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub braków ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub dostarczy brakujący towar zgodnie z zamówieniem (co do rodzaju, jakości i ilości) – w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną. Czas rozpatrzenia reklamacji strony określają na maksymalnie 3 dni od zgłoszenia.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

79. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 7 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiający oświadcza, że oszacował ilość zamawianego towaru z należytą starannością, w oparciu o dane z lat ubiegłych, jednakże ze względu na losowy charakter zapotrzebowania (uzależnione od czynników niezależnych – tj. rodzaju schorzeń u pacjentów Zamawiającego) zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości towaru od ilości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, a Wykonawca oświadcza, że wyraża na to zgodę i nie obciąży Zamawiającego jakimikolwiek negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 40% wartości całego zamówienia.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

80. Dotyczy warunków umowy § 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze bądź będzie realizował dostawy w formie: za pobraniem.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

81. Dotyczy warunków umowy § 9 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 10% na 5%?

Zamawiający nie wyraża zgody.

82. Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, a także dokonać cesji w formie umowy poręczenia, czy wstąpienia w prawa zaspokojonego wierzyciela w trybie art. 518 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2022.1360 tj. z dnia 2022.06.29) zwaną w dalszej części umowy „k.c.". Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

83. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego, pakiet nr 44, poz. 7 - Prosimy o wskazanie producenta i dystrybutora oczekiwanej przez Zamawiającego butli na wodę destylowaną.

Butla WT – 4.

84. Dotyczy Pakietu nr 18:

1) Czy Zamawiający w **pozycji 3** dopuści kontener o wymiarach 580x280x150mm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ ?

Zamawiający dopuszcza.

2) Czy Zamawiający w **pozycji 4** dopuści odgryzacz kostny o szerokości części roboczej 5mm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ ?

Zamawiający dopuszcza.

3) Czy Zamawiający w **pozycji 8** dopuści łyżkę ginekologiczną o długości 310mm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ ?

Zamawiający nie dopuszcza.

4) Czy Zamawiający w **pozycji 14** dopuści nożyczki chirurgiczne o długości 14,5cm, pozostałe wymogi zgodnie z SWZ ?

Zamawiający dopuszcza.

85. Dotyczy Pakietu 18, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści kontener sterylizacyjny ze stopu aluminium, dł. 580 mm, szer. 280 mm, wys. 160 mm z pokrywą perforowaną w kolorze srebrnym?

Zamawiający dopuszcza.

86. Dotyczy Pakietu 18, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści odgryzacz kostny Stille, przegubowy, bocznie odgięty, szerokość części roboczej 5 mm lub 7mm, długość 230 mm?

Zamawiający dopuszcza.

87. Dotyczy Pakietu 18, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści nożyczki chirurgiczne 0/T, koniec ostry- tępy, o długości 14,5cm?

Zamawiający nie dopuszcza.

88. Dotyczy Pakietu 20, pozycja 4 - Czy Zamawiający wyłączy pozycję nr 4 do oddzielnego pakietu z uwagi na fakt, że tylko jeden Wykonawca ma wymagany produkt?

Zamawiający nie wyraża zgody.

89. Dotyczy Pakietu 32, pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe Crile, proste, końcówka robocza ryflowana, długość 145mm?

Zamawiający dopuszcza.

90. Dotyczy Pakietu 32, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe Crile, odgięte, końcówka robocza ryflowana, długość 145mm?

Zamawiający dopuszcza.

91. Dotyczy Pakietu 32, pozycja 8 i pozycja 9 - Czy Zamawiający wyłączy pozycję nr 8 i 9 do oddzielnego pakietu?

Zamawiający nie wyraża zgody.

92. Dotyczy Pakietu 32, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści kaniulę prostą o długości 60mm?

Zamawiający dopuszcza.

93. Dotyczy Pakietu 32, pozycja 9: Czy Zamawiający dopuści kaniulę prostą o długości 60mm?

Zamawiający dopuszcza.

94. Dotyczy Pakietu 32, pozycja 11: Czy Zamawiający dopuści kleszcze Wolf do zdejmowania gipsu o długości 24cm?

Zamawiający dopuszcza.

95. Dotyczy Pakietu 32, pozycja 12 i pozycja 13: Czy Zamawiający w pozycji 12 i 13 ma na myśli kleszcze do cięcia drutu?

Tak, Zamawiający w pozycji 12 i 13 ma na myśli kleszcze do cięcia drutu.

96. Dotyczy Pakietu 32, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści kleszcze do cięcia drutu o długości 23cm?

Zamawiający dopuszcza kleszcze do cięcia drutu o długości 23cm.

97. Dotyczy Pakietu 32, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści kleszcze do cięcia drutu o długości 18cm?

Zamawiający dopuszcza kleszcze do cięcia drutu o długości 18cm.

98. Dotyczy Pakietu nr 1 - Prosimy o dopuszczenie pasów dedykowanych do stabilizacji pacjenta na stole operacyjnym z regulacją długości, z zapięciem na klamrę i osłoną wykonaną z żelu silikonowego, która chroni tkanki i skórę pacjenta, o następujących wymiarach

poz. 1 pas do stabilizacji ciała pacjenta dł. 2,5 m, część żelowa 505 x 85 x 8 mm



Zamawiający dopuszcza.

poz. 2 pas do stabilizacji kończyn dł. 1m część żelowa 315 x 45 x 10 mm



Zamawiający dopuszcza.

99. Dotyczy Pakietu nr 22 - Czy chodzi o wielorazowy uchwyt monopolarny (czynny) z elektrodą i kablem 3m?

Tak, chodzi o wielorazowy uchwyt monopolarny (czynny) z elektrodą i kablem.

Zamawiający dopuszcza długość 3m.

100. Dotyczy Pakietu nr 30:

Poz. 1

- Prosimy o wydzielenie poz. 1 do oddzielnego zadania

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy chodzi o pasy zapinane na zamek magnetyczny?

Tak, chodzi o pasy zapinane na zamek magnetyczny.

- Prosimy o dopuszczenie pasów przeznaczonych do prania w temp. do 90 °C i sterylizacji nasyconą parą wodną w temp. 120 °, w krótkim cyklu lub w tlenku etylenu

Zamawiający dopuszcza.

101. Dotyczy Pakietu nr 33:

poz. 1 Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 34-47cm

Zamawiający dopuszcza.

poz. 2 Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 25-35cm.

Zamawiający dopuszcza.

poz. 3 Prosimy o dopuszczenie mankietów w rozmiarze 18-26cm.

Zamawiający dopuszcza.

poz. 4 Prosimy o dopuszczenie mankietów o wymiarach:

2.6x12.2 cm rozmiar: 3-5.5cm

3.2x15.4 cm rozmiar: 4-8cm

4.2x18.7cm rozmiar: 6-11cm

5.2x23 cm rozmiar: 7-13cm

6x25cm rozmiar: 9-14.5cm

Do wyboru przez zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza

102. Dotyczy Pakietu nr 25

poz. 4-8 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli czujnik podłączany bezpośrednio do monitora (długość przewodu 3m)?

Tak, Zamawiający ma na myśli czujnik podłączany bezpośrednio do monitora. Zamawiający dopuszcza długość 3m.

poz. 2 Prosimy o podanie roku produkcji urządzenia w celu dobrania asortymentu dopasowanego do potrzeb zamawiającego.

Urządzenie wyprodukowane w 2011 roku.

poz. 2 Czy zamawiający ma na myśli przewód nierozłączny z odprowadzeniami?

Tak, zamawiający ma na myśli przewód nierozłączny z odprowadzeniami.

poz. 2 Czy zamawiający wymaga 3 czy 5 odprowadzeń?

Zamawiający wymaga 5 odprowadzeń.

Poz. 2 Czy zamawiający wymaga odprowadzenia zakończone klamrą, czy zatrzaskiem?

Odprowadzenia zakończone zatrzaskiem.

poz. 6 Prosimy o podanie w jakiej technologii pracują wymienione urządzenia posiadane przez Zamawiającego.

Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.

poz. 6 Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający ma na myśli czujniki do Mindray, czy czujniki do Drager?

Do monitorów wskazanych w opisie (Załącznik Nr 2 do SWZ).

poz. 6 Jeśli zamawiający ma na myśli czujniki do Drager, prosimy o wskazanie modelu urządzenia i technologii w jakiej pracuje.

Wskazane w opisie.

Poz. 6 Prosimy o dopuszczenie czujników klips na palec lub klips na ucho do wyboru przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza.

poz. 8 Czy zamawiający ma na myśli model MEC 1200?

Tak, Zamawiający ma na myśli model MEC 1200.

103. Dotyczy Pakietu 26

poz. 1 Prosimy o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu z celu zwiększenia możliwości wzięcia udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców.

Zamawiający nie wyraża zgody.

poz. 4 Prosimy o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu z celu zwiększenia możliwości wzięcia udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców.

Zamawiający nie wyraża zgody.

poz. 2 Czy zamawiający ma na myśli przewód nierozłączny z odprowadzeniami?

Tak, Zamawiający ma na myśli przewód nierozłączny z odprowadzeniami.

poz. 2 Czy zamawiający wymaga 3 czy 5 odprowadzeń?

Zamawiający wymaga 5 odprowadzeń.

Poz. 2 Czy zamawiający wymaga odprowadzenia zakończone klamrą, czy zatrzaskiem?

Odprowadzenia zakończone zatrzaskiem.

poz. 6 Prosimy o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu z celu zwiększenia możliwości wzięcia udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców.

Zamawiający nie wyraża zgody.

poz. 4 Czy zamawiający ma na myśli przewód główny nierozłączny z odprowadzeniami?

Tak.

poz. 3 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli czujnik podłączany bezpośrednio do monitora (długość przewodu 3m)?

Tak, zamawiający ma na myśli czujnik podłączany bezpośrednio do monitora.

Zamawiający dopuszcza długość 3m.

poz. 5 Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli czujnik podłączany bezpośrednio do monitora (długość przewodu 3m)?

Tak, zamawiający ma na myśli czujnik podłączany bezpośrednio do monitora.

Zamawiający dopuszcza długość 3m.

104. Dotyczy Pakietu nr 27

poz. 1 Prosimy o dopuszczenie czujnika dla niemowląt o wadze 4-15kg

Zamawiający dopuszcza.

poz. 2 Prosimy o dopuszczenie czujników pediatrycznych dla pacjentów o wadze 15-50 kg

Zamawiający nie dopuszcza.

poz. 5 Prosimy o dopuszczenie czujnika dla dzieci lub dorosłych do wyboru przez zamawiającego

Zamawiający dopuszcza.

poz. 6 Prosimy o dopuszczenie czujników pediatrycznych dla pacjentów o wadze 15-50 kg.

Zamawiający nie dopuszcza.

105. Dotyczy Pakietu nr 34

poz. 4 Prosimy o dopuszczenie elektrod owalnych o wymiarze 23x30 mm

Zamawiający dopuszcza.

poz. 1 Czy zamawiający ma na myśli przewody do Bene, Viev, Mindray, MECI 200, Emtel, M 9500 (data produkcji 2011-2015), Drager Vista do wyboru przez zamawiającego?

Do wszystkich monitorów wskazanych w opisie (Załącznik Nr 2 do SWZ).

poz. 1 Czy zamawiający ma na myśli przewody nierozłączne?

Przewody główne

106. Dotyczy Pakietu nr 28

Poz. 2 Prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający ma na myśli opaskę gąbkową, czy materiałową?

Zamawiający dopuszcza zarówno opaskę gąbkową jak i materiałową.

107. Dotyczy Pakietu nr 39 - Prosimy o wydzielenie pozycji nr 5,6,8,7,9 do oddzielnego pakietu z celu zwiększenia możliwości wzięcia udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców.

Zamawiający nie wyraża zgody.

poz. 6 Prosimy o dopuszczenie przewodów z wtyczką koloru zielonego.

Zamawiający dopuszcza.

108. Dotyczy Pakietu 13:

pozycja 1 - Czy zamawiający pisząc „Kaniuła donosowa Opti FLOV” ma na myśli kaniule donosowe przeznaczone do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych. Zakres przepływu 10 - 60 l/min w zależności od rozmiaru kaniuli. Przeznaczona do stosowania ze wszystkimi systemami firmy F&P, w tym z systemem Airvo2. Unikatowa, wklęsła podstawa oraz wypustki o łagodnych krawędziach dla zapewnienia komfortu w okolicy przegrody i nozdrzy. Krawędzie dostosowane do kształtu górnej wargi nie blokują ust. Miękkie podkładki na policzki zapewniające stabilność przy jednoczesnym zminimalizowaniu nacisku na twarz. Podkładki oznaczone kolorami umożliwiające natychmiastowe rozpoznanie odpowiedniego rozmiaru. Zacisk na pasku na głowę podtrzymujący obwód i zapobiegający wypadaniu kaniuli. Regulowany pasek wykonany z miękkiego, bezszwowego materiału. Przewód kaniuli wykonany w technologii ograniczającej tworzenie się mobilnego kondensatu wykonany z materiału przepuszczalnego umożliwiające swobodne przenikanie pary wodnej przez ściany przewodu. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP). Możliwość opcji z asymetryczną budową nosków generującą wyższe ciśnienie w drogach oddechowych, dodatkowe oczyszczanie przestrzeni martwej nosogardzieli oraz redukującą hałas w porównaniu ze standardowymi kaniulami, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia.. Kaniuła przeznaczona do stosowania przez 14 dni. Każda kaniuła w oddzielnym opakowaniu. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Rozmiar S dla przepływu 10-50 l/min, podkładka w kolorze pomarańczowym Rozmiar M dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze niebieskim Rozmiar L dla przepływu 10-60 l/min, podkładka w kolorze zielonym. Opakowanie zbiorcze 20 szt.?

Zamawiający dopuszcza.

pozycja 2 - Czy zamawiający pisząc „Zestaw rur z komorą i rurą karbowaną” ma na myśli rurę do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych z wbudowaną w ściankach podwójną spiralą grzejącą. Dodatkowo zastosowanie spirali izolacyjnej, zawierającej poduszczone powietrze otaczającej gaz oddechowy zmniejsza ryzyko tworzenia się skroplin. Rura z wbudowanymi czujnikami temperatury. Zgodna z normą ISO 80601-2-74 oraz normą bezpieczeństwa elektrycznego IEC60601-1. Kompatybilna z nawilżaczem serii Airvo2. Wytwarzana bez zawartości gumy, lateksu ani ftalanów (DEHP, DBP, BBP)Do użycia przy przepływach od 2 do 60 l/min w zależności od zastosowanego interfejsu. Kompatybilne przyłącza pacjenta: kaniuła donosowa, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną. Stożkowe zakończenie rurki do oddychania kompatybilne zarówno z interfejsami dla dorosłych – kaniule Optiflow jak i z interfejsami dla niemowląt i dzieci – Optiflow Junior. Układ dodatkowo wyposażony w zacisk umożliwiający przymocowanie go do pościeli lub odzieży pacjenta. Długość układu 180 cm. Komora nawilżacza stanowi element układu oddechowego. Komora z automatycznym poborem wody, wyposażona w system podwójnego pływaka (pierwotnego i wtórnego) zabezpieczającego przed przelaniem wody oraz optymalnym wysyceniem dostarczanych gazów pary wodnej. Podłączenie komory do nawilżacza za pomocą adaptera będącego w komplecie układu. Możliwość opcji z wyjściem z komory do podłączenia nebulizatora firmy Aerogen, do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia. Kompatybilność potwierdzona przez producenta urządzeń Airvo2 będących na wyposażeniu szpitala. Zamawiający wymaga produktu oryginalnego do urządzenia Airvo2 będącego na wyposażeniu szpitala. Zestaw rura i komora nawilżacza przeznaczone do stosowania przez 14 dni. Każdy komplet pakowany oddzielnie. Opakowanie zbiorcze 10 sztuk.?

Zamawiający wymaga.

pozycja 1 i 2 - W związku z rejestracją produktów na terenie RP w opakowaniach zbiorczych oraz wynikających z zapisów prawa obowiązkiem sprzedaży wyrobów medycznych w pełnych opakowaniach bez możliwości ich podzielenia, zwracamy się do zamawiającego o wyrażenie zgody na zweryfikowanie zamawianej ilości w pozycji 1 i 2, tj.

Zgodnie z zapisami SWZ.

pozycja 1 i 2 - Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga akcesoriów oryginalnych lub zatwierdzonych i dopuszczonych do użycia przez producenta urządzenia Airvo2.

Użycie niezatwierdzonego przez producenta urządzenia, asortymentu jednorazowego (układów oddechowych, komór wodnych, kaniul donosowych, filtrów, itd.) może skutkować utratą gwarancji na urządzenie.

Ponadto informujemy, że producent urządzenia nie bierze odpowiedzialności za błędy w działaniu urządzenia oraz ewentualne incydenty medyczne z udziałem pacjentów w przypadku stosowania niezatwierdzonego przez producenta asortymentu jednorazowego.

Zamawiający wymaga.

109. Dotyczy Pakietu nr 44 - Czy zamawiający dopuści:

Poz. 1 - Jednorazowa, sterylna pętla do polipektomii z drutu plecionego, owalna, śr. osłonki 2,3mm, dł.robocza 230cm, dostępność czterech średnic pętli:10, 15, 20, 24mm, 36mm

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3 - Jednorazowa, sterylna klipsownica hemostatyczna, śr.2,6mm, dł. robocza 230 cm, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa, funkcja płynnej rotacji, rozwarcie ramion klipsa 16mm, kąt zagięcia końcówek ramion 135 stopni, konstrukcja zestawu wprowadzającego po wysunięciu z kanału roboczego w części dystalnej pozwala na natychmiastowe otwieranie i zamykanie klipsa -bez potrzeby usuwania dystanserów, zsuwania osłonki itp., dokument potwierdzający brak przeciwwskazań do wykonania rezonansu magnetycznego.

Zamawiający dopuszcza.

110. Dotyczy Pakietu nr 28 poz. 1-2 - Czy Zamawiający wymaga czujników sterylnych?

Zamawiający wymaga czujników czystych mikrobiologicznie.

111. Dotyczy Pakietu nr 25 poz. 5-9 - Czy Zamawiający dopuści czujniki o długości 90 cm?

Zamawiający dopuszcza.

112. Dotyczy Pakietu nr 43 poz. 5 -Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 1800 ml z rezerwuarem o pojemności 2700 ml?

Zamawiający dopuszcza.

113. Dotyczy Pakietu nr 43 poz. -Czy Zamawiający dopuści worki z rezerwuarem o pojemności 2700 ml?

Zamawiający dopuszcza.

114. Dotyczy Pakietu nr 43 poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 320ml z rezerwuarem o pojemności 90ml?

Zamawiający nie dopuszcza.

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Artur Gur

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania