



Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 13.11.2023 r.

Do wszystkich Uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego **w trybie podstawowym** o szacunkowej wartości **poniżej progu. Znak sprawy – TP-86/2023 - dostawa elektrod neutralnych do koagulacji i kręgosłupowych dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Pakiet nr 2, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną do elektrokoagulacji kompatybilną z urządzeniami firmy ERBE typu: VIO 300S oraz VIO3/IES3?

Elektroda symetrycznie dzielona, wykonana z wodoodpornej elastycznej pianki, z systemem ścisłego przylegania brzeżnego zapobiegającym przedostawaniu się płynów pomiędzy elektrodę i pacjenta, hydrożel w części przewodzącej. Elektroda z dodatkowym odizolowanym pasem bezpieczeństwa, pozwalającym na niekierunkową w stosunku do pola zabiegowego – aplikację. Powierzchnia aktywna elektrody 105cm². Elektroda pakowana pojedynczo.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. Zamawiający prosi o wyjaśnienie czym różni się pas od pierścienia.

Pytanie 2

Pakiet nr 2, pozycja 1:

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 100 szt. z odpowiednim przelicznikiem na formularzu asortymentowo- cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.