



"SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI"
SPÓŁKA Z O.O. w restrukturyzacji
62-300 Września, ul. Słowackiego 2



System
zarządzania
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9105047698

Września, dn. 17.12.2021r.

SA-381-17/21

Dotyczy postępowania: „Obsługa serwisowa w zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń firmy Drager”

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	<u>Pytanie do załącznika nr 3</u> W przedstawionym wykazie aparatury medycznej w pozycji nr 40 Zamawiający określa częstotliwość wykonania przeglądów dla centrali ICS na 1x rok (co 12 m-cy). Zgodnie z wymogami producenta, przeglądy centrali ICS powinny być wykonywane co 24 miesiące. Czy w celu zapewnienia zgodności z wymogami producenta, Zamawiający zgodzi się na zmianę częstotliwości wykonywania przeglądu na: 1 x na 2 lata (co 24 m-ce)?	Zamawiający modyfikuje zapis SWZ dla pozycji 40 na „wykonywania przeglądu na: 1 x na 2 lata (co 24 m-ce)??”
2	W opisie przedmiotu zamówienia - SWZ Pkt. 4 Ust. 1 pkt 2 ppkt. 5) jak również w załączniku nr 8 § 1 ust.2 lit. e) - Zamawiający określa że przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: dojazdy, diagnozy i kalibracje sprzętu. Czy w ramach diagnozy, Zamawiający wymaga wykonania diagnostyki urządzeń jedynie w zakresie usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu urządzenia?	Tak – w ramach diagnozy, Zamawiający wymaga wykonania diagnostyki urządzeń jedynie w zakresie usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu urządzenia
3	W opisie przedmiotu zamówienia - SWZ Pkt. 4 Ust. 1 pkt 2 ppkt. 7) jak również w Załączniku nr 8 § 1 ust.2 lit. g) - Zamawiający zobowiązuje wykonawcę w ramach obsługi serwisowej do nielimitowanej wymiany wszelkich niezbędnych części przy wykonywanych pracach serwisowych i konserwacyjnych. Prosimy o doprecyzowanie, czy zapis ten dotyczy wymiany wszelkich niezbędnych części wymaganych przez producenta przy przeglądach/konserwacjach okresowych?	Tak - zapis ten dotyczy wymiany wszelkich niezbędnych części wymaganych przez producenta przy przeglądach/konserwacjach okresowych
4	Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w załączniku nr 8 § 7 ust. 1 z 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto na 0,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto?	Zamawiający nie wyraża zgody.
5	Czy w celu miarkowania kar umownych, Zamawiający zgodzi się na zmianę wysokości kary opisanej w załączniku nr 8 § 7 ust. 4 z 1% miesięcznego wynagrodzenia brutto na 0,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto?	Zamawiający nie wyraża zgody.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Przetargowej
Marian Janiak

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140
Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;