

Konin, 25.07.2024r

WSZ-EP-25/908/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy postępowania: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w ramach doposażenia
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie nr sprawy:
WSZ-EP-25/2024**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 15

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Pakiet 5 – Dostawa i montaż centrali monitorującej wraz z 6 kardiomonitorem- 1 zestaw

1. Punkt I.1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor o budowie kompaktowej z możliwością rozbudowy o wadze około 4,5 kg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

2. Punkt I.6.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor o minimum 10 poziomach regulacji jasności ekranu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego.

3. Punkt I.11.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor z możliwością monitorowania EKG z minimum 3,5,6 – odprowadzeń?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

4. Punkt I.14.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitorem z możliwością kreślenia krzywej EKG min. 12.5mm/s, 25mm/s, 50mm/s?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

5. Punkt I.18.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitorem z możliwością wyboru minimum trybu: Diagnostyka, Monitorowanie, Operacja?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

6. Punkt I.24.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitorem z możliwością regulacji wzmocnienia przebiegu respiracji: co najmniej x0,25; cm/mV; 1,0 cm/mV; 2,0 cm/mV; 4,0 cm/mV?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

7. Punkt I.30.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitorem bez możliwości włączania/wyłączania tej funkcji? Ze względów klinicznych nie jest wskazane włączanie/wyłączanie tej funkcji przez użytkownika?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

8. Punkt I.40.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitorem ze wstępnie ustawionymi klinicznie uzasadnionymi, bezpiecznymi dla pacjenta poziomami ciśnienia w mankietcie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

9. Punkt I.41.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitorem wyposażony w niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich min. 1000 grup wyników pomiarów NIBP?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

10. Punkt I.42.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitorem wyposażony w standardową analizę ciśnienia krwi w formie trendów graficznych i tabelarycznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

11. Punkt I.43.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitorem z możliwością ustawiania czasu pomiaru w zależności od ustawionego interwału pomiaru?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

12. Punkt I.48.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitorem z możliwością ustawiania min. 4 stopniowego zawieszania alarmów oraz wyłączenia na stałe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

13. Punkt I.52.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitorem z możliwością eksportu danych pacjenta bezpośrednio do centrali lub za pomocą nośnika np. USB?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

14. Punkt I.64.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitorem wyposażony w standardowy tryb nocny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

15. Punkt II.11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną stacją centralnego monitoringu z możliwością min. 4 stopniowego zawieszania alarmów oraz wyłączenia na stałe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ

- zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

16. Punkt II.8.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną stacją centralnego monitoringu wyposażoną w pamięć minimum 500 danych historycznych pacjentów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

17. Punkt II.7.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną stacją centralnego monitoringu wyposażoną w archiwizację wszystkich monitorowanych parametrów na jednego pacjenta – minimum 240 godzin zapisu full disclosure oraz minimum 240 godzin trendów graficznych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ

- zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

18. Punkt II.1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną stacją centralnego monitoringu wyposażoną minimum w procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście

<https://www.cpubenchmark.net/> wynik min. 11151 punktów (min. 6 rdzenie, 12 wątków, 12MB

cache); Pamięć RAM nie mniej niż 8 GB; Rodzaj karty graficznej: Zintegrowana; Przekątna ekranu

min. 25,0"; Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (FullHD); Pojemność dysku co najmniej 512 GB; Typ

dysku: SSD PCIe; Łączność: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac); LAN 10/100/1000 Mbps; Bluetooth; System

operacyjny: Windows 11 Professional PL 64-bit lub równoważny*; Dźwięk: Wbudowane dwa

mikrofony; Zintegrowana karta dźwiękowa; Wbudowane głośniki stereo; Porty i interfejsy: USB min.

3 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI out - 1 szt.,

wejście zasilania - 1 szt., DisplayPort – 1 szt.; Klawiatura USB w układzie polski programisty; Mysz

optyczna bezprzewodowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ

- zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

19. Punkt II.6.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesną stację centralnego monitoringu z możliwością eksportu i danych do systemu HIS i podglądu tych danych na dowolnym komputerze w szpitalnej sieci informatycznej w standardzie HL7 będącym na wyposażeniu oferowanej centralnej stacji monitorującej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający rezygnuje z powyższego parametru - wykreśla powyższy parametr.

W związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

20. Punkt I.11.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o monitorowanie 12-odprowadzeń EKG?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza powyższe i w związku z tym zmienia zapisy Załącznika nr 2.5 do SWZ - zestawienie wymaganych parametrów jakościowo – technicznych.

Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2.5 zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia

Sporządziła: K. Lewandowska