



Wrocław, dnia 29.04.2024r

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Nr sprawy Szp-242/FZ-021/2024

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę **Strzygarek z ruchomą głowicą firmy 3M z ładowarką**

PYTANIE NR 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na:

Strzygarka wyposażona w dwie diody LED: poziom i stan naładowania Napięcie / natężenie robocze 3,25 V DC / 390 mA (maks.) Waga 121 gramów Wymiary 153 × 49 × 39 mm (wys. × szer. × gł.) Czas do całkowitego naładowania Maksymalnie 17 godzin. Hałas w trakcie pracy w zakresie 69-75 db .

Wodoszczelność: stopień ochrony IPX7 Żywotność akumulatora Minimum 350 cykli Typ akumulatora Litowo-jonowy 680 mAh. Czas pracy strzygarki na w pełni naładowanej baterii min 97 min.

Ładowarka kompatybilna ze strzygarką chirurgiczną firmy Becton Dickinson model: 5513E Waga ładowarki: 200–250 g ±10 g

Źródło zasilania: 100–240 V AC; 50–60 Hz, 30 mA .Możliwość montażu ściennego Wymiary: 80 × 61 × 44 mm (wys. × szer. × gł.), długość przewodu: 1870 mm

Odpowiedź;

Zamawiający nie dopuszcza , Zamawiający wymaga strzygarek typu 3M

PYTANIE NR 2

Prosimy o dopuszczenie strzygarki innej niż zaproponowana.

Odpowiedź;

Zamawiający nie dopuszcza , Zamawiający wymaga strzygarek typu 3M

PYTANIE NR 3

Prosimy o dopuszczenie strzygarki z funkcjonalnością obracania głowicy o 45° w lewo i w prawo.

Odpowiedź;

Zamawiający nie dopuszcza , Zamawiający wymaga strzygarek typu 3M