



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Białymstoku
im. Mariana Zyndrama - Kościalkowskiego**

15-471 Białystok ul. Fabryczna 27
Tel: (47) 710 41 00 fax: (47) 710 41 01
NIP 542-25-13-061 REGON 050637922



Białystok, dnia 11 kwietnia 2024 r.

DZP.2344.18.2024

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego i Anestezjologii.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościalkowskiego, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Dz.U. 2023 poz. 1605), informuje, iż do prowadzonego postępowania wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści SWZ:

Pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 8, poz. 1 dopuści Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym,

- do rurek intubacyjnych dł. 540-600mm,

- do rurek tracheostomijnych dł. 305-400mm, pozostałe parametry zgodnie z swz?

Oferowana długość jest długością standardową, stosowaną przez liczących się na rynku światowym producentów. Długość ta w żaden sposób nie ogranicza funkcjonalności systemu i jest używana z powodzeniem w wielu Polskich i w szpitalach na całym świecie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik do odsysania w systemie zamkniętym do rurek intubacyjnych dł. 540-600 mm, do rurek tracheotomijnych dł. 305-400 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,5 % wartości brutto towaru niedostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki

Uzasadnienie: obecnie ustalone kary umowne są nadmiernie wysokie, nieproporcjonalne do wartości zamówienia, odbiegające od standardów przyjętych na rynku wyrobów medycznych w zamówieniach publicznych. Obniżenie wysokości kar umownych do proponowanego poziomu umożliwi zachowanie zasady równości stron umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie dot. projektu umowy

Zwracamy się z wnioskiem o dopisanie do umowy następującego zdania: „Zamówienia będą składane do godziny 13. Zamówienia złożone po godzinie 13, będą traktowane jako zamówienia złożone w kolejnym dniu roboczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 7

Czy w celu dodatkowej ochrony przed kontaminacją Zamawiający wymaga aby zestawy miały dodatkowy komplet koreczków w kolorze kontrastowo żółtym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pakiet nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby linia do przepłukiwania była trwale/nierozzerwalnie połączona z przetwornikiem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie dot. SWZ

dotyczy rozdziału X punkt 9b)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia wpisu/zgłoszenia/powiadomienia do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 27 września 2023 r. w sprawie statusu zgłoszeń i powiadomień o wyrobach medycznych:

„Zgłoszenia i powiadomienia mają wyłącznie charakter informacyjny. Złożenie do Prezesa Urzędu zgłoszenia lub powiadomienia stanowi czynność materialno-techniczną, a dokonywana przez organ ocena złożonej dokumentacji ma na celu jedynie sprawdzenie poprawności przekazanych danych oraz kompletności załączonych dokumentów i nie prowadzi do rejestracji wyrobu ani do wydania decyzji o dopuszczeniu wyrobu do obrotu.”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oświadczenia o posiadaniu dokumentów zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ (warunki ogólne, pkt. 3) w przypadku wyrobów medycznych.

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsownic zawierających 15 klipsów, wielkość klipsa 8,1 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 sztuk w magazynku.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie klipsów pakowanych po 6 sztuk w magazynku i użyczenie klipsownicy o długości 33 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 2 poz. 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie klipsów o innej budowie niż wymagana, zapewniającej podwyższoną stabilność poprzeczną eliminującą ryzyko zsunienia się klipsa.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pakiet nr 8 poz. 1

Czy zamawiający dopuści cewnik do odsysania w systemie zamkniętym o długości 330mm dla rurek tracheostomijnych, reszta zgodna z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 11 poz. 1

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny, skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%, przestrzeń martwa: 70ml, waga: 36,5 g, objętość oddechowca: 150-1500ml, oporność: 1,0hPa przy 30 l/min, złącza: 22M/15F-22F/15M, port do kapnografu zabezpieczony zatyczką, jałowy, pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na użyczenie klipsownicy XL o długości roboczej 33 cm, na czas trwania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną kulkę, śr. 4 mm, prosta, długa, wtyk śr. 2,4 mm lub elektrodę monopolarną kulkę śr. 4 mm, długa, wtyk śr. 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną kulkę, śr. 6 mm, prosta, długa, wtyk śr. 2,4 mm elektrodę monopolarną kulkę śr. 6 mm, długa, wtyk śr. 4 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną igłę, 0,5 x 20 mm, wtyk śr. 2,4 mm (dł. całkowita 65 mm) lub elektrodę monopolarną igłę, śr. 0,5 mm, wtyk śr. 4 mm (dł. całkowita 65 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 poz. 4 / Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną nożową, 2,5 x 20 mm, wtyk śr. 2,4 mm (dł. całkowita 65 mm) lub elektrodę monopolarną nożową, wymiary 25 x 3,3 mm, wtyk śr. 4 mm (dł. całkowita 55 mm)?

Odpowiedź: Pytanie zadane do innego pakietu. Jeżeli zadający miał na myśli pakiet nr 3 poz. 4 to odpowiedź jest następująca: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 poz. 5 / Pakiet nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kabel wielorazowy do elektrod biernych jednorazowych, wtyk typu Valleylab, dł. 5 m?

Odpowiedź: Pytanie zadane do innego pakietu. Jeżeli zadający miał na myśli pakiet nr 3 poz. 5 to odpowiedź jest następująca: Zamawiający pracuje na 2 rodzajach diatermii (Valleylab i Erbe), w związku z powyższym wymagana jest możliwość wyboru rodzaju wtyczek (Valleylab lub Erbe).

Pakiet nr 4 poz. 6 / Pakiet nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z nożykiem, wielorazowy, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 3-pinowy, dł. kabla 3 m, wtyk śr. 2,38 mm, do 100 cykli sterylizacji lub uchwyt monopolarny z nożykiem, wielorazowy, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 3-pinowy, dł. kabla 3 m, wtyk śr. 4 mm, do 100 cykli sterylizacji?

Odpowiedź: Pytanie zadane do innego pakietu. Jeżeli zadający miał na myśli pakiet nr 3 poz. 6 to odpowiedź jest następująca: Zamawiający dopuszcza oba rozwiązania.

Pakiet nr 4 poz. 7 / Pakiet nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści uchwyt monopolarny argonowy, do elektrod o średnicy 4 mm, z 2 przyciskami do cięcia i koagulacji, wtyk 3-pinowy, do min. 250 cykli sterylizacji, dł. kabla 3,5 m?

Odpowiedź: Pytanie zadane do innego pakietu. Jeżeli zadający miał na myśli pakiet nr 3 poz. 7 to odpowiedź jest następująca: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 4 poz. 8 / Pakiet nr 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści elektrodę monopolarną nożyk, jednorazową, wtyk śr. 2,38 mm, dł. 153 mm?

Odpowiedź: Pytanie zadane do innego pakietu. Jeżeli zadający miał na myśli pakiet nr 3 poz. 8 to odpowiedź jest następująca: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8

Czy zamawiający dopuści:

Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych stosowane między innymi do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego u pacjentów zaintubowanych.

- Wykonanie: nietoksyczny, niedrażniący, delikatny PVC
- Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka, naprzemiennie umiejscowione otwory, co umożliwi dokładniejsze odsysanie
- Dostępne w rozmiarach, FR 4- FR 20 - Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku.
- Długość cewnika- min. 50 cm
- Sterylizowane EO, niepirogenne, jednorazowego użytku
- Zawiera ftalany

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 11

Czy zamawiający dopuści filtr, który:

- Skutecznie filtruje i zatrzymuje 99,99 % bakterii i wirusów układu oddechowego i obwodów
- Wykonanie: ABS, papier filtracyjny

- Jednorazowy filtr do usuwania wirusów i bakterii
 - Wydajny przy niskich przepływach
 - Opakowanie: blister : 1 sztuka
 - sterylne przez EO, jednorazowego użytku
 - Opakowanie zbiorcze: 200 sztuk
 - Gramatura filtra 30g-33g
 - Przestrzeń martwa 29 ml
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 11

Czy zamawiający dopuści filtr, który:

- Skutecznie filtruje i zatrzymuje 99,99 % bakterii i wirusów układu oddechowego i obwodów oddechowych. Filtracyjna membrana bakteryjna służy do filtrowania bakterii i wirusów. Membrana absorbująca wodę służy do utrzymania temperatury i wilgotności powietrza w obwodzie.
 - Wykonanie: ABS, papier filtracyjny
 - składa się z pokrywy górnej, pokrywy dolnej i membrany filtrującej.
 - Dostosowuje wilgotność powietrza pacjenta
 - Wymienia energię ciepłą wdychanego i wydychanego powietrza
 - Niskie opory przepływu
 - Opakowanie: blister : 1 sztuka
 - sterylne przez EO, jednorazowego użytku
 - Opakowanie zbiorcze: 200 sztuk
 - Gramatura filtra 30g-33g
 - Przestrzeń martwa 19 ml
- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
im. Mariana Zyndramy Koszałkowskiego

Marek Stanisław Karp

