



**Sprawa nr 10/ZAP/2024**

Olsztyn, dnia 14 lutego 2024 r.

**WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA**

**Dotyczy: Sukcesywne dostawy materiałów jednorazowych wymagających maceracji**

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**Pytania nr 1**

Załącznik nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści basen jednorazowy płaski o pojemności użytkowej 1,2L-1,5L, pojemności całkowitej 2L, o wadze 67g, z masy papierowej, przesiąkalność min. 4 godziny, temperaturze odporności 35 °C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z warunkami Zamówienia.

**Pytania nr 2**

Załącznik nr 2 pozycja 2,5

Czy Zamawiający dopuści wycenę pokryw do basenu za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytania nr 3**

Załącznik nr 2 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści basen jednorazowy głęboki o pojemności użytkowej 1-1,5L i pojemności całkowitej 2L, wadze 62g, przesiąkalność min. 4 godziny, temperaturze odporności 35 °C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z warunkami Zamówienia.

**Pytania nr 4**

Załącznik nr 2 pozycja 1 i 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę basenów jednorazowych za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Pytania nr 5**

Załącznik nr 2 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści kaczkę o temperaturze odporności 35°C?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### **Pytania nr 6**

Załącznik nr 2 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę kaczek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### **Pytania nr 7**

Załącznik nr 2 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści nerkę o pojemności użytkowej 300ml, pojemności całkowitej 900ml, temperaturze odporności 35 °C?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z warunkami Zamówienia.

### **Pytania nr 8**

Załącznik nr 2 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści miski o temperaturze odporności 35 °C?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### **Pytania nr 9**

Załącznik nr 2 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę misek za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

### **Pytania nr 10**

Załącznik nr 2 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę misek za opakowanie a'120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

---

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego  
<http://szpital.uwm.edu.pl>