



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>

znak sprawy: O-RSK.SZP.77.6.(APT/40).2023.K.K.

Poznań, dnia 11 grudnia 2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zadanie pod nazwą:
„DOSTAWA JEDNORAZOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH „4” nr rejestru: **SZP/APT/40/2023.**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

W związku z zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający tj.: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023. poz. 1605 ze zm.) udziela wyjaśnień na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Część 3

Pozycja 1-3 Czy Zamawiający dopuści prowadnice wykonane z aluminium pokrytego pcv, w rozmiarach:

ROZMIAR	ŚREDNICA	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA	DŁUGOŚĆ ROBOCZA	ROZMIAR RURKI
6 Fr	2.0 mm	310 mm (±10)	250 mm (±5)	od 2,0 do 4,0
10 Fr	3.3 mm	390 mm (±10)	350 mm (±5)	od 4,5 do 6,5
14 Fr	4.7 mm	390 mm (±10)	355 mm (±5)	od 7,0 do 10,0

Odpowiedź: Zamawiający **nie** wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Część 3 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji typu Bougie o długości 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 3

Część 3 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji typu Bougie o długości 70cm?

Odpowiedź: Zamawiający **wymaga zgodnie z SWZ.**

Pytanie nr 4

Część 3

Pozycja 5-8 Czy Zamawiający dopuści dren z trokarem, posiadający otwór końcowy i dwa boczne oraz ostry koniec



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego

Dokument podpisany elektronicznie

Opracowała: K. Kubiak
Sporządzono w 1 egzemplarzu
1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa