



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Wrocław 04.03.2024r.**

Uczestnicy postępowania

dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu jednorazowego użytku I, znak sprawy: PN 12/24.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

**Zadanie 3 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści sterylny obwód oddechowy z rurami rozciągliwymi 0,45-1,8, złącze 15F/22M-22F?

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

**Pytanie nr 2**

**Zadanie 3 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści wycenę za 1 szt. wraz z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.

**Pytanie nr 3**

**Zadanie 3 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści obwód pediatryczny z dwoma rurami rozciągliwe, karbowane, dł. 160 cm, Dodatkowe ramię - rozciągliwe, karbowane, dł. 100 cm?

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

**Pytanie nr 4**

**Zadanie 3 poz. 3** Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z trójnikiem Y z portami i kolankiem z portem wykonanymi z przezroczystego tworzywa - umożliwiającego łatwą obserwację przepływu powietrza, wszystkie połączenia zgodne z wymogami ISO

DŁUGOŚĆ (cm)	DODATKOWA GAŁĄŻ (cm)	WOREK BEZ LATEKSOWY
160	100	2 litry
180	120	2 litry

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)


[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu



**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

**Pytanie nr 5**

**Zadanie 3 poz. 4** Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z dwoma rurami rozciągliwymi 0,45-1,8m, dodatkowa rura rozciągliwa do 120 cm?

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

**Pytanie nr 6**

**Zadanie 12 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści końcówkę typu pool prostą, białą?

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

**Pytanie nr 7**

**Zadanie 26 poz. 1** Czy Zamawiający dopuści woreczek o opisie: Endobag laparoskopowy, worek do laparoskopii. Pojemność 200 ml. Nić nitinol pamięć otworu wejścia. Wymiary  $\varnothing$  60 x 195 mm. Podajnik 10 mm.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu



**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

**Pytanie nr 8**

**Zadanie 26 poz. 2** Czy Zamawiający dopuści woreczek o opisie: Endobag laparoskopowy, worek do laparoskopii. Pojemność 400 ml. Nić nitinol pamięć otworu wejścia. Wymiary Ø83x195mm. Podajnik 10 mm.



**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

**Pytanie nr 9**

**Zadanie 26 poz. 3** Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący 6g?

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 10**

**Zadanie 26 poz. 4** Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu wielokomorowy o opisie;

- zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) z zastawką wodną
- kompaktowy kształt zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilności i oszczędności miejsca
- komora kolekcyjna o pojemności 2100 ml (w wersji z dwoma drenami 1000 ml + 1100 ml) wyskalowana co 5 ml do objętości 200 ml i co 10 ml do 2000 ml
- komora wodnej regulacja siły ssania z barwnikiem ułatwiającym odczyt wartości siły ssania
- zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia
- automatyczny zawór uwalniający ciśnienia dodatnie
- wypełnienie zastawki pozwala na monitoring ciśnienia, diagnozowanie przecieku, oraz zapobiega przed powrotem drenowanej treści do pacjenta
- samouszczelniający bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu na tylnej ścianie zestawu
- dren łączący półprzezroczysty, elastyczny, nielateksowy zabezpieczony przed zagięciem w sposób umożliwiający badanie pacjenta w rezonansie magnetycznym
- wysokość do 25 cm umożliwiająca wsunięcie zestawu pod łóżko pacjenta
- kwadratowa podstawa gwarantująca stabilność i możliwość postawienia zestawu na podłodze
- uchwyt do wygodnego przenoszenia i powieszenia zestawu przy łóżku pacjenta
- z jednym odłączanym drenem
- sterylny, podwójnie opakowany

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu



**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

**Pytanie nr 11**

**Zadanie 26 poz. 5** Czy Zamawiający dopuści dren o średnicach 5,0mm/8,0mm lub 7,0mm/10,0mm?

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA DREN 5,0mm/8,0mm - POZOSTAŁE ZAPISY ZGODNIE Z SWZ.

**Pytanie nr 12**

**Zadanie 30 poz 1-2** Czy Zamawiający dopuści lejek posiadający „szkiełko” powiększające w celu uwidocznienia wycieku płynu zamiast przyzmatu?

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 13**

**Zadanie 30 poz 1-3** Czy Zamawiający dopuści igły z identycznym uchwytem dla wszystkich 3 pozycji (rowkowane brzegi) z kropką kierunkową przy ścięciu, żeby zlokalizować ostrze?



**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.

**Pytanie nr 14**

**Zadanie 35 poz 1** Czy Zamawiający dopuści system do zbiórki stolca o parametrach:

- Cewnik wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu o długości 160cm
- Czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika
- Port do irygacji służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności oraz podania leków doodbytniczo
- Balonik retencyjny z kieszonką na palec wiodący
- Worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25 do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)) z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną
- Wieszaki umożliwiające przymocowanie do ramy łóżka
- Sterylny
- Zestaw pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe
- Zestaw zawiera: cewnik, 3x worek, 1x strzykawkę 60ml, 2x przylepne opatrunki
- Wymienny worek pakowany pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe?

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 15**

**Zadanie 35 poz. 1** Czy Zamawiający wymaga sterylnego systemu do zbiórki stolca?

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY WYMAGA BIOLOGICZNIE CZYSTEGO, DOPUSZCZA STERYLNY PRZY SPEŁNIENIU POZOSTAŁYCH PARAMETRÓW ZGODNIE Z SWZ.

**Pytanie nr 16**

**Zadanie 35 poz 2** Czy Zamawiający dopuści worek zbiorczy o pojemności 2000 ml (skalowany co 25ml (od 25do 100ml) oraz co 100ml (od 100ml do 2000ml)), nieprzezroczysty, z filtrem węglowym i zastawką antyzwrotną?

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.

**Pytanie nr 17**

**Zadanie nr 34 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę wzierników za opakowanie a'250 sztuk z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.

**Pytanie nr 18**

**Pakiet 1**

Poz.1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaoferowania strzykawkę doustnych sterylnych, pakowanych pojedynczo razem z koreczkiem do zamykania strzykawki na czas transportu do pacjenta

**Odpowiedź:** TAK, POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej do pomp infuzyjnych z zakończeniem luer-lock, wyraźna skala co 1ml - logo lub nazwa producenta na cylindrze - opak. zbiorcze 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań w formularzu asortymentowo-cenowych

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę wkalibrowanych do pomp Medima, ascor Agilia i BBraun , odpowiednio białych i bursztynowych o poniższych parametrach :

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



## Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Strzykawka trzyczęściowa, jednorazowego użytku, 50 ml (60 ml), do pomp infuzyjnych, z łącznikiem stożkowym luer-lock, gumowy tłoczek z podwójnym uszczelnieniem, podwójna skala pomiarowa co 1 ml, podwójne uszczelnienie tłoka, czterostronne podcięcie tłoczyska dla dobrej stabilizacji w pompie, długość całkowita min. 16 cm, tłok i cylinder z polipropylenu, nazwa producenta na cylindrze, oznaczenie o braku zawartości lateksu fabrycznie nadrukowane na opakowaniu jednostkowym, sterylizowane EO, opakowanie papier-folia. opakowanie 85 szt.

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek BD wkalibrowanych w urządzenie Prisma i wpisanych w instrukcję obsługi tego urządzenia o poniższych parametrach

Strzykawka LUER-LOCK 3-częściowa, w pełni kompatybilna do pompy\* jednorazowego użytku. Tłok strzykawki posiada podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Strzykawka posiada bezpieczną blokadę tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory strzykawki. Strzykawka posiada ergonomiczny kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu się w ręce. Strzykawka idealnie przezroczysta z czarną wyraźną i czytelną skalą, wolna od PCV - wykonana z polipropylenu. ZAKOŃCZENIE LUER -LOCK -połączenie wtykowe do igieł iniekcyjnych (stożek), igła jest „wtykana” w strzykawkę. . Opakowanie a 60 szt

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek do tuberkuliny 1 ml z nakładaną igłą 25 G 0,5 x 16 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

### Pytanie nr 19

#### Pakiet 16

##### Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika odcinającego do terapii dożylnych, trójdrożny, wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii. Trójramienne (ramiona tej samej długości) pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kraników i podwójny: optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty, jałowy, j.u., Niezależnie obracająca się nakrętka luer lock umożliwiająca podłączenie kranika z innym złączem luer lock bez konieczności skręcania/obracania łączonych elementów (2 stopnie swobody; osiowo i promieniście). Objętość wypełnienia 0,26 ml, sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Poz. 2

1) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwi osiągnięcie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej.

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 20**

**Pakiet 25**

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie instrumentu laparoskopowego ssąco-płuczącego z białą rękojeścią i podwójnym drenem (jeden ssący, drugi do podania irygacji), posiada dwa niebieskie przyciski: ssanie oraz płukanie oznaczone strzałką, zerowy kąt połączenia rękojeści z drenem zapobiega zatykaniu przy odsysaniu, ssak matowy zakończony atraumatycznie z otworami bocznymi, końcówka 5mm o dł. 35 cm bądź 45 cm.

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

2) Czy Zamawiający oczekuje, aby kaniula była wykonana z włókna szklanego nieprzewodzącego prądu, co redukuje ryzyko wystąpienie elektrourazów podczas wykonywanych procedur przy użyciu innych elektronarzędzi?

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

**Pytanie nr 21**

**Pakiet 35**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje w pozycji 1 czasu utrzymania systemu do 29 dni potwierdzonych badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty?

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA-POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 22**

**Pakiet 36**

**Poz .2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły do **bezpiecznego** pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45 stopni, eliminującym wycinanie skrawków gumy lub tworzywa, z którego jest wykonany korek i i. zapobiegającym zakłuciu przez osobę przygotowującą lek. Opakowanie a 100 szt.

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA -POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 23**

**Pakiet 37**

Poz.1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika o dł. min. 40 cm.

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

Poz.3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem o pojemności 10-15ml, dostarczany z osobno zapakowaną strzykawką z 10% roztworem gliceryny, cewnik w dwóch długościach: 41 cm dla mężczyzn oraz 25 cm dla kobiet.

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA -POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania do użycia przez nos i usta - sterylne, z medycznego PCV, miękkie (klasa Shore A76), o powierzchni zmrożonej (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, naprzeciwległe otwory obarczające o łącznej powierzchni nieprzekraczającej połowy powierzchni otworu głównego, numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, kolorystyczne oznaczenie na łączniku typu lejek, co umożliwi szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru w każdym momencie wykonywanej procedury, znacznik położenia otworów bocznych na łączniku, bez ftalanów i bisfenolu, bez lateksu, pakowane prosto w opakowanie folia- papier ze znacznikiem kierunku otwierania opakowania. Rozmiar 6-10 CH długość 490 cm.

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do odsysania do użycia przez nos i usta - sterylne, z medycznego PCV, miękkie (klasa Shore A76), o powierzchni zmrożonej (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, naprzeciwległe otwory obarczające o łącznej powierzchni nieprzekraczającej połowy powierzchni otworu głównego, numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, kolorystyczne oznaczenie na łączniku typu lejek, co umożliwi szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru w każdym momencie wykonywanej procedury, znacznik położenia otworów bocznych na łączniku, bez ftalanów i bisfenolu, bez lateksu, pakowane prosto w opakowanie folia- papier ze znacznikiem kierunku otwierania opakowania. Rozmiar 12-18 CH długość 490cm.

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA -POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 24**

**ZADANIE 1 Poz. 4**

1. Prosimy o korektę błędu pisarskiego w opisie przedmiotu zamówienia oraz dopuszczenie do składania ofert na:

„Strzykawka LUER (ZAMIAST LUER-LOCK) 3-częściowa, w pełni kompatybilna do pompy \* jednorazowego użytku. Tłok strzykawki posiada podwójne gumowe uszczelnienie

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**



## Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateksu. Strzykawka posiada bezpieczną blokadę tłoka zapobiegającą niekontrolowanemu wysunięciu się tłoka z komory strzykawki. Strzykawka posiada owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu się w ręce. Strzykawka idealnie przezroczysta z niebieską wyraźną i czytelną skalą, wolna od PCV - wykonana z polipropylenu. ZAKOŃCZENIE LUER (ZAMIAST LUER-LOCK - połączenie wtykowe do igieł iniekcyjnych (stożek), igła jest „wtykana” w strzykawkę. Opakowanie a 100 szt. POJEMNOŚĆ-50/60 ML POŁĄCZENIE KOŃCÓWKI -centralne”.

W tym miejscu zwracamy uwagę, iż nie istnieją na rynku strzykawki które posiadają zakończenie luer-lock, a jednocześnie spełniają wymóg iż cyt. „połączenie wtykowe do igieł iniekcyjnych (stożek), igła jest „wtykana” w strzykawkę” gdyż w strzykawce luer-lock jak sama nazwa wskazuje igły są wkręcane, a nie wtykane.

Brak stosownej korekty uniemożliwi złożenie ważnej oferty, gdyż opisany literalnie przedmiot zamówienia nie istnieje.

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

### Pytanie nr 25

#### Zadanie 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści skalpel w rozmiarze 11P?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

### Pytanie nr 26

#### Zadanie 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren z łącznikiem Large Lock w rozmiarach CH8-CH24 i wymiarach ramion 18x45cm bez znaczników?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

### Pytanie nr 27

#### Zadanie 10, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści kateter wykonany z poliamidu?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA -POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 28**

**Zadanie 10, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'1 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 29**

**Zadanie 10, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'500 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

**Pytanie nr 30**

**Zadanie 10, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści licznik igieł jak na zdjęciu;



?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 31**

**Zadanie 10, pozycja 10-11**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 32**

**Zadanie 10, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 33**

**Zadanie 10, pozycja 13**

Czy Zamawiający oczekuje zestawu składającego się z komory pomiarowej połączonej z niewymiennym workiem zakończonym kranikiem spustowym umożliwiającym jego opróżnianie? Zestaw zapobiega przypadkowemu rozłączeniu.

**ODP- TAK, POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 34**

**Zadanie 10, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następujących właściwościach:

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





## Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Worek do zbiórki odprowadzanych płynów o pojemności 2000ml z zastawką przeciwwrotną i odpływem, skalowany co 100ml

Strzykawka o pojemności 60ml

Dostępny w różnych konfiguracjach

Szeroka gama igieł do wyboru:

trio igieł o długości 55 mm (14G, 16G i 19G)

trio igieł o długości 80 mm (14G, 16G i 19G)

igła Veressa długości 100mm, z zaokrągloną, bezpieczną końcówką (15G)

Dostępne w wersji manualnej (Toraset) ze szczelnym kranikiem trójdrożnym na drenie odprowadzającym, lub w wersji automatycznej (Tormatic) wyposażonej w trójdrożny zawór przeciwwrotny na drenie odprowadzającym, zapobiegający cofaniu się płynów

Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu

Opakowanie podwójne - zewnętrzne papier-foolia, wewnętrzne folia

?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

### Pytanie nr 35

#### Zadanie 10, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści sondę bez nadrukowanej informacji o czasie stosowania?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

### Pytanie nr 36

#### Zadanie 10, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści sondę zawierającą w składzie śladowe ilości ftalanów?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 37**

**Zadanie 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę ze zdejmowaną nasadką jak na zdjęciu:



?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

**Pytanie nr 38**

**Zadanie 16, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kranik z wyłącznie optycznym identyfikatorem pozycji, przełącznikiem trójramiennym w kolorze niebieskim bez dodatkowych znaczników?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

**Pytanie nr 39**

**Zadanie 16, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści kranik z wyłącznie optycznym identyfikatorem pozycji?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

**Pytanie nr 40**

**Zadanie 16, pozycja 1,2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 41**

**Zadanie 16, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 42**

**Zadanie 16, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści koreczek pakowany w opakowanie papier folia?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA -POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 43**

**Zadanie 21, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 42x56mm lub okrągłą o średnicy 48mm lub 54mm?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA 42x56mm - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 44**

**Zadanie 21, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 36x48mm lub okrągłą o średnicy 43mm lub 48mm?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

**Pytanie nr 45**

**Zadanie 34, pozycja 1**

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakiegokolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 46**

**Zadanie 34, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 wraz z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA -POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •







## Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

### Pytanie nr 47

#### Zadanie 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. Czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA -POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

### Pytanie nr 48

#### Zadanie 35, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

### Pytanie nr 49

#### Zadanie 37, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik o długości 40cm?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY PODTRZYMUJE ZAPISY SWZ.**

### Pytanie nr 50

#### Zadanie 37, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik wyłącznie o długości 40cm?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Pytanie nr 51**

**Zadanie 37, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z nazwą producenta wyłącznie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA -POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 52**

**Zadanie 37, pozycja 4,5**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z oznaczeniem numerycznym rozmiaru wyłącznie na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA -POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 53**

**Zadanie 37, pozycja 4,5**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z otworami bocznymi położonymi naprzemianlegle?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA -POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 54**

**Zadanie 37, pozycja 4,5**

Czy Zamawiający dopuści cewnik bez dodatkowego otworu w opakowaniu?

**ODP- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

**Pytanie nr 55**

Czy Zamawiający w zadaniu 27 dopuści:

Poz. 1 worek stomijny stymetryczny, otwarty, neutralny szary z okienkiem, pojemność 510 ml, otwór do docięcia 10-55 mm, rozmiar płytki 125 mm x 105 mm, wielkość worka 280 mm x 137 mm (nie zapięty), opakowanie – 30 szt.

**Odpowiedź: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.**

Poz. 3 worek stomijny, otwarty, beżowy, pojemność 650 ml, średnica pierścienia 40-70 mm, do wyboru przez zamawiającego, wielkość worka 290 x 145 mm (nie zapięty), opakowanie - 30 szt.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •





**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**  
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.

Poz. 4 worek urostomijny w systemie 1-częściowym, płytka 110 x 89 mm, wielkość worka 245 x 159 mm, pojemność 330 ml, opakowanie – 30 szt.

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA - POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy zadania 27 – worki stomijne pakowane po 30 szt., płytki po 5 szt.?).

**Odpowiedź:** ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, ALE NIE WYMAGA POZOSTAŁE PARAMETRY ZGODNIE Z SWZ.

Sporządziła: *Ewa Nowakowska*.

• zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność • zdrowie • profesjonalizm • nowoczesność •

ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław  
NIP: 895-16-31-106 | Regon: 000290469  
Sekretariat: 71 395 74 26 | fax 71 326 06 22  
Centrala tel.: 71 326 13 25  
[sekretariat@szpital.wroc.pl](mailto:sekretariat@szpital.wroc.pl)

[www.szpital.wroc.pl](http://www.szpital.wroc.pl)



**DOLNY  
ŚLĄSK**