



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów



Łódź, dnia 07.08.2023 r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania,
 którzy pobrali SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi – nr sprawy – 100/TP/ZP/D/2023

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącymi SWZ, na podstawie art. 284 ust. 1, 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 – tj. ze zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. dot. Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-70 stopni, co minimalnie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

2. dot. Pakietu nr 2: Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu uda w zakresie 0-32 stopnie, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

3. dot. Pakietu nr 1: Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z dużym kolorowym ekranem 8" z czasem ładowania akumulatora do 6 godzin w stanie czuwania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

4. dot. Pakietu nr 1: Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z dużym kolorowym ekranem 8" z czasem pracy przy zasilaniu akumulatorowym do 8 godz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

5. dot. Pakietu nr 1: Pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z dużym kolorowym ekranem 8" z szybka gotowością do pracy po włączeniu do 12 sek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

6. dot. Pakietu nr 1: Pkt. 31 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z dużym kolorowym ekranem 8" i wadze 2 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

7. dot. Pakietu nr 1: Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z dużym kolorowym ekranem 8" i kompaktowymi wymiarami 165 mm x szer. 165 mm x wys. 250 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

8. dot. Pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uniwersalny stół do badań, który posiada całkowitą długość 1960 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

9. dot. Pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uniwersalny stół do badań, który posiada szerokość stołu wynoszącą 700 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

10. dot. Pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uniwersalny stół do badań, który posiada elektryczną regulację wysokości w zakresie 540 do 945 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

11. dot. Pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uniwersalny stół do badań, który posiada regulację segmentu oparcia pleców (zagłówek) w zakresie -74° do +43°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

12. dot. Pakietu nr 4: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uniwersalny stół do badań, który posiada maksymalne dopuszczalne obciążenie 250 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

13. dot. Pakietu nr 1: Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr renomowanej amerykańskiej firmy Masimo z technologią Masimo SET, stanowiącą tzw. „złoty standard” w pomiarach pulsoksymetrycznych o następujących parametrach:

Poz.5: czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym 4 h

Poz.14: zakres pulsu: 25-240 bpm

Poz.15-21: bez możliwości pomiaru temperatury

Poz.22: ekran 4,8 cali

Poz.23: bez możliwości wyświetlenia częstości akcji serca

Poz. 32: wymiary: 22,9 cm x 16,5 cm x 10,2 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza następujące parametry:

Poz.5: czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym 4 h

Poz.14: zakres pulsu: 25-240 bpm

Poz. 32: wymiary: 22,9 cm x 16,5 cm x 10,2 cm

pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. WAM - CSW

mgr Anna Pietrzyk
mgr Anna Pietrzyk