



Grudziądz, dnia 19.08.2024 r.

ZP-1957/24

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy asortymentu wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Mikrobiologicznego, Laboratorium Analitycznego i odczynników dla Banku Krwi” (sprawa numer Z/60/PN/24).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawy asortymentu wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Mikrobiologicznego, Laboratorium Analitycznego i odczynników dla Banku Krwi” (sprawa numer Z/60/PN/24), wpłynęły zapytania do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie nr 1

Dotyczy Załącznika nr 2 do SWZ, Zadanie nr 24. Czy Zamawiający odstąpi od zapisu wymogu posiadania rekomendacji certyfikatu FDA oraz ECDC, ze względu że wyrób medyczny dopuszczony do użytku w Unii Europejskiej nie ma wymogu posiadania tych certyfikatów. Oferowany produkt posiada za to CE i jest dopuszczony do użytku jako wyrób do Diagnostyki in-vitro.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 24 jak poniżej.**

Zapytanie nr 2

Dotyczy Załącznika nr 6 do SWZ „ZESTAWIENIE WYMAGANYCH FUNKCJI I PARAMETROW TECHNICZNYCH”

Zwracamy się z prośbą o usunięcie z tabeli parametrów wymaganych punktu nr 17 – Testy antygenowe do ilościowego oznaczania antygeny białka nukleokapsydu.

Punkt ten dotyczy oznaczenia antygeny SARS-CoV-2, a takie oznaczenie nie zostało zawarte w formularzu cenowym.

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że **dokonał modyfikacji Załącznika nr 6 do SWZ w zakresie zadania nr 15 jak poniżej.**





Zapytanie nr 3

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ- projektowanie postanowienia umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7 projektu umowy – zał. 4 do SWZ w następujący sposób:

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

a) w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości – 8% wartości netto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1,

b) w przypadku częściowego odstąpienia przez Zamawiającego od umowy – 8% wartości netto niezrealizowanej części umowy;

2) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:

a) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy w całości – 8% wartości netto umowy, o której mowa w § 6 ust. 1,

b) w przypadku częściowego odstąpienia przez Wykonawcę od umowy – 8% wartości netto niezrealizowanej części umowy;

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w treści SWZ.

Zapytanie nr 4

Dotyczy Specyfikacja Warunków Zamówienia

Czy Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty kart katalogowych wystawionych przez autoryzowanego dystrybutora z uwagi na fakt, że nie jest możliwe zawarcie wszystkich wymaganych parametrów w karcie wystawionej przez producenta?

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w treści SWZ.

Zapytanie nr 5

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ- projektowanie postanowienia umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zdania „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 400 zł netto” W związku z kosztami wysyłki/ sposobem pakowania w opakowania zbiorcze prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 400 zł.

Odpowiedź





W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w treści SWZ.

Zapytanie nr 6

Dotyczy załącznik nr 4 do SWZ- projektowanie postanowienia umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 7- załącznik nr 4 do SWZ w taki sposób, aby kary umowne były naliczane za zwłokę w dostawie towaru od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej kwoty zamówienia. Uważamy za niesprawiedliwe nałożenie kary na Wykonawcę za już zrealizowaną terminowo część umowy

Odpowiedź

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w treści SWZ.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawy asortymentu wraz z dzierżawą aparatów dla Laboratorium Mikrobiologicznego, Laboratorium Analitycznego i odczynników dla Banku Krwi**” (sprawa numer Z/60/PN/24), w następującym zakresie:

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 24 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 24 jak w załączeniu;
- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 6 do SWZ zastępując nową treścią Załącznika nr 6 do SWZ jak w załączeniu [zmiana w zakresie zadania nr 15];

Powyższa modyfikacja SWZ stanowi jej integralną część. Pozostała treść postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) pozostaje bez zmian.

Wykonawca przy składaniu oferty powinien uwzględnić powyższą modyfikację poprzez:

- złożenie wypełnionego dokumentu po modyfikacji

lub

- naniesienie poprawek w ramach powyższej modyfikacji poprzez skreślenie i wpisanie właściwej treści lub dopisanie zmodyfikowanego opisu.