



## Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.

05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12

tel. 22 711 90 00, fax: 22 711 90 02, e-mail: stocer@stocer.pl

NIP 123-11-94-950 REGON 142013120

Konstancin-Jeziorna, 07.11.2023 r.

Do wszystkich  
Uczestników postępowania  
Znak sprawy – PN-79/2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości **powyżej progu**, którego przedmiotem jest dostawa, **nr ogłoszenia 2023/S 203-637516 z dnia 20.10.2023 r.**

**Znak sprawy – PN-79/2023 – dostawę endoprotez.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 1710) – dalej: p.z.p., wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego (MCR STOCER Sp. z o.o.) z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Zapytania dotyczące ww. postępowania dot. zapisów SWZ w zakresie pakietu nr 7:**

**Załącznik nr 8 do SWZ**

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w załączniku nr 8, pkt. 8 w odniesieniu do pakietu nr 7 (endoproteza głowy kości promieniowej) odstąpi od wymogu dostarczenia napędu chirurgicznego?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w załączniku nr 8 pkt. 1 i 6 oraz w zapisach porozumienia do umowy w odniesieniu do pakietu nr 7 (endoproteza głowy kości promieniowej) wyrazi zgodę na dostarczanie instrumentarium na czas trwania zabiegu wraz z typoszeregiem implantów zamiast stworzenia składu konsygnacyjnego(depozytu) i użyczenia instrumentarium na czas trwania umowy?

Z uwagi na małe ilości do zakupu w odniesieniu do 24 miesięcznej umowy wnosimy o pozytywne rozpatrzenie ww. pytania. Implanty wraz z instrumentarium dostarczane będą do 2 dni roboczych przed planowanym zabiegiem według złożonego zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Zapytania dotyczące ww. postępowania dot. zapisów umowy:**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający zmieni §3 ust. 5 poprzez dookreślenie, iż wymiana wadliwego towaru nastąpi w okresie trwania umowy nie później niż 2 lata od użycia towaru?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SWZ z uwagi na konieczność zapewnienia pacjentom świadczeń zdrowotnych najwyższej jakości.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dookreśli co rozumie w §4 ust. 5 „zagwarantowanie autentyczności pochodzenia faktur (...) i integralności ich treści”?

Wykonawca nie może być obciążony obowiązkiem odpowiedzialności za systemy komunikacji Zamawiającego.

**Odpowiedź: § 4 pkt 5 projektu umowy należy rozumieć zgodnie z art. 106m ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., Dz.U. 2023, poz. 1570.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający dookreśli w § 7, iż rozpoczęciem postępowania ugodowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty

za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź:** Zamawiający modyfikuje § 7 projektu umowy. Modyfikacja dostępna n stronie <https://platformazakupowa.pl/pn/stocer/proceedings>.

#### **Pytanie 6**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

1. W przypadku zwłoki w dostawie lub wymianie wyrobów medycznych na wolne od wad, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,2 % netto wartości niedostarczonych wyrobów medycznych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonych wyrobów medycznych.**

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje treść SWZ, ponieważ zastrzeżone kary umowne mają na celu dyscyplinowanie Wykonawcy.

#### **Pytanie 7**

dotyczy pakietu nr 17

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 17 wyrazi zgodę na przesyłanie instrumentarium każdorazowo na zabieg w ciągu 24 h od złożenia zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie 8**

dotyczy pakietu nr 19

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 19 wyrazi zgodę na przesyłanie instrumentarium każdorazowo na zabieg w ciągu 24 h od złożenia zamówienia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**