



Wrocław, dnia 26.08.2024r.

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

FZ242/FT-008 /2024

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na dostawę płynów dezynfekcyjnych

Znak sprawy: FZ424/FT-008/2024

Dotyczy Parametry Techniczne

1. Dotyczy Pakietu 1 Pozycji 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kwaśnego środka płuczącego o działaniu neutralizacyjnym do automatycznego mycia naczyń sanitarnych (basenów, butelek na mocz), na bazie kwasów organicznych i niejonowych środków powierzchniowo-czynnych, zawierającego w swoim składzie kwas cytrynowy, odpowiedniego dla każdej twardości wody, skutecznego w stężeniu 0,05-0,6% (dozowanie 0,5-6 ml/L)? Zgoda na powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu, co pozwoli na jego większą konkurencyjność oraz wybór przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

ODPOWIEDZ:

Myjka znajduje się na gwarancji i Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę parametrów środków myjących.

2. Dotyczy Pakietu 1 Pozycji 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie alkalicznego środka przeznaczonego do automatycznego mycia naczyń sanitarnych (basenów, butelek na mocz), zawierającego w swoim składzie wodorotlenek potasu i sodu oraz kwas fosforowy, odpowiedniego dla każdej twardości wody, skutecznego w stężeniu 0,1-0,3% (dozowanie 1-3 ml/L)? Zgoda na powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu, co pozwoli na jego większą konkurencyjność oraz wybór przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

ODPOWIEDZ:

Myjka znajduje się na gwarancji i Zamawiający nie wyraża zgodę na zmianę parametrów środków myjących.

KIEROWNIK
DZIAŁU ZAOPATRZENIA

Romana Komora



**DOLNY
ŚLĄSK**

STARSZY INSPEKTOR
ds. zaopatrzenia
Urszula Pisching