



„Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o.
19-300 Elk, ul. Baranki 24,
tel. 87 620-95-71 wew. 51 - Automatyczna Centrala
tel. 87 621-96-20 - Sekretariat, Zarząd Spółki

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
tel. 87 620-95-93
tel. 87 620-95-76
tel. 87 620-96-26

e-mail: zaopatrzenie-pm@elk.com.pl
e-mail: przetargi@promedica.elk.pl
www.promedica.elk.com.pl

Odpowiedź na Zapytanie 3

Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/DZZP/2964/23

Data: 14.08.2023r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na Zakup sterylizatorów i myjni COVID na potrzeby „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Znak sprawy: 2964/2023 w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie Szpitala „Pro-Medica” w Elku Sp. z o.o. Celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia” RPWM.13.02.00-28-0018/22-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 284 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1

Czy Zamawiający dopuści wykonanie walidacji procesowej w terminie 1 miesiąca od zainstalowania i uruchomienia urządzenia, przy jednoczesnym wykonaniu walidacji instalacyjnej i operacyjnej przed odbiorem urządzenia przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z oferta dołączył aktualny certyfikat autoryzacyjny dla serwisu wystawiony przez producenta, który będzie wykonywał przeglądy i ewentualne naprawy w okresie gwarancyjnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

PYTANIE nr 3

Pytanie dot. załącznika nr 3 do SWZ: opis przedmiotu zamówienia, pakiet 2 sterylizator 12-jednostkowy parametry techniczne lp. 6:

6. Komora o wymiarach 660x660x1250 mm +/-5% (600l +/- 5%).

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na:

6. Komora o wymiarach 660x660x1250 mm +/-5% (540 +/-5%)

UZASADNIENIE: Podane wymiary 660x660x1250 dają pojemność 544,5 litra, zatem zapis jest oczywistą pomyłką pisarską.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, jednakże dokonuje Modyfikacji nr 1 z dn. 14.08.2023 r. Załącznika nr 3 do SWZ - Opis przedmiotu Zamówienia w tym zakresie.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych odpowiedzi i dokonanych zmian, stanowią one bowiem integralną część SWZ.

Z poważaniem