

Wałbrzych, dnia 29.06.2023r.

DZPZ-530 - Zp/45/PN/23

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej Aparatu RTG – Mammograf cyfrowy Selenia Dimensions Producenta Hologic Inc. USA oraz Angiografu Ziehm Vision Producenta Ziehm Imaging GmbH + Stół operacyjny Stille Imagiq 2 z przeziernym i pływającym blatem, będących na stanie Specjalistycznego Szpitala im. dra. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu na okres 36 miesięcy - Zp/45/PN/23

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ - Pakiet 2 – Angiograf + Stół, pkt 1

Zwracamy się z prośbą o drobną modyfikację zapisu w w/w punkcie, proponujemy:

„ - nielimitowaną wymianę wszystkich uszkodzonych części zamiennych w tym lampy RTG, detektora w razie konieczności wraz z utylizacją części zużytych po wcześniejszym przedłożeniu Zamawiającemu kosztorysu – kalkulacji kosztów naprawy tj. części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych lub elementów wyposażenia dodatkowego Sprzętu, który po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do dokonania naprawy uszkodzonego Sprzętu”.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy w § 5 pkt 2

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za usługę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 3

Dotyczy wzoru umowy w § 6 pkt 1 ppkt 1)

Zwracamy się z prośbą aby kara w w/w punkcie była naliczana za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 4

Dotyczy wzoru umowy w § 6 pkt 1 ppkt 3)

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 5

Dotyczy wzoru umowy w § 6 pkt 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których może dochodzić Zamawiający do 20 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1. Wyjaśniamy, że w umowach na usługi serwisu sprzętu medycznego, w przypadkach jw. powszechnie przyjmowane są kary od 20 % do 30% wartości netto przedmiotu umowy.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 6

Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ - Pakiet 1 i 2, pkt 1

Proponujemy termin naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 7 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki. Wyjaśniamy, że czas naprawy zależy jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy, a więc o czas transportu, co w przypadku poczty kurierskiej trwa 2-3 dni robocze.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych**

Dominik Łoziński

*Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Dorota Piekarz
nr tel.: 74/6489700*