

Sygnatura akt: CEZAMAT/13/DBN/2022
L. dz. CEZ - 92/22

Warszawa, 17.02.2022 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy postępowania prowadzonego bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na zakup i dostawę mini wirówki.

Zamawiający, Politechnika Warszawska, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, informuje, że w dniach 14-15.02.2022 r. wpłynęły zapytania do ww. postępowania dotyczące treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza poniżej.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę bez adaptera na pojedyncze próbki ?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o zakresie prędkości 0-6000 rpm ?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza wirówkę o zakresie prędkości w zakresie 0-7000 rpm.

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę o maksymalnej prędkości 7000 rpm?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza wirówkę o zakresie prędkości w zakresie 0-7000 rpm.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z możliwością wirowania równocześnie 8 probówek o objętości 2 / 1,5 ml ?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wirówki z możliwością wirowania równocześnie 8 probówek o objętości 2 / 1,5 ml, przy czym w takim przypadku wirówka musi umożliwiać wirowanie obu wielkości probówek.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający dopuści wirówkę z napędem silnika prądu stałego, bez określonej dokładnej mocy miniwirówki ?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6.

Czy Zamawiający dopuście wirówkę o max 6500 rpm oraz mocy 7 W?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza wirówkę o maksymalnej prędkości 7000 rpm, ale nie dopuszcza mocy mniejszej niż 15 W.

Dyrektor
Centrum Zaawansowanych Materiałów
i Technologii CEZAMAT
/-/
Mariusz Wielec