



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO

Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Białej Podlaskiej

21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 20, tel. (83) 343-40-68,

(83) 343-47-35, tel./fax (83) 344-37-06

NIP 537-19-50-595

REGON 000570559

NZP.3520.3.2024

Biała Podlaska, 20 marca 2024 r.

Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej większej niż progi unijne w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa 2 szt. ambulansów sanitarnych Typu C z wyposażeniem medycznym” [NZP.3520.3.2024]

WYJAŚNIENIA/MODYFIKACJA ZAMAWIAJĄCEGO (2)

W imieniu Zamawiającego – SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej, w związku z wpływaniem do Zamawiającego wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (złożonych w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.; dalej jako PZP)), poniżej na podstawie art. 135 ust. 2 PZP przekazuje się treści zapytań wraz z wyjaśnieniami

Pytanie 1.

9. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA pkt. 1.6 ppkt b)

Prosimy o dopuszczenie radiotelefonu ze standardowym mikrofonem i rezygnację z wymogu mikrofonu z przyciskami programowalnymi i klawiaturą DTMF z uwagi na fakt, iż mikrofon wymagany przez Zamawiającego jest obecnie na rynku nieosiągalny ze względu na brak dostępności komponentów do jego produkcji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie radiotelefonu ze standardowym mikrofonem, bez przycisków programowalnych i klawiatury DTMF.

Pytanie 2.

9. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA pkt. 3.6 ppkt b)

Prosimy o dopuszczenie akumulatora radiotelefonu 2100 mAh, nie 1500 mAh, gdyż ten jest już niedostępny, został zastąpiony akumulatorem o większej pojemności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie radiotelefonu z akumulatorem o pojemności 2100 mAh.

Pytanie 3.

19. NOSZE GŁÓWNE ppkt 11) oraz ppkt 15)

Zamawiający w OPZ w pkt. 11 wymaga "wysuwanych uchwytów przednich i tylnych do przenoszenia noszy" oraz w pkt. 15 noszy "ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy". Przede wszystkim opis nie jest jednoznaczny i do końca nie wiadomo co Zamawiający dokładnie wymaga.

Dodatkowo pragniemy zauważyć, że opis dot. składanych lub chowanych rączek jest charakterystyczny i dotyczy noszy mechanicznych a nie elektrycznych. Z posiadanej przez nas wiedzy, nie ma na rynku noszy, które spełniałyby opis Zamawiającego w 100%. Występują na rynku nosze, które posiadają wysuwane rączki w przedniej części noszy do przenoszenia noszy, które służą również do skracania długości noszy, lecz nie ma na rynku noszy elektrycznych, które posiadałyby rączki przednie wysuwane, chowane lub składane, które w pozycji wysuniętej spełniałyby tę funkcjonalność (przenoszenia noszy). Ponadto, w noszach elektrycznych, które z założenia niwelują użycie siły do podniesienia pacjenta, ta funkcja wydaje się być zbędna. W związku powyższym, prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu posiadania przez nosze wysuwanych, składanych lub chowanych rączek z tyłu noszy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania dedykowanych uchwytów do noszy.

W związku z udzieleniem powyższych odpowiedzi Zamawiający informuje, że zmianie w zakresie SWZ ulegają n/w treści: na podstawie art. 137 ust. 1 PZP ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

Załącznik nr 3 do SWZ

Przedmiot zamówienia (szczegółowy opis) – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

19. NOSZE GŁÓWNE wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym mają być zgodne z normą PN EN 1865 i PN EN 1789 – lub równoważnymi, muszą posiadać następujące parametry minimalne:

Ppkt 11)

Jest:

11)	wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy.
-----	--

Ulega zamianie na:

11)	uchwyty dedykowane do noszy
-----	-----------------------------

Ppkt 15)

Jest:

15)	Ze składanymi poręczami bocznymi, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy, oraz chowanymi przednimi uchwytami umożliwiającymi poruszanie się w ciasnej przestrzeni.
-----	--

Ulega zamianie na:

15)	Składane poręcze boczne
-----	-------------------------

Rozdział XIII SWZ. MIEJSCE I SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_bp na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platforma) do dnia **20.03.2024 r.** do godz. 11:00.

Ulega zmianie na:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_bp na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platforma) do dnia **26.03.2024 r.** do godz. 11:00.

Rozdział XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj. **20.03.2024 r.** o godz. 11:05.

Ulega zmianie na:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj. **26.03.2024 r.** o godz. 11:05.

Rozdział XI SWZ. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Jest:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **17.06.2024 r.**

Ulega zmianie na:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **23.06.2024 r.**

W załączeniu do wyjaśnień zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SWZ: Przedmiot zamówienia (szczegółowy opis) – Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych.

DYREKTOR
Igor Dzikiewicz

