



PCZ/II-ZP/20/2023

Żnin, dn. 05.10.2023 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Usługa prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz kompleksowym serwisem** dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień i odpowiada na pytania, które wpłynęły od Wykonawców biorących udział w postępowaniu:

Pytanie 1: Zamawiający wymaga w ramach przedmiotowych środków dowodowych wpisu lub zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracji CE oraz Instrukcji używania. Jednocześnie Zamawiający wymaga, by dokumenty dotyczyły tkanin, z których wykonana jest bielizna operacyjna. W przypadku w/w dokumentów dotyczą one jedynie wyrobów gotowych, nie można bowiem zgłosić do Rejestru Wyrobów Medycznych tkaniny, ani wystawić Deklaracji CE dla tkaniny. Podobnie nie wystawia się Instrukcji użytkowania dla tkanin, a dla wyrobów, z których są wykonane.
Czy w nawiązaniu do powyższego, Zamawiający sprostuje w ramach przedmiotowych środków dowodowych wymóg zgłoszenia do Rejestru Wyrobów Medycznych, Deklaracji CE oraz Instrukcji używania dla wyrobów gotowych, zamiast dla tkanin?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z rozdziałem IX, pkt. 7e wymaga dokumenty dotyczące bielizny operacyjnej.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści fartuchy operacyjne wykonane w polu niekrytycznym z tkaniny o zawartości bawełny 55% +/- 5%? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Czy Zamawiający wymaga aby tylko warstwa zasadnicza w serwetach dwuwarstwowych była zgodna z normą PN-EN 13795? Warstwa chłonna nie może być barierowa, co wyklucza możliwość zgodności z w/w Normą.


Odpowiedź: Tak, wymóg dotyczący normy PN-EN 13795 dotyczy serwetki zasadniczej.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści odzież operacyjną oraz dla Sterylizatorni wykonaną z tkaniny bawełniano-poliestrowej o zawartości bawełny 48% +/- 3%? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dla odzieży operacyjnej dopuszcza zawartość bawełny minimum 50%.

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści Załącznika nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia.

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - po zmianach z dn. 05.10.2023r. Zamawiający udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. ekonomiczno-administracyjnych

Ewa Galias-Gąsior