



**„SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”  
SPÓŁKA Z O.O. w restrukturyzacji  
62-300 Września, ul. Słowackiego 2**



System  
zarządzania  
ISO 9001:2015  
  
www.tuv.com  
ID: 8105047698

Września, dn.12.08.2021r.

SA-381-9/21

**Dotyczy postępowania: „zakup i dostawa wyrobów medycznych i niemedycznych”**

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Czy Zamawiający w pakiecie nr 60 w pozycji 14b dopuści Infusor o przepływie 5 ml/h, o nominalnym czasie pracy 48h, objętości nominalnej 240 ml, objętości maksymalnej 300 ml, posiadający obudowę kodowaną kolorystycznie w zależności od predkości przepływu. Proponowany Infusor posiada filtr cząstek stałych wbudowany w elastomer oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę linii dzięki czemu Personel podczas podłączania Infusora pacjentowi nie musi pamiętać o dodatkowym zabezpieczeniu i mocowaniu ogranicznika przepływu do ciała pacjenta – tak aby ogranicznik przepływu mógł się skalibrować do temperatury ciała pacjenta, jak to ma miejsce w przypadku innych urządzeń dostępnych na rynku. W przypadku proponowanego Infusora ogranicznik przepływu i końcówka dystalna linii są jednym w ziązku z tym podłączenie końcówki dystalnej linii do wkłucia pacjenta i zabezpieczenie go jednocześnie zapewnia odpowiednią kalibrację ogranicznika przepływu. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu	Zamawiający dopuszcza. Zamawiający nie wydzieli
2	Czy Zamawiający w pakiecie nr 60 w pozycji 14a dopuści Infusor o przepływie 10 ml/h, o nominalnym czasie pracy 24h, objętości nominalnej 240 ml, objętości maksymalnej 300 ml, posiadający obudowę kodowaną kolorystycznie w zależności od predkości przepływu. Proponowany Infusor posiada filtr cząstek stałych wbudowany w elastomer oraz ogranicznik przepływu wbudowany w dystalną końcówkę linii dzięki czemu Personel podczas podłączania Infusora pacjentowi nie musi pamiętać o dodatkowym zabezpieczeniu i mocowaniu ogranicznika przepływu do ciała pacjenta – tak aby ogranicznik przepływu mógł się skalibrować do temperatury ciała pacjenta, jak to ma miejsce w przypadku innych urządzeń dostępnych na rynku. W przypadku proponowanego Infusora ogranicznik przepływu i końcówka dystalna linii są jednym w ziązku z tym podłączenie końcówki dystalnej linii do wkłucia pacjenta i zabezpieczenie go jednocześnie zapewnia odpowiednią kalibrację ogranicznika	Zamawiający dopuszcza. Zamawiający nie wydzieli

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września  
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140

Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł

centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30

[www.szpitalwrzesnia.home.pl](http://www.szpitalwrzesnia.home.pl); e-mail: [sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl);

	przepływu. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do oddzielnego pakietu	
3	Czy Zamawiający w pakiecie 60 w pozycji 14a i 14b wymaga przedstawienia badań stabilności leku w Infusorze, który planuje Zamawiający podawać pacjentom przy użyciu tychże pomp elastomerowych?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga
4	Czy Zamawiający w pakiecie 60 w pozycji 14a i 14b wymaga aby zaoferowana pompa elastomerowa posiadała ogranicznik przepływu wbudowany w końcówkę dystalną drenu?	Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.

Przedstawiciel  
 „Szpitala Powiatowego we Wrześni”  
 Sp. z o.o. w restrukturyzacji  
 Zbigniew Hupalo

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września  
 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy  
 Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140  
 Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł  
 centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30  
[www.szpitalwrzesnia.home.pl](http://www.szpitalwrzesnia.home.pl); e-mail: [sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl](mailto:sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl);