

Lubań, dnia 29 stycznia 2024 r.

### **Wszyscy Wykonawcy**

### **PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 3**

**do zapytania ofertowego nr ZP/ZAP\_OFER/01/2024 na  
„Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych  
dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”**

Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o. wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie 1 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści standardową igłę 3/8 koła odwrotnie tnącą?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 2 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści nitkę o długości 75cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 3 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 9-27**

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 4 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 5 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści igłę 1/2 koła okrągłą?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 6 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 28-29**

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego ok. 50% po 7 dn, 0% po 10-14 dn, okres wchłaniania 42 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 7 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 28-29**

Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 8 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 30-31**

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wykonane z kopolimeru glikolidu i kaprolaktonu, profil podtrzymywania ok. 50-60% po 7 dn, 20-30% po 14 dn., całkowite wchłanianie 90-120 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 9 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 30-31**

Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 10 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 30**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 26mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 11 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 32-35**

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne niewchłaniające, plecione, powlekane silikonem, wykonane z poliestru?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 12 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 32-35**

Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 13 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 36-38**

Czy Zamawiający dopuści szwy chirurgiczne, wchłaniające, syntetyczne, monofilamentowe, niepowlekane, wykonane z polidioxanonu, profil podtrzymywania ok. 70% po 28 dniach, ok. 50% po 42 dniach, całkowite wchłanianie 180-210 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 14 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 36-38**

Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 15 - dot. Pakiet nr 1, pozycja 38**

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 48mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**PREZES ZARZĄDU**

**KRZYSZTOF KONOPKA**