

Znak sprawy Adm 2/2021

Gdańsk, dnia 26.02.2021 r.

L.dz. Adm 2/2021 / **1609** /2021


Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podst. art. 275 ust. 1 ustawy Pzp

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, przekazuje poniżej treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu na **Dostawę sprzętu medycznego: urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, koncentratorów tlenu, termometrów bezdotykowych, pulsoksymetrów i okularów ochronnych (w 5 pakietach) – znak sprawy Adm 2/2021**

I.p.	Treść pytania	Treść wyjaśnienia udzielonego przez Zamawiającego
1.	Pytanie 1 – dotyczy pakietu 2 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga czujnik bezpośredni w technologii Masimo SET, który mierzy samą saturację czy również parametry RAINBOW takie jak SpO2, SpHb, SpMet??	Zgodnie z treścią SWZ Zamawiający wymaga czujnika w technologii Massimo Rainbow.
2.	Pytanie 2 – dotyczy pakietu 2 poz. 1 Czy ze względu na pojawiające się coraz częściej na rynku Polski zamienniki czujników Masimo SET produkcji chińskiej lub koreańskiej, które nie są kompatybilne z urządzeniami posiadającymi technologię Masimo SET a ich użycie może spowodować błędy pomiarowe, Zamawiający wymaga oryginalnych czujników w technologii Masimo SET przez Autoryzowanego Dystrybutora, który posiada Autoryzowany Serwis na terenie Polski?	TAK, Zamawiający wymaga.
3.	Pytanie 3 – dotyczy pakietu 2 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr napalcowy renomowanej amerykańskiej firmy Masimo z zakresem pomiaru pulsu 25-240 bpm?	TAK, Zamawiający dopuszcza.
4.	Pytania dotyczące załącznika 4 – projekt umowy Pytanie 1 – dotyczy §6 ust. 1, 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto niewykonanej części dostawy?	Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany.

Wykonała: Dorota Achcińska
Dział Zamówień Publicznych
e-mail: dzpublicznych@wsp-bilikiewicz.pl
tel. 58 52 47 518

dr n. ekon. Mariusz Kaszubowski


Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku

Strona 1 z 1

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny
im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk
Centrala Szpitala:
58 524 75 00

Sekretariat Dyrekcji Szpitala:
tel. 58 524 75 05, fax. 58 524 75 20
szpital@wsp-bilikiewicz.pl
www.wsp-bilikiewicz.pl
NIP: 9570728045