

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 15.10.2020r.

DZPZ-530-Zp/58/PN-55/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa jednorazowego wyposażenia pracowni cytostatycznej i roztworów płynów infuzyjnych” - Zp/58/PN-55/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1. Dotyczy Pakiet 1 poz.3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr3 w pakiecie 1 do osobnego pakietu

Pytanie 2. Dotyczy Pakiet nr 4 poz.1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr1 w pakiecie 4 do osobnego pakietu

Pytanie 3. Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 2-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki, których tłok jest wykonany z polietylenu a cylinder z polipropylenu.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody , strzykawka ma być wykonana z polipropylenu

Pytanie 4. Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 3-7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na strzykawki z rozszerzoną skalą.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 5. Dotyczy Pakiet nr 4 poz. 5-7


Czy Zamawiający wyraża zgodę na przeliczenie w formularzu asortymentowo- cenowym na opakowania po 50 szt.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 6. Dotyczy Pakiet nr 5 poz.2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej na pozostały asortyment.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr2 w pakiecie 5 do osobnego pakietu.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 7. Dotyczy Pakiet nr 5

Czy Zamawiający ma na myśli ilość opakowań, czy ilość sztuk?

Odp. Zamawiający ma na myśli ilość sztuk ponieważ koreczki mają być pakowane pojedynczo.

Pytanie 8. Dotyczy Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu z drenem 150cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza .

Pytanie 9. Dotyczy Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu, którego komora kroplowa wykonana jest z medycznego PVC.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, linia ma być wolna od pvc .

Pytanie 10. Dotyczy Pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu filtracji bakteryjnej na poziomie 99,99 gdyż ewidentnie wskazuje to na konkretnego wykonawcę.

Odp. Zamawiający wymaga filtracji bakteryjnej na poziomie 99,99.