

Wrocław dnia 14.10.2024

Informacja nr 2 dla wykonawców

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w dotykowy wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej 7 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości 800 x 480 pikseli?
ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w pełną wirtualną klawiaturę alfanumeryczną obsługującą polskie znaki oraz wyposażony w przyciski funkcyjne na ekranie aparatu EKG oraz pod nim? Wirtualna klawiatura nie dość, że w dzisiejszych czasach jest standardem w większości urządzeń (nie tylko medycznych), to dodatkowo nie podlega zużyciu i nie zepsuje się jak fizyczne przyciski oraz ułatwia dezynfekcję urządzenia dzięki większej ilości płaskich powierzchni (brak wystających przycisków). Frontowy panel oferowanego urządzenia z klawiaturą funkcyjną jest wodoodporny
ODP. Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG o dużo lepszych parametrach niż wymagane, czyli z częstotliwością próbkowania 64 000 Hz i detekcji pików rozrusznika serca na poziomie aż 80 000 Hz? Jest to dużo lepsze rozwiązanie niż aktualnie wymagane.
ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z wbudowaną w aparat drukarką termiczną drukującą 8 pkt/mm w osi amplitudowej oraz 40 pkt/mm w osi czasu i obsługującą papier w formie składanki, dowolnego producenta o wymiarach 210 x 140 [mm]? Oferowany aparat EKG drukuje zapis EKG w formacie A4, czyli na kartce o wymiarach 210 mm x 295 mm, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
ODP. Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w wysokiej jakości mobilny wózek aparaturowy na czterech kołach, każde z niezależną blokadą oraz w kosz na akcesoria, półkę na elektrody wielorazowe lub jednorazowe, uchwyt na przewód pacjenta, uchwyt na kable poszczególnych odprowadzeń zapobiegający „machaniu się kabla” podczas transportu urządzenia oraz w ręczki do manewrowania statywem? Jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż aktualnie wymagane.
ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści wydruk badania EKG na papierze 112mm? Zaproponowane wymiary są idealnie dopasowane do każdego urządzenia i pozwalają na rejestrowanie wykresu na wystarczająco dużym obszarze.
ODP. Zgodnie z OPZ

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wymiarach 330 x 230 x 140 mm? Wspomniane wymiary aparatu EKG sprawiają, że ekran sprzętu sprzyja ergonomii użytkownika. Wysokość ekranu aparatu EKG powinna być dostosowana do średniego

wzrostu użytkownika, co minimalizuje konieczność pochylania się lub podnoszenia głowy.
ODP. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG wyposażony w wózek z 4 kołami, w tym 2 koła z hamulcem? Wózek z 4 kołami ma bardziej równomiernie rozłożony ciężar, co poprawia jego stabilność.

ODP. Zamawiający dopuszcza wózek z 4 kołami, w tym 2 koła z hamulcem. Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wyciągacz na przewód pacjenta

SPECJALISTA
ds. rozliczeń i napraw sprzętu medycznego

inż. Ewelina Dynysiuk

KIEROWNIK
Działu Gospodarki Nieruchomościami
i Utrzymywania Ruchu

mgr Paweł Tarasiński