



# WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KRAKOWIE

---

Kraków, dnia 18 marzec 2024 r.

znak sprawy: AGZ.272.1.2024

## **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na: „Dostawę podłoży mikrobiologicznych” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8.03.2024 r., nr 2024/BZP 00237048/01*

### **Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskami o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie **art. 284 ust. 2** ustawy Pzp, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Wniosek nr 1:**

Pytania do umowy zał. 2b:

(§ 4 ust. 3) Prosimy o zmianę zwrotu „od dnia zgłoszenia reklamacji” na zapis w brzmieniu „od chwili uznania reklamacji”.

Uzasadnienie:

Realizacja reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 15 dni jest trudna do wykonania.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zamawiający jednocześnie zaznacza, że w § 4 ust. 3 wzoru umowy został podany 21-dniowy termin od dnia zgłoszenia reklamacji, a nie 15-dniowy jak podano we wniosku nr 1.

**Wniosek nr 2:**

Pytania do umowy zał. 2b:

(§ 6 ust. 1 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w dostawie liczonej od dnia określonego w § 2 ust. 1?

Uzasadnienie:

Prośbę swą motywujemy tym iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści KC nie ma postanowień, które wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o Zamówienie publiczne. Także żaden zapis z Prawa Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie dopuszcza możliwości zmiany postanowień dot. kar umownych.

Kara umowną, aby skutecznie pełniła swoje funkcje, w szczególności funkcję odszkodowawczą (kompensacyjną), stymulacyjną i symplifikacyjną nie może być znikoma i pomijalna - wprost przeciwnie, musi być dotkliwa, by spełnić te funkcje.

**Wniosek nr 3:**

Pytania do umowy zał. 2b:

(§ 6 ust. 1 pkt. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 0,5% ceny NETTO wadliwych podłoży za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na wymianę wadliwych lub niezgodnych z swz podłoży.

Uzasadnienie:

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie dopuszcza możliwości zmiany postanowień dot. kar umownych. Wyjaśnienie podane zostały powyżej, tj. w odpowiedzi na Wniosek nr 2.

**Wniosek nr 4:**

Pytania do umowy zał. 2b:

(§ 6 ) Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie dopuszcza możliwości zmiany postanowień dot. kar umownych. Wyjaśnienie podane zostały powyżej, tj. w odpowiedzi na Wniosek nr 2.

**Wniosek nr 5:**

Pytania do umowy zał. 2b:

(§ 6 ust. 1 pkt. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy w przypadku odstąpienia od umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miała charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie dopuszcza możliwości zmiany postanowień dot. kar umownych. Wyjaśnienie podane zostało powyżej, tj. w odpowiedzi na Wniosek nr 2.

**Wniosek nr 6:**

Pytania do umowy zał. 2b:

(§ 6 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości netto niezrealizowanej części dostawy w przypadki jeśli zwłoka, o której mowa w ust. 1 lit. a i lit. b przekroczy 5 dni roboczych.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie dopuszcza możliwości zmiany postanowień dot. kar umownych. Wyjaśnienie podane zostało powyżej, tj. w odpowiedzi na Wniosek nr 2.

**Wniosek nr 7:**

Pytania do umowy zał. 2b:

(§ 6 ust. 4) Prosimy o podanie podstaw prawnych naliczania kar umownych w kwocie do 35%. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary tj. łączna kwota kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z nową ustawą prawa zamówień publicznych , łączna kwota nie może być wyższa aniżeli 35%. W przypadku braku zgody na powyższe, proszę o podanie podstaw prawnych wraz z uzasadnieniem swojej odpowiedzi.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Zgodnie z treścią wzoru umowy maksymalna wysokość kar nie przekracza 35% wynagrodzenia.

**Wniosek nr 8:**

Dotyczy: Część 03 Podłóże gotowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3-4 podłóży o specyfikacji zgodnej z załączoną kartą (załącznik nr 1 do pytań)?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

**Wniosek nr 9:**

Dotyczy: Część 03 Podłóże gotowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 podłóży o specyfikacji zgodnej z załączoną kartą (załącznik nr 2 do pytań)?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

**Wniosek nr 10:**

Dotyczy: Część 03 Podłóże gotowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 7-10 podłóży z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** dopuszcza w pozycji nr 7-10 podłóży z terminem ważności 6 miesięcy od daty produkcji i minimum 5 miesięcy od daty dostawy.

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty, część 3).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Wniosek nr 11:**

Dotyczy: Część 03 Podłóże gotowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 15 podłóży z terminem ważności 3 miesiące od daty produkcji i minimum 11 tygodni od daty dostawy?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** dopuszcza podłóże z terminem ważności 3 miesiące od daty produkcji i minimum 11 tygodni od daty dostawy.

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (opis przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty, część 3).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Wniosek nr 12:**

Dotyczy: Część 03 Podłóże gotowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 1 podłóża o specyfikacji zgodnej z załączoną kartą (załącznik nr 3 do pytań)?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

**Wniosek nr 13:**

Dotyczy: Część 03 Podłóże gotowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 2 podłóża o specyfikacji zgodnej z załączoną kartą (załącznik nr 4 do pytań)?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

**Wniosek nr 14:**

Dotyczy: Część 03 Podłóże gotowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 3 podłóża o specyfikacji zgodnej z załączoną kartą (załącznik nr 5 do pytań)?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

**Wniosek nr 15:**

Dotyczy: Część 03 Podłóże gotowe

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 4 podłóża o specyfikacji zgodnej z załączoną kartą (załącznik nr 6 do pytań)?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

**Wniosek nr 16:**

Dotyczy: Część 04 Podłóża do diagnostyki medycznej - część 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 1 podłóża o specyfikacji zgodnej z załączoną kartą (załącznik nr 3 do pytań)?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

**Wniosek nr 17:**

Dotyczy: Część 04 Podłoża do diagnostyki medycznej - część 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 podłoża o specyfikacji zgodnej z załączoną kartą (załącznik nr 4 do pytań)?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

**Wniosek nr 18:**

Dotyczy: Część 04 Podłoża do diagnostyki medycznej - część 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 3 podłoża o specyfikacji zgodnej z załączoną kartą (załącznik nr 5 do pytań)?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

**Wniosek nr 19:**

Dotyczy: Część 04 Podłoża do diagnostyki medycznej - część 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 4 podłoża o specyfikacji zgodnej z załączoną kartą (załącznik nr 6 do pytań)?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

**Wniosek nr 20:**

Dotyczy: Część 09 Podłoża gotowe do diagnostyki medycznej - część 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 podłoża, które nie zostało sklasyfikowane jako wyrób medyczny?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że dopuszcza** zaoferowanie w pozycji 5 podłoża, które nie zostało sklasyfikowane jako wyrób medyczny. Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ (część 9).

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Wniosek nr 21:**

Dotyczy: Część 09 Podłoża gotowe do diagnostyki medycznej - część 2

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, to czy wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 5 podłoża o specyfikacji zgodnej z załączoną kartą (załącznik nr 7 do pytań)?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** dokona oceny zgodności produktu na etapie oceny złożonych ofert.

**Wniosek nr 22:**

Dotyczy: Część 13 Podłoża gotowe do diagnostyki medycznej - część 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 2 i 3 podłoży, które nie zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne?

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** nie wyraża zgody na zaoferowanie produktów w poz. 2 i 3 części 13, które nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny.

**Wniosek nr 23:**

Dotyczy: Część 2 Podłoża granulaty i dodatki do podłoży

zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie następujących parametrów produktów: poz. 26 -  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  1.35 g/l (diwodorofosforan potasowy)

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** w poz. 26 produkt powinien zawierać składnik  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  1,35 g/l - diwodorofosforan potasowy zamiast fosforanu dwupotasowego – 1,35 g/l.

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1** ustawy Pzp dokonuje zmiany w Załączniku 1A do SWZ, w części 2 w poz. 26.

Zmieniony Załącznik 1A do SWZ został zamieszczony na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Wniosek nr 24:**

Dotyczy: Część 2, poz. 44

Prośba o akceptację specyfikacji: ..... lub wskazanie przykładowego produktu.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** wszystkie parametry produktu zostały opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik 1A do SWZ), a Zamawiający oceni zgodność zaoferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia na etapie oceny złożonych ofert.

**Wniosek nr 25:**

Dotyczy: Część 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dla poz. 7 i 8 (ten sam produkt bulion Frasera) łącznie 100 fiolek zamiast 85, ponieważ producent oferuje pozycję w opakowaniach zbiorczych po 50 szt.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) w pozycji 7 i 8 wymagana ilość to 85 sztuk. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie większej ilości produktu wynikającej ze sposobu pakowania, pod warunkiem zapewnienia wymaganej ilości z zachowaniem ceny dla wymaganej ilości, tj. 85 sztuk. Dodatkowa ilość, czyli 15 sztuk nie będzie miała wpływu na ocenę oferty. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pozycja 8 – „Uwagi”).

**Wniosek nr 26:**

Dotyczy: Część 3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 zamiast 15 szt. 20 butelek – producent stosuje opakowania zbiorcze po 10szt.

**W odpowiedzi na powyższy wniosek Zamawiający informuje, że** zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – kalkulacja ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) w pozycji 10 wymagana ilość to 15 sztuk. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie większej ilości produktu wynikającej ze sposobu pakowania, pod warunkiem zapewnienia zamówionej ilości z zachowaniem ceny dla wymaganej ilości, tj. 15 sztuk. Dodatkowa ilość, czyli 5 sztuk nie będzie miała wpływu na ocenę oferty. Stosowne zmiany należy wnieść w kalkulacji ceny oferty (Załącznik 1A do SWZ) lub w formularzu oferty (Załącznik 1 do SWZ, pozycja 8 – „Uwagi”).

Ponadto Zamawiający informuje, że działając na podstawie **art. 286 ust. 3** ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

**Termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu upływa dnia **26.03.2024 r. o godz. 9:00**, a oferty zostaną otwarte w dniu 26.03.2024 r. o godz. 9:05.

**Odpowiedzi na powyższe wnioski stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.**

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie  
ds. Administracyjno-Technicznych

mgr inż. Alina Jamka

Pismo wydane w postaci elektronicznej  
i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym