

Znak sprawy: EZP.272.7.2023
Egz. Nr 1

Bydgoszcz, dnia 14 czerwca 2023 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ (odpowiedzi na pytania Wykonawców – część II)

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i zainstalowanie spektrometru ICP-MS z dostosowaniem instalacji gazowej, wentylacyjnej i elektrycznej oraz dostawę mineralizatora mikrofalowego do przygotowywania próbek, wpłynęły kolejne wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ). Treść pytań i odpowiedzi przedstawiono poniżej.

CZĘŚĆ I – SPEKTROMETR ICP-MS

Dot. pkt 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia Spektrometru ICP-MS. Czy Zamawiający dopuści jako alternatywne rozwiązanie komorę reakcyjno - kolizyjną wyposażoną w linię helu i wodoru zamiast helu i tlenu? Każdy producent stosuje komorę reakcyjno - kolizyjną o innej budowie co przekłada się na inne preferencje odnośnie stosowanych gazów reakcyjnych. W oferowanym przez nas rozwiązaniu gwarantujemy skuteczne wykonywanie oznaczeń pierwiastków w matrycach wyszczególnionych w pkt 19 OPZ. Zobowiązujemy się wtedy również zmodyfikować istniejącą instalację i dodatkowo doprowadzić linię wodoru do aparatu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązanie techniczne dotyczące komory reakcyjno - kolizyjnej pod warunkiem całkowitego dopasowania do istniejącej instalacji gazów oraz umożliwiające wykonywanie badań pierwiastków w matrycach wyszczególnionych w pkt. 19 Opisu przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ II – MINERALIZATOR MIKROFALOWY

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mineralizatora mikrofalowego z rotorem 12 pozycyjnym i kompletem 15 naczyń do mineralizacji??

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisami SWZ wymaga jeden rotor minimum 15 pozycyjny z kompletem minimum 15 naczyń wysokociśnieniowych.

Dyrektor
Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
w Bydgoszczy
(podpis nieczytelny)
Wojciech KOPER

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>
2. a/a