

Pisz, dnia 08.06.2021 r.

**Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
Szpital Pisz  
ul. Sienkiewicza 2  
12-200 Pisz**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego do zabiegów laparoskopowych i endoskopowych oraz specjalistycznych materiałów opatrunkowych”; P/9/2021**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: SWZ

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pakiet nr 3, poz. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kleszczyków powlekanych chroniących kanał endoskopu przed uszkodzeniem, o pojemności łyżeczek 10,74 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pakiet nr 3, poz. 3 i 4

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie kleszczyków powlekanych chroniących kanał endoskopu przed uszkodzeniem, i o pojemności łyżeczek 9,7 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pakiet nr 3, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie pętli monofilamentnych o średnicy 6 mm, 10mm, 15 mm, 25mm, 30 mm, oraz pętli z drutu plecionego z funkcją rotacji o średnicy narzędzia 2,4mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pakiet nr 3, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie igieł o średnicy 2,4 mm do kanałów operacyjnych  $\geq \varnothing 2,8$  mm, 160cm i 230 cm, średnica igły 7mm, dł. igły 5mm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pakiet nr 3, poz. 9

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie szczotek dwustronnych do kanału endoskopu o średnicy włosa 6mm oraz do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu o średnicy włosa 5 mm i 11 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pakiet nr 3, poz 13

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie klipsownicy o rozpiętości ramion 12mm z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, klips chroniony jest przed przypadkowym wysunięciem osłonką z tworzywa, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pakiet nr 3, poz 14

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie klipsownic o rozpiętości ramion 12 mm i 16 mm, pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę**

Pakiet nr 3, poz 15

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie pułapek 5 komorowych, pozostałe parametry zgodne z SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

---

Pakiet nr 3

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści szczytce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 180cm i 230 cm,, średnica szczęk 2,3mm, maksymalne rozwarście szczęk 6,5mm, pojemność łyżeczek 1,628 mm 3 , długość szczęk 3,4 mm, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, powlekane na całej długości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczytce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 180 – 230 cm średnica szczęk 2,3mm, maksymalne rozwarście szczęk 6,5mm, pojemność łyżeczek 1,628 mm 3 , długość szczęk 3,4 mm, łyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, niepowlekane na całej długości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 do oddzielnego zadania?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

Poz. 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3 do oddzielnego zadania?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści pętle jednorazowego użytku do polipektomii wykonane z drutu plecionego (monofilament) średnica pętli 10 mm, 15mm oraz z funkcją rotacji. Długość 230 cm, średnica 2,3 mm. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Oraz pętle z plecionego drutu . Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 10mm 15mm i 20mm i 25mm długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt owalny?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igły do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, Ø 2,3 mm do kanałów operacyjnych ≥ Ø 2,8 mm, 230 cm, średnica igły 25G, dł. igły 5mm?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści siatkę rozpostartą na pętli o średnicy oczka 25 mm, długość 230 cm, z funkcją

rotacji 360 o , do kanału roboczego 2,8 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw szczotek czyszczących zawierający oddzielnie zapakowane szczoteczki:

- Szczotkę dwustronną do czyszczenia kanału endoskopu. Duża odporność na zginanie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 230cm. Wymiary szczoteczki:

Główka 1: długość szczoteczki 30 mm; szerokość szczoteczki 10 mm; długość włosa 5 mm

Główka 2: długość szczoteczki 20 mm; szerokość szczoteczki 5 mm; długość włosa 3 mm

Średnica drutu 1,7 mm.

- Szczotkę jednorazową do czyszczenia gniazd i zaworów endoskopu, dwustronna o średnicy szczotek 5mm i 11 mm

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną do czyszczenia kanału endoskopu. Duża odporność na zginanie. Plastikowa końcówka na końcu dalszym drutu szczotki chroniąca kanał endoskopu. Dł. robocza 230cm. Średnica szczotek 5mm i 10 mm. Pasujące do kanału roboczego: 2.8mm- 3,7 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; długość robocza 180 cm i 230 cm, średnica szczęk 2,3 mm, szerokość, łyżeczki owalne z okienkiem, z igłą i bez igły, powlekane na całej długości?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz. 13

Czy Zamawiający wydzielili do oddzielnego zadania pozycję 13?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 15 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, długość narzędzia 230 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

Poz. 15

Czy Zamawiający wydzielili do oddzielnego zadania pozycję 15?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści pułapkę na polipy z 5 komarami?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

---

Pakiet 3, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości roboczej wyłącznie 2300 mm, o szczękach średnicy 3 mm, szerokości otwarcia szczęk 9 mm, o pojemności łyżeczek 100 mm<sup>3</sup> oraz o długości szczęk 5,27 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 3, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści kleszcze o szerokości otwarcia szczęk 8 mm, o pojemności łyżeczek 7,6 mm<sup>3</sup> oraz o długości szczęk 3,86 mm, powlekane na całej długości? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 3, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści szczypce o szerokości otwarcia szczęk 8 mm, o pojemności łyżeczek 7,6 mm<sup>3</sup> oraz o długości szczęk 3,86 mm, powlekane na całej długości? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 3, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści szczypce o szerokości otwarcia szczęk 8 mm, o pojemności łyżeczek 7,6 mm<sup>3</sup> oraz o długości szczęk 3,86 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 3, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści:

- pętle z drutu pojedynczego o średnicy wyłącznie 10 mm, 15 mm oraz 30 mm,
- pętle z drutu plecionego o średnicy wyłącznie 10 mm, 15 mm, 25 mm i 32 mm, o średnicy narzędzia 2,4 mm?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Pakiet 3, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści igłę o średnicy narzędzia 2,4 mm, o długości narzędzia wyłącznie 2300 mm, o średnicy igły 0,8 mm lub 0,6 mm oraz o długości igły 4 mm lub 6 mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 3, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści chwytak do polipów o śr. osłonki 2,4 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 3, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną do czyszczenia endoskopu o średnicy włosa 6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 3, poz. 10. Czy Zamawiający dopuści szczotkę o średnicy włosa 6mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pakiet 3, poz. 14. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę z ramionami o rozwarciu 11 mm lub 16 mm (do wyboru Zamawiającego), ze średnicą osłonki 2,6 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 3, poz. 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie oferty, na pozostałą część pakietu, większej grupie oferentów i uzyskanie korzystniejszej ceny?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

Pakiet 3, poz. 16. Czy Zamawiający dopuści pułapkę 5-komorową? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

---

Pakiet 3

1. Czy Zamawiający w pozycji 1, 2, 3 i 4 dopuści zaoferowanie szczypiec o szerokości rozwarcia szczęk 8 mm, pojemność łyżeczek 9 mm<sup>3</sup>, długość szczęk minimum 4 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

2. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie pętli z drutu plecionego, z funkcją rotacji, średnica pętli 10 mm, 15 mm, 25 mm i 32 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, długość robocza 240 cm oraz pętli monofilamentowych, z funkcją rotacji, średnica pętli 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm i 30 mm, średnica narzędzia 2,3 mm, długość robocza 230 cm, pozostałe właściwości zgodne z opisem.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

3. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,4 mm, średnica ostrza igły 0,7 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

4. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 2,4 mm, średnica ostrza igły 0,6 mm, długość ostrza igły 6 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

5. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie chwytaka o średnicy pętli 30 mm, średnica osłonki 2,4 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

6. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie chwytaka w formie siatki rozpostartej na pętli o średnicy 40 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

7. Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie szczotek do kanału roboczego endoskopu ze średnicą włosa 6 mm w miejsce średnicy 7 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza**

8. Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie klipsownic o rozpiętości ramion klipsa 12 mm, klips uwalniany co najmniej po pierwszym zamknięciu.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

9. Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie klipsownic o średnicy osłonki 2,6 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

#### Pakiet 5

10. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie staplerów o wysokości 5,0 mm, uchwyt o konstrukcji zapobiegającej poślizgowi.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

11. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie staplerów o wysokości zszywek 4,5 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

12. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie ładunków o wysokości zszywek 3,8 mm i 4,5 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

13. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie staplerów skórnych o zszywkach standardowych (niepowlekanych), średnica zszywki 0,6 mm, rozpiętość 6,5 mm, długość nóżek 4,5 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

---

dotyczy pakietu nr 3 Poz 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi

otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm; długość 160 lub 240 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o śr. szczęk 2,8 mm - współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm; długość 160 lub 240 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o śr. szczęk 2,8 mm - współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec chwytające typu "Szczęka Aligatora"; rozwarcie szczypiec 8 mm; średnica zewnętrzna 2.4 mm; długość robocza 230 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec chwytające typu "Szczęka Aligatora"; rozwarcie szczypiec 8 mm; średnica zewnętrzna 2.4 mm; długość robocza 230 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pętli owalnych plecionych, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm i 33 mm o długości 240 cm, z możliwością cięcia na zimno?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł do ostrzykiwań endoskopowych o długości 240 cm, średnicy 2.3 mm i długości igły 4 mm, średnica igły 0,6 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzia do usuwania obciętych polipów oraz ciał obcych, średnica osłonki 2.5 mm; długość robocza 230 cm; średnica otwarcia 3 cm x 5.5 cm; minimalna średnica kanału roboczego 2.8 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwustronnej szczotki do czyszczenia kanałów bronchoskopów. Narzędzie zawierające dwie szczoteczki na jednej osłonce z możliwością przeciągnięcia przez kanał roboczy 2,0 mm. Na końcu szczoteczki plastikowa osłonka chroniąca kanał przed zarysowaniem, długość cewnika szczoteczki 240 cm; średnica cewnika szczoteczki 1,65 mm; średnica włosa szczoteczki 5mm, długość włosa szczoteczki 13 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych kleszczy biopsyjnych o zwiększonej pojemności łopatek, z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem cięgieł umożliwiających otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z podwójnymi otworami w szczękach, z funkcją biopsji stycznych; pokryte hydrofilną powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,2 mm, 2,4 mm, 2,8 mm;

długość 160 lub 240 cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości); z czarnymi markerami sygnalizacyjnymi informującymi o momencie wysunięcia kleszczy z kanału roboczego, kleszczyki o śr. szczęk 2,8 mm - współpracujące z kanałem roboczym 3,2 mm, pozostałe średnice współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 11 mm i 17 mm, długość narzędzia 235 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Poz 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy jednorazowego użytku z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 11 mm i 17 mm długość narzędzia 235 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 7,9,11,15,16 z pakietu nr 3 w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wydzieli**

Dyrektor SPZOZ  
Szpitala Powiatowego w Piszcu  
mgr inż. Marek Skarzyński