

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „WÓZEK TRANSPORTOWY ORAZ WÓZEK INWALIDZKI NA POTRZEBY DOPOSAŻENIA MONOPROFILOWEGO CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNEJ” wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2022, poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

#### ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

##### PYTANIE 1

**Do Poz. 1. Wózek transportowy – 2 szt.**

**Pytanie do Załącznika nr 6 do SWZ, Poz. 1 Wózek transportowy – 2 szt.**

**(dot. Lp. 3) Czy Zamawiający dopuści do postępowania wózek transportowy z hydrauliczną wysokością leża w zakresie 620 – 940 mm?**

Zamawiający dopuszcza do postępowania wózek transportowy z hydrauliczną wysokością leża w zakresie 620 – 940 mm.

##### PYTANIE 2

**Do Poz. 1. Wózek inwalidzki leżakowy z podwyższonym i odchylanym oparciem pod głowę – 1 szt.**

**Pytanie do Załącznika nr 6 do SWZ, Poz. 1 inwalidzki leżakowy z podwyższonym i odchylanym oparciem pod głowę – 1 szt.**

- 1. Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o konstrukcji aluminiowej w kolorze niebieskim?**  
Zamawiający dopuszcza wózek inwalidzki o konstrukcji aluminiowej w kolorze niebieskim.
- 2. Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o głębokości siedziska w zakresie 42 – 50 cm?**  
Zamawiający dopuszcza wózek inwalidzki o głębokości siedziska w zakresie 42 – 50 cm.
- 3. Czy Zamawiający dopuści wózek inwalidzki o wysokości oparcia 48 cm +28 cm zagłówek?**  
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ, nie dopuszcza wózka inwalidzkiego o wysokości oparcia 48 cm +28 cm zagłówek.

##### PYTANIE 3

**Dotyczy: Zapisów SWZ – termin realizacji**

- 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni od dnia podpisania umowy?**

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH  
im. J. A. Komeńskiego w Lesznie  
ul. Adama Mickiewicza 5  
64-100 Leszno

K-GT-43-232-9/2023

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłuża termin realizacji zamówienia do **17.11.2023 r.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 5 tygodni od dnia podpisania umowy?

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wydłuża termin realizacji zamówienia do **17.11.2023 r.**

**PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI PRZETARGOWEJ**

*inż. Jerzy Szczeszek*