

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania
Dostawa sprzętu do Pracowni Endoskopii
Znak sprawy: ZP/36/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

dotyczące PAKIETU 11, pozycja 3

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podanej przez Zamawiającego średnicy kanału, powinno być „średnica kanału roboczego 2,8mm”? ponieważ opisane narzędzie jest dedykowane do standardowych endoskopów o minimalnej średnicy kanału roboczego 2,8mm, w związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzia do kanału roboczego o średnicy 2,8mm?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1a do SWZ) zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego