



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.08.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 20/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 14

1. Zadanie 3: Aparat RTG typu ramię C skopia.
Dot. SIWZ, pkt. XII. Termin wykonania zamówienia
Czy Zamawiający zgodzi się wydłużyć czas realizacji dostawy do min. 10 tygodni od dnia podpisania umowy, nie później niż do 10.11.2019 r.? Pragniemy nadmienić, że aparaty Rtg z ramieniem C są produkowane pod konkretne zamówienie, poza terytorium Polski i czas produkcji to minimum 8 tygodni, a należy jeszcze doliczyć czas na dostawę.
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
2. Zadanie 3: Aparat RTG typu ramię C skopia. II. Generator
Dot. pkt. 19
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu RTG typu ramię C z generatorem wysokiej częstotliwości o wartości nieznacznie odbiegającej od opisanej w SIWZ, a mianowicie 40 kHz?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
3. Zadanie 3: Aparat RTG typu ramię C skopia. V. System cyfrowej obróbki obrazu i pamięci
Dot. pkt. 43
Czy Zamawiający będzie traktował jako równorzędne rozwiązanie i dopuści zaoferowanie aparatu RTG typu ramię C z matrycą obrazu określoną nomenklaturą: 1k x 1k?
Odp.: Zamawiający dopuszcza.
4. Zadanie 3: Aparat RTG typu ramię C skopia. VII. Wymagania dodatkowe
Dot. pkt. 82
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Zapewnienie min. 10-letniego dostępu do części zamiennych od daty odbioru sprzętu, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5” ?
Odp.: Zgodnie z SIWZ.
5. Zadanie 3: Aparat RTG typu ramię C skopia. VII. Wymagania dodatkowe
Dot. pkt. 84
Prosimy o potwierdzenie, że jeśli producent oferowanego aparatu RTG typu ramię C nie wymaga testowania urządzenia przez użytkownika z użyciem fantomu do testów aparatu to nie będzie on wymagany przy dostawie.
Odp.: Zamawiający potwierdza, zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu.
6. Zadanie 3: Aparat RTG typu ramię C skopia. VII. Wymagania dodatkowe
Dot. pkt. 85
Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie zakresu adaptacji pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, w których będzie instalowany aparat. Pozwoli to oferentom na przygotowanie rzetelnej wyceny wymaganych prac adaptacyjnych.
Odp.: Wymiana wykładziny na elektroprzewodzącą, malowanie, montaż osłon stałych, dostosowanie oświetlenia.
- Pytanie nr 7.** Zadanie 3: Aparat RTG typu ramię C skopia. VII. Wymagania dodatkowe
Dot. pkt. 86 i 89
Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie jakie wymagane pozwolenia i certyfikaty będzie musiał uzyskać Wykonawca? Pozwoli to oferentom na przygotowanie rzetelnej kalkulacji do oferty.
Odp.: Projekt osłon stałych, zatwierdzenie projektu przez WOMP, testy specjalistyczne, dokumentacja Techniczno - Ruchowa.
8. Zadanie 3: Aparat RTG typu ramię C skopia. VII. Wymagania dodatkowe
Dot. pkt. 87
Prosimy o potwierdzenie, że jeśli producent oferowanego aparatu RTG typu ramię C nie wymaga instalowania klimatyzacji w pomieszczeniu, w którym pracuje oferowany aparat, to Zamawiający odstąpi od wymogu instalacji klimatyzacji?
Odp.: Zamawiający potwierdza, zgodnie z wymaganiami producenta sprzętu.
9. Zadanie 3: Aparat RTG typu ramię C skopia. VII. Wymagania dodatkowe

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667

NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Dot. pkt. 90

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający posiada i udostępni licencję na podłączenie oferowanego aparatu do systemu archiwizacji danych?

Jeśli nie, prosimy o podanie danych kontaktowych firmy zarządzającej ww. systemem w celu uzyskania wyceny tej usługi.

Odp.: Zamawiający udostępni. Zamawiający informuje, iż na dzień składania pytań dostawcą systemu archiwizacji danych jest firma SYNEKTIK, jednocześnie informujemy, iż po stronie Wykonawcy jest posiadanie modułu podłączenia do PACS wraz z protokołem DICOM.

10. Zadanie 3: Aparat RTG typu ramię C skopia. VII. Wymagania dodatkowe

Dot. pkt. 93

Z uwagi na fakt, że dostęp do opisanych w ww. punkcie czynności mogą mieć wyłącznie pracownicy, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie (z zakresu diagnostyki stanu technicznego, wykonywania czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych), które odbywa się w siedzibie producenta i jest wyceniane na kilka tysięcy euro za osobę, wnioskujemy o odstępnie od tego wymogu, co korzystnie wpłynie na ostateczną kwotę naszej oferty przetargowej. W przeciwnym razie koszt szkolenia dedykowanej osoby ze strony Zamawiającego będziemy zmuszeni uwzględnić w naszej ofercie.

Odp.: Zamawiający uzna za równoważne szkolenie techniczno - -obsługowe , wykonane w dniu instalacji sprzętu przez serwisanta / przedstawiciela firmy.

11. Zadanie 3: Aparat RTG typu ramię C skopia.

Czy z uwagi na to, że w kartach katalogowych, ulotkach, folderach zawarte są najważniejsze parametry sprzętu, a producent sprzętu przygotowuje jednakowy dla wszystkich krajów folder z parametrami technicznymi aparatu (w przypadku, gdy każdy Zamawiający w sposób indywidualny opisuje przedmiot postępowania, producent musiałby każdorazowo tworzyć indywidualny folder do każdego postępowania przetargowego) Zamawiający dopuści potwierdzenie parametrów, których brakuje w kartach katalogowych, ulotkach lub które uległy modyfikacji od czasu wydania katalogu/ulotki, oświadczeniem Wykonawcy, Producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta?

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

KOMENDANT


płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M.J. 91/ 810 59 82