

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63904-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Wałbrzych: Materiały medyczne
2020/S 028-063904**

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Adres pocztowy: ul. Sokołowskiego 4

Miejscowość: Wałbrzych

Kod NUTS: PL

Kod pocztowy: 58-309

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

E-mail: malgorzata.slomiana@zdrowie.walbrzych.pl

Tel.: +48 746489941

Faks: +48 746489700

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres profilu nabywcy: <https://bip.zdrowie.walbrzych.pl>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdrowie.walbrzych.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/zdrowie_walbrzych

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa: folia przyklepna, ręczniki z włókniny, plazma-asortyment jednorazowy, testy, wkłady, filtry, myjnia-dezynfekator, filtr spirometryczny 83-C, zestaw do punkcji, zastawka Heimlicha ...

Numer referencyjny: Zp/8/PN-8/20

II.1.2) Główny kod CPV

33140000

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

Dostawa: folia przylepna, ręczniki z włókniny, plazma – asortyment jednorazowy, testy, wkłady, filtry, myjnia – dezynfekator, filtr spirometryczny 83-C, zestaw do punkcji, zastawka Heimlicha, końcówka noża harmonicznego, staplery, ładunki, obuwie gumowe, endoprotezy piersi, implanty, siatki, sizery, nóż do portu bocznego, aparaty do żywienia pozajelitowego - liczba pakietów: 26.

II.1.5) **Szacunkowa całkowita wartość**

II.1.6) **Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 26

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Folia przylepna do obłożenia pola operacyjnego

Część nr: 1

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ

24 M-CE

Folia 20x20 szt. 240

Folia 45x50 szt. 3000

Folia 60x85 szt. 800

Folia 90x60 szt. 200

Zamawiający określi rodzaj i ilość zamawianego asortymentu.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Ręczniki z włókniny jednorazowego użytku
Część nr: 2
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
L.P. ASORTYMENT
SZCZEGÓŁOWY JEDN. MIARY ILOŚĆ
12 M-CY
1. Ręczniki z włókniny jednorazowego użytku.
Ręcznik chłonny, rozmiar 70 x 40 cm.
Opakowanie po 100 szt. Opak. 720
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
Dodatkowe kody CPV: 39514100-9 – Ręczniki (dotyczy pakietu nr 2)
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Materiały do plazmy

Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P.

ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOS. MIARY

ILOŚĆ NA 24 m-ce

1. Kasety ze środkiem sterylizującym na

5 cykli do sterylizatora plazmowego Sterrad 100 NX op. po 2 szt. 60 opak.

2. Test biologiczny do sterylizatora plazmowego STERRAD 100 NX

O czasie inkubacji do 30 min.

W okresie obowiązywania umowy oferent zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia inkubatora kompatybilnego z zaoferowanymi testami biologicznymi.

Op. po

30 szt. 20 opak.

3. Pudełko zbiorcze na zużyte kasety do sterylizatora plazmowego Sterrad 100 NX 1 op.

Po 10 szt. 1 opak.

Wszystkie materiały do sterylizacji plazmowej muszą być w pełni kompatybilne z systemem Sterrad 100NX.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Chemiczny wskaźnik do plazmy

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY

ILOŚĆ NA 24 m-ce

1. Chemiczny wskaźnik wieloparametrowy paskowy odpowiadający klasie 4

ISO 11140-1 lub równoważny op. po

1000 szt. 8 opak.

Wszystkie materiały do sterylizacji plazmowej muszą być w pełni kompatybilne z systemem Sterrad 100NX.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Rękawy do sterylizacji plazmowej

Część nr: 5

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY

ILOŚĆ NA 24 m-ce

1. Rękaw do sterylizacji plazmowej –

7,5 cm x 420 m 1 op. =

6 rolek 2 opak.

(12 rolek)

2. Rękaw do sterylizacji plazmowej –
10cm x 420 m 1 op. =
6 rolek 2 opak.

(12 rolek)

3. Rękaw do sterylizacji plazmowej –
15 cm x 280 m 1 op. =
4 rolki 2 opak.

(8 rolek)

4. Rękaw do sterylizacji plazmowej –
20 cm x 280 m 1 op. =
4 rolki 2 opak.

(8 rolek)

5. Rękaw do sterylizacji plazmowej –
25 cm x 280 m 1 op. =
4 rolki 2 opak.

(8 rolek)

6. Rękaw do sterylizacji plazmowej –
35 cm x 140 m 1 op. =
2 rolki 2 opak.

(4 rolki)

7. Rękaw do sterylizacji plazmowej –
42 cm x 140 m 1 op. =
2 rolki 1 opak.

(2 rolki)

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**
Testy do kontroli skuteczności mycia
Część nr: 6
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST. MIARY
ILOŚĆ NA 24 m-ce
1. Test kontroli skuteczności mycia w myjni-dezynfektorze w formie samoprzylepnego nośnika z tworzywa sztucznego, z naniesioną Substancją testową o powierzchni min. 1 cm²
Zgodny z normą 15883 załącznik A.
Opakowanie 320 szt. op.
14
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Testy do kontroli dezynfekcji termicznej
Część nr: 7
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
- II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST. MIARY

ILOŚĆ NA 24 m-ce

1. Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej 90oC /5 min.

Opakowanie 100 szt.

Op. 68

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Wkłady absorpcyjne do tac narzędziowych

Część nr: 8

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST. MIARY

ILOŚĆ NA 24 m-ce

1. Wkłady absorpcyjne do tac narzędziowych,

Sztancowane brzegi, gramatura 80g/m2

Rozmiar 25 cm x25 cm

Opakowanie 500 szt.

Op.

16

2. Wkłady absorpcyjne do tac narzędziowych,

Sztancowane brzegi, gramatura 80g/m2

Rozmiar 48 cm x 25 cm

Opakowanie 500 szt.

Op.
40

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Filtry do kontenera jednorazowe

Część nr: 9

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST. MIARY

ILOŚĆ NA 24 m-ce

1. Filtry do kontenera jednorazowego użytku,

Okrągłe, średnica 19 cm,

Opakowanie 500 szt.

Op.

4

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Wskaźnik kontroli pozostałości zanieczyszczeń białkowych
Część nr: 10
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST. MIARY
ILOŚĆ NA 24 m-ce
1. Test badania pozostałości białkowych na powierzchni
Szt.
200
— test wykrywania zanieczyszczeń białkowych od 1 µg
— wymagana łatwość interpretacji wyniku
— test bez oprzyrządowania, nie wymagający inkubacji
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych

Część nr: 11

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST. MIARY

ILOŚĆ NA 24 m-ce

1. Codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych dla wszystkich rodzajów opakowań

Opakowanie 250 szt.

Opak.

12

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Myjnia – dezynfekator basenów i kaczek
Część nr: 12

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST. MIARY
ILOŚĆ

1. Myjnia - dezynfekator
Szt. 1

Wymagane cechy myjni – dezynfekator:

- 1) Myjnia – dezynfekator do opróżniania, płukania i dezynfekcji basenów i pojemników na mocz, ludzkich wydzielin i wydaliny.
- 2) Dezynfekcja termiczna.
- 3) Wolnostojąca, ładowana od przodu z wyświetlaczem czasu pracy. Komora mycia ze stali nierdzewnej, sufit pochylony, boki i fronty obudowy ze stali nierdzewnej.
- 4) Pojemność 1 basenu z pokrywką +1 kaczka lub 3 kaczki.
- 5) Automatyczne schładzanie i suszenie naczyń.
- 6) Wymiary: wysokość w zakresie od 130 do 135 cm x głębokość w zakresie od 40 do 45 cm x szerokość w zakresie od 55 do 60 cm.
- 7) Pełna dezynfekcja urządzenia w każdym cyklu.
- 8) Wbudowana pompa środka zmiękczonego oraz pompa detergentu.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin gwarancji na przedmiot zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 42

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33191000-5 – Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne (dotyczy pakietu nr 12)

II.2) **Opis**

- II.2.1) **Nazwa:**
Filtr spirometryczny 83-C jednorazowego użytku do kabiny Body Box 5500
Część nr: 13
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST. MIARY
ILOŚĆ NA 24 m-ce
1. Filtr spirometryczny 83-C jednorazowego użytku do kabiny Body Box 5500
Szt. 600
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Zestaw do bezpiecznej punkcji Turkel
Część nr: 14
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST. MIARY
ILOŚĆ NA 24 m-ce
1.

Zestaw do bezpiecznej punkcji Turkel

Szt. 100

ZESTAW DO BEZPIECZNEJ PUNKCJI OPŁUCNEJ TURKEL – zawiera

1. Bezpieczna igłę z: tępą kaniulą zabezpieczającą umieszczoną w kanale igły, która

- Chroni niżej położone tkani przed nieumyślnym nakłuciem
- Wsuwa się do kanału igły podczas penetracji tkanek
- Samoczynnie wysuwa się poniżej ostrza igły, kiedy trafia ona do pustej przestrzeni
- Liczne boczne otwory umożliwiają drenaż lub aspirację

2. Kolorowym wskaźnikiem bezpieczeństwa w złączu igły, który:

- Zapewnia bezpośrednią sygnalizację położenia kaniuli zabezpieczającej po wprowadzeniu igły
- Kolor czerwony – kaniula zabezpieczająca wsunięta do wnętrza igły
- Kolor zielony – kaniula wysunięta poza ostrze igły

3. Jednokierunkowym zaworem wentylowym w złączu igły, który:

- Umożliwia ewakuację powietrza i płynu z jamy opłucnej, zapobiegając jednocześnie przedostaniu się powietrza w przeciwnym kierunku
- Zapobiega niezamierzonej odmie opłucnowej podczas zabiegu

4. Bezpieczny cewnik z: zaworem kulowym z ręczną blokadą w złączu cewnika, który

- Zamyka światło cewnika podczas wycofywania igły
- Chroni przed przypadkowa odmą opłucnową w trakcie zabiegu
- Blokada zaworu kulowego zapewnia możliwość wygodnego podłączenia drenażu

ZESTAW ZAWIERA:

- Bezpieczną igłę i dren do nakłucia klatki piersiowej rozm. 8Ch
- Strzykawka 50 ml luer lock
- Worek do drenażu 2000 ml

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33141620-2 – Zestawy medyczne (dotyczy pakietu nr 14)

II.2) Opis

- II.2.1) **Nazwa:**
Zastawka Heimlicha z workiem spustowym 2000 ml
Część nr: 15
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST. MIARY
ILOŚĆ NA 24 m-ce
1.
Zastawka Heimlicha z workiem spustowym 2000 ml
Szt. 150
- zastawka Heimlicha z workiem 2000 ml:
 - zastawka przeciwzwrotna zapobiegająca powrotowi odessanego płynu do pacjenta,
 - zakończona obustronnie łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta,
 - z workiem o pojemności 2000 ml wyskalowanym co 100ml,
 - z odpowietrznikiem i zaworem spustowym,
 - dren łączący pomiędzy workiem, a zastawką o długości min. 50 cm
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Końcówka noża harmonicznego
Część nr: 16
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000

- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST. MIARY
ILOŚĆ NA 12 m-cy
1.
Końcówka noża harmonicznego
Szt. 70
Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego- dł. ramienia 36 cm.sr.5 mm, bransza aktywna.
Wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną powłoką minimalizującą przywieranie.
Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb.
Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Stapłery tnąco-szyjące, okrężne + ładunki
Część nr: 17
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JED. MIARY

ILOŚĆ NA 12 m-cy

1 Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 60 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm lub 2,5 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30

2 Ładunki tnąco-szyjące 60mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm lub 2,5 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30

3 Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 80 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 42

4 Ładunki tnąco-szyjące 80mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 42

5 Atraumatyczny stapler tnąco-szyjący 100 mm posiadający nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30

6 Ładunki tnąco-szyjące 100mm, posiadające nóż w ładunku (z systemem ochrony ostrza dla bezpieczeństwa personelu medycznego podczas wymiany ładunku) z 4 rzędami naprzemiennie ułożonych zszywek o wysokości 4,8 mm, 3,8 mm przed zamknięciem; zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 30

7 Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 21 mm, 25 mm, 28 mm, 31 mm, 33 mm, z automatyczną regulacją docisku zszywek; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance; w średnicach 21 mm, 25 mm i 28 mm możliwość wyboru wysokości zszywki- 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem; w średnicach 31 mm oraz 33 mm zszywka o wys.4,8 mm przed zamknięciem; stapler o długości standardowej lub laparoskopowy. Zamawiający określi długość, średnicę staplera oraz wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 50

8 Stapler liniowy jednorazowego użytku 45 mm, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5. Zszywki wykonane z drutu bilateralnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. szt. 8 ...

W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33162200-5 – Przyrządy używane na salach operacyjnych (dot. pakietu nr 17)

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Stapler okrężny i liniowy

Część nr: 18

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENTSZCZEGÓŁOWY

JED. MIARY

ILOŚĆ NA 12 m-cy

1

Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 61 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Szt. 20

2 Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 61 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia. Szt. 40

3 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki

przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.
Szt. 20

4 Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 81 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.
Szt. 40

5 Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. Zszywki przed zamknięciem 4,5 mm, po zamknięciu 2,0 mm) Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.
Szt. 10

6 Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zintegrowany ogranicznik tkanki. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.
Szt. 20

7 Jednorazowy stapler liniowy o długości linii szwu 32, 46, 60 i 90 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. Dwie dźwignie: zamykająca i osobna dźwignia spustowa. Zamawiający każdorazowo określi wielkość staplera oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.
Szt. 50

8 Ładunek do jednorazowego staplera liniowego o długości linii szwu 32, 46, 60 i 90 mm do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm) i grubej (wys. zszywki po zamknięciu 2,0 mm). Zamawiający każdorazowo określi wielkość oraz rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.
Szt. 100

9 Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,0 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 28 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Staplery dostępne również w wersji dłuższej - endoskopowej, pokryte powłoką antyrefleksyjną. Dodatkowo stapler 25 mm dostępny również w wersji przetykowej z główką w kształcie pełnego stożka z otworem do zabezpieczenia szwem.
Szt. 25

10 Jednorazowy stapler okrężny prosty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie 1,0 - 2,0 mm. Rozmiary staplera: 28 i 32 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,0 mm. Długość staplera max. 350 mm.
Szt. 25

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33162200-5 – Przyrządy używane na salach operacyjnych (dot. pakietu nr 18)

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Staplery okrężne, liniowe, ładunki i rękojeść staplera endoskopowego

Część nr: 19

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENTSZCZEGÓŁOWY JED. MIARY

ILOŚĆ NA 12 m-cy

1 Stapler okrężny jednorazowego użytku 25 mm zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szafu 44,5cm, średnica zewnętrzna 25mm, średnica wewnętrzna 16,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 20. szt. 5

2 Stapler okrężny jednorazowego użytku 29 mm zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szafu 44,5 cm, średnica zewnętrzna 29 mm, średnica wewnętrzna 20,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 24. szt. 20

3 Stapler okrężny jednorazowego użytku 32 mm zakrzywiony z tytanowymi zszywkami dostosowanymi do MRI i zgodnymi biologicznie. Ergonomiczna konstrukcja, przejrzysty wskaźnik optymalnego momentu strzału.. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze. Długość szafu 44,5 cm, średnica zewnętrzna 32 mm, średnica wewnętrzna 23,2 mm. Wysokość zszywek 5 mm przed zamknięciem, po zamknięciu 1,0-2,5 mm. Ilość zszywek 26. szt. 20

4 Jednorazowy stapler zamykająco tnący 45 mm., (tnący pod kątem), cięcie długości 40 mm, jedna rękojeść zamykająco - tnąca. Tytanowe zszywki, kompatybilne z MRI i biologicznie. Dwa podwójnie ułożone rzędy zszywek tytanowych tworzące kształt litery B po zamknięciu. Wysokość zszywki otwartej 4,8 mm, wysokość zszywki zamkniętej 1,5 mm - 2 mm, ilość zszywek 46.szt. 10

5 Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny (W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt

litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15. szt. 10
6 Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny (W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 45 mm, wysokość zszywki 4,8 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Ilość zszywek 15. szt. 10

7 Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny (W zestawie DWA ŁADUNKI Niebieskie - tkanka standardowa) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. Posiada zabezpieczenie przed wysunięciem się tkanki z niezamkniętego staplera oraz znacznik pozycjonujący ułatwiający kontrolę tkanki i uzyskanie idealnego kształt litery B. Z możliwością wielokrotnego użycia i wymiany ładunków w ramach jednego zabiegu operacyjnego. Długość linii szwu 60 mm, wysokość zszywki 3,8 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Ilość zszywek 15. szt. 20
8 Jednorazowy stapler liniowy poprzeczny (W zestawie DWA ŁADUNKI Zielone - tkanka gruba) z wymiennymi ładunkami aplikuje podwójną linię tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki dostosowane do MRI i zgodne biologicznie. ...

W związku z ograniczeniami w standardowych formularzach służących do publikacji ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - dalszy szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33162200-5 – Przyrządy używane na salach operacyjnych (dot. pakietu nr 19)

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Implanty do rekonstrukcji piersi

Część nr: 20

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**
L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JED. MIARY
ILOŚĆ NA 12 m-cy

1 Wchłaniający, sterylny implant do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidoksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Czas absorpcji w 50 % - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Waga implantu 80-110 g/m², wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25 – 0,45 mm. W rozmiarze 22,5 x 14,5 cm. szt. 15

2 Wchłaniający, sterylny implant do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidoksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Czas absorpcji w 50 % - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Waga implantu 80-110 g/m², wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25 – 0,45 mm. W rozmiarze 28,5 x 17,5 cm. szt. 20

3 Wchłaniający, sterylny implant do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidoksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Tworzący gotową kieszeń na implant. Czas absorpcji w 50 % - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25 – 0,45 mm. W rozmiarze 14,5 x 17 cm. szt. 5

4 Wchłaniający, sterylny implant do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidoksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Tworzący gotową kieszeń na implant. Czas absorpcji w 50 % - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25 – 0,45 mm. W rozmiarze 16 x 18,5 cm. szt. 5

5 Wchłaniający, sterylny implant do rekonstrukcji piersi z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidoksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Tworzący gotową kieszeń na implant. Czas absorpcji w 50 % - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,25 – 0,45 mm. W rozmiarze 18 x 20,5 cm. szt. 5

6 Wchłaniający, sterylny implant chirurgiczny z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidoksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Czas absorpcji w 50 % - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Waga implantu 80-120 g/m², wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,4 – 0,5 mm. W rozmiarze 15x15 szt. 15

7 Wchłaniający, sterylny implant chirurgiczny z syntetycznie wytworzonych, jednowłóknowych nici podstawowych. Wykonana z włókien polidoksanonu monofilamentowego (PDO) w kolorze fioletowym. Czas absorpcji w 50 % - 28-42 dni, całkowite wchłonięcie 180 - 210 dni. Waga implantu 80-120 g/m², wielkość porów 1,5 mm, grubość implantu 0,4 – 0,5 mm. W rozmiarze 17,5 x 35 cm. szt. 20

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33184400-7 – Protezy piersi (dotyczy pakietu nr 20)

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Obuwie gumowe

Część nr: 21

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST. MIARY

ILOŚĆ NA 12 m-cy

1. Obuwie operacyjne wykonane z tworzywa SEBS spełniające wymagania dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg dyrektywy EEC89/686.

Rozmiary:

Rozmiar 38 -15 par

Rozmiar 39 - 40 par

Rozmiar 40-40 par

Rozmiar 41-30 par

Rozmiar 46-45 par

Rozmiar 47-35 par

Para 205

Obuwie operacyjne wykonane z tworzywa SEBS spełniające wymagania dla środków ochrony osobistej klasy 1 wg. dyrektywy EEC89/686.

Obuwie ma zapewnić trwałość-ma być wykonane z jednego odlewu, wolne od klejenia czy też innego łączenia poszczególnych elementów, bez ruchomych elementów w postaci pasków zabezpieczających stopę przed wypadaniem.

Tworzywo, z którego wykonane jest obuwie ma zapewnić wysoką elastyczność na poziomie min.

850 % przed zerwaniem, przy czym minimalna siła zrywająca powinna być nie mniejsza niż 6MPa

[wytrzymałość na rozciąganie przy zrywaniu]. Obuwie ma zapewnić wysoki komfort użytkowania; ma posiadać otwory wentylacyjne po bokach oraz anatomicznie wyprofilowaną powierzchnię styłu ze stopą w części śródstopia oraz pod palcami stopy. Obuwie ma dodatkowo minimalizować potliwość stopy poprzez posiadanie wypustków po wewnętrznej stronie podbicia, dzięki czemu stworzona będzie poduszka powietrzna między stopą i powierzchnią wewnętrzną buta.

Obuwie powinno być wyposażone w wypustki na powierzchni styku ze stopą, przyczyniające się do podniesienia komfortu użytkowania obuwia, poprzez masowanie powierzchni stopy oraz poprawiające krążenie krwi. Obuwie ma zapewnić bezpieczeństwo użytkowania dzięki płaskiej, urzeźbionej podeszwie zapewniającej antypoślizgowość oraz w celu zabezpieczeniu stopy przed wysunięciem się. Na pięcie ma być wytłoczony rozmiar buta.

Nadające się do prania w temp. 90 stopni sterylizacji temp. 134 stopnie.

Karta techniczna potwierdzająca; gwarancja 2 lata.

Elastyczność antypoślizgowość, antystatyczność pranie w 90stopni certyfikat CE dla środków ochrony osobistej klasy 1wg, dyrektywy EEC89/686

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 18800000-7 – Obuwie (dotyczy pakietu nr 21)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Endoprotezy piersi i sizery

Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY

JED. MIARY ILOŚĆ NA 12 m-cy

1 Endoproteza o kształcie anatomicznym

— produkt sterylny

— powłoka Nano-teksturowana wypełniona żelam silikonowym

— zintegrowany system mocowania implantów do tkanki

- radiologiczne wskaźniki położenia implantu
- bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni
- minimum 3 warstwy elastomeru
- pełny zakres rozmiarów; średnica od 11cm do 13,5 cm, 2 projekcje, 3 wysokości
- minimalny zakres pojemności 250cm³ max zakres pojemności 600cm³
- bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy
- certyfikat CE lub FDA, gwarancja 10 lat na pęknięcia oraz torebkę obkurczającą III i IV wg, skali Bakera (możliwość wykupu dodatkowej gwarancji)

Szt. 30

2 Endoproteza o kształcie okrągłym

- produkt sterylny
- powłoka Nano-teksturowana wypełniona żelami silikonowymi
- bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni
- minimum 3 warstwy elastomeru
- protezy przyjmujące kształt; pod wpływem grawitacji
- paszport elektroniczny ułatwiający identyfikację implantu
- pełny zakres rozmiarów; średnica od 10cm do 13,5 cm, 4 projekcje (min. zakres 160cm³-max zakres pojemności 750cm³)
- bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy
- certyfikat CE lub FDA, gwarancja 10 lat na pęknięcia oraz torebkę obkurczającą III i IV wg, skali Bakera (możliwość wykupu dodatkowej gwarancji) szt. 30

3 Endoproteza o kształcie okrągłym

- produkt sterylny
- powłoka Nano-teksturowana wypełniona żelami silikonowymi
- bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu na całej powierzchni
- minimum 3 warstwy elastomeru
- pełny zakres rozmiarów; średnica od 10cm do 13,5 cm, 4 projekcje (min. zakres 160cm³-max zakres pojemności 750cm³)
- bezpłatna wymiana w przypadku uszkodzenia wynikającego z wady protezy
- certyfikat CE lub FDA, gwarancja 10 lat na pęknięcia oraz torebkę obkurczającą III i IV wg, skali Bakera (możliwość wykupu dodatkowej gwarancji)

Szt. 30

4 Szery śródoperacyjne w rozmiarach identycznych z protezami okrągłymi szt. 30

WYMAGAMY DOSTAWĘ PROTEZ PIERSIOWYCH W CIĄGU GODZIN

Rozliczenie i wystawienie faktur nastąpi po zużyciu implantów.

Nie zużyte implanty zostaną odesłane do firmy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33184400-7 – Protezy piersi (dotyczy pakietu nr 22)

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Implanty piersiowe anatomiczne teksturowane i sizery

Część nr: 23

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JED. MIARY

ILOŚĆ NA 12 m-cy

1 Implanty piersiowe anatomiczne teksturowane:

— powierzchnia teksturowana

— sterylne

— pakowane pojedynczo

— różnorodny kształt, trzy rodzaje podstawy, okrągła oraz owalna pionowo i poziomo

— wypełnione spoistym żelom silikonowym z efektem „pamięci”, co oznacza, że elastyczny żel silikonowy imituje naturalne ruchy tkanki piersiowej, każdorazowo powraca do swojej formy początkowej

— dostępne w wersjach z dwoma rodzajami żelu silikonowego

— bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu

— dożywnia gwarancja na integralność powłoki implantu

— powłoka odporna na działania mechaniczne

— zakres pojemności 45-1035 ml

— różne projekcje (3 lub 4)

— różne wysokości (3 lub 4)

— produkcja UE

— certyfikat CE

— Certyfikat FDE na żel wypełniający implant

— Dożywnio gwarancyjna wymiana w przypadku pęknięcia implantu

Szt. 30

2 Implanty piersiowe anatomiczne o powierzchni pokrytej gąbką poliuretanową

— powierzchnia pokryta pianką mikropoliuretanową

— różnorodny kształt, podstawa okrągła i owalna pionowo i poziomo

— wypełnione żelom silikonowym z efektem „pamięci”

- dostępne w wersjach z 2 rodzajami żelu silikonowego
- bariera antydyfuzyjna zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu
- dożywnia gwarancja na integralność powłoki implantu
- powłoka odporna na działania mechaniczne
- zakres pojemności 45-1035 ml
- różne projekcje (4 projekcje)
- produkcja UE
- certyfikat CE
- Certyfikat FDE na żel wypełniający implant
- Dożywnia gwarancyjna wymiana w przypadku pęknięcia powłoki implantu
- Gwarancja w przypadku wystąpienia przykurczu torebkowego w skali Bakera stopień III i IV – maksymalnie 10 lat od daty wszczepienia.

Szt. 30

3 Sizery śródoperacyjne w objętościach od 45ml do 940ml

- kompatybilne wymiarami z protezami z punktów 1 i 2 - Implanty powinny być dostępne w ciągu godzin.
- szt. 30

4 Ekspandery tkankowe z wbudowanym zaworem do dopełniania w rozmiarach odpowiadającym implantom w punkcie 1, 2 szt. 50

Rozmiar i typ implantu zamawiający określi w trakcie zamówienia.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33184400-7 – Protezy piersi (dotyczy pakietu nr 23)

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Siatki całkowicie wchłaniające do piersi

Część nr: 24

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JED. MIARY

ILOŚĆ NA 12 m-cy

1 Siatki całkowicie wchłaniane do piersi 10 x 15 cm

Szt. 10

2 Siatki całkowicie wchłaniane do piersi 15 x 20 cm

Szt. 25

Siatka syntetyczna całkowicie i długo wchłanialna do 36 miesięcy.

Sterylna siatka chirurgiczna zalecana do wzmacniania tkanek miękkich w przypadku ich osłabienia. W 100 % syntetyczna.

Siatka długo wchłanialna do 36 miesięcy, splatana z 2 różnych resorbowalnych włókien syntetycznych o różnych parametrach degradacji, w której szybko resorbowalne włókno stanowi 40 % wagowych matrycy siatki jest kopolimerem glikolidu, laktydu i węglanu trimetylenu.

Wolno resorbowalne włókno stanowi około 60 % wagowych matrycy siatki jest kopolimerem laktydu i węglanu trimetylenu.

Rozmiary TIGR MATRIX:

NSTM1015E 10 x 15 cm

NSTM1520E 15 x 20 cm

NSTM2030E 20 x 30 cm

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

Dodatkowe kody CPV: 33184400-7 – Protezy piersi (dotyczy pakietu nr 24)

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Nóż do portu boczego jednorazowego użytku
Część nr: 25

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L. p. Nazwa J.M. Ilość na 12 m - cy

1. Nóż jednorazowego użytku do portu boczego typu Dual Bevel o kalibracji 1,2mm, obustronnie ostrzony, zakrzywiony na plastikowym trzonku, zapewniający stabilny oraz wygodny uchwyt dla operatora. Sygnowany na trzonku rodzajem i rozmiarem noża.

Szt. 700

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Aparaty do żywienia pozajelitowego

Część nr: 26

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
33140000

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL

II.2.4) **Opis zamówienia:**

L.P. ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY JEDNOST MIARY

ILOŚĆ

NA

24 m-cy

1. Aparaty do żywienia pozajelitowego (w tym emulsje tłuszczowe) kompatybilne z posiadanymi pompami objętościowymi mVP7000 Premium ARCOMED AG szt. 2 400

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy przedmiotu zamówienia dla zamówień bieżących liczony od momentu przyjęcia zamówienia / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Główny kod CPV: 33140000-3 – Materiały medyczne

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) **Warunki udziału**

III.1.1) **Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 26 ustawy pzp lub Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 24aa ustawy pzp tj.:

- 1) posiadanie odpisu z właściwego rejestru – na podstawie odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
- 2) posiadanie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega z uiszczaniem podatków – na podstawie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- 3) posiadanie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - na podstawie zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotnie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

4) posiadanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego:

— na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na podstawie załączonego do oferty przetargowej Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz dokumentów do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą tj.:

Possiadanie zdolności zawodowych w zakresie świadczenia dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia - na podstawie wykazu dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające uch należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, tj. wykonanie co najmniej dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a w szczególności materiały medyczne (dotyczy pakietu nr 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,25,26), ręczniki (dotyczy pakietu nr 2), urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne (dotyczy pakietu nr 12), zestawy medyczne (dotyczy pakietu nr 14), przyrządy używane na salach operacyjnych (dotyczy pakietu nr 17,18,19), obuwie (dotyczy pakietu nr 21), protezy piersi (dotyczy pakietu nr 20, 22,23,24)

Na kwotę minimum:

Dla pakietu nr: 1 – 14 000,00 zł,

Dla pakietu nr: 2 – 9 000,00 zł,

Dla pakietu nr: 3 – 35 000,00 zł,

Dla pakietu nr: 4 – 4 000,00 zł,

Dla pakietu nr: 5 – 14 000,00 zł

Dla pakietu nr: 6 – 4 300,00 zł,

Dla pakietu nr: 7 – 4 300,00 zł,

Dla pakietu nr: 8 – 4 600,00 zł,

Dla pakietu nr: 9 – 300,00 zł,

Dla pakietu nr: 10 – 2 600,00 zł,

Dla pakietu nr: 11 – 1 500,00 zł,

Dla pakietu nr: 12 – 10 000,00 zł,

Dla pakietu nr: 13 – 2 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 14 – 13 500,00 zł,
Dla pakietu nr: 15 – 3 500,00 zł,
Dla pakietu nr: 16 – 57 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 17 – 95 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 18 – 70 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 19 – 120 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 20 – 125 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 21 – 7 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 22 – 89 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 23 – 114 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 24 – 45 000,00 zł,
Dla pakietu nr: 25 – 17 500,00 zł,
Dla pakietu nr 26 – 12 000,00 zł,
Każda z dostaw.

2) spełnianie warunków określonych przez Zamawiającego w Zał. nr 1 do SIWZ:

- na podstawie oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przedmiot zamówienia dopuszczony jest do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019r. poz. 175),
- na podstawie opisów, fotografii (katalogów) przedmiotu zamówienia w języku polskim odzwierciedlających parametry przedmiotu zamówienia zgodnego z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

III.1.5) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.2) **Warunki dotyczące zamówienia**

III.2.2) **Warunki realizacji umowy:**

III.2.3) **Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

Sekcja IV: Procedura

IV.1) **Opis**

IV.1.1) **Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) **Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

IV.1.4) **Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

IV.1.6) **Informacje na temat aukcji elektronicznej**

IV.1.8) **Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) **Informacje administracyjne**

IV.2.1) **Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

IV.2.2) **Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 13/03/2020

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**

IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 13/03/2020

Czas lokalny: 09:15

Miejsce:

Siedziba Zamawiającego w Sali konferencyjnej (Biblioteka).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu:

Dla pakietu nr: 1 – 700,00 zł,

Dla pakietu nr: 2 – 450,00 zł,

Dla pakietu nr: 3 – 1 780,00 zł,

Dla pakietu nr: 4 – 200,00 zł,

Dla pakietu nr: 5 – 730,00 zł,

Dla pakietu nr: 6 – 220,00 zł,

Dla pakietu nr: 7 – 220,00 zł,

Dla pakietu nr: 8 – 230,00 zł,

Dla pakietu nr: 9 – 15,00 zł,

Dla pakietu nr: 10 – 130,00 zł,

Dla pakietu nr: 11 – 80,00 zł,

Dla pakietu nr: 12 – 500,00 zł,

Dla pakietu nr: 13 – 100,00 zł,

Dla pakietu nr: 14 – 700,00 zł,

Dla pakietu nr: 15 – 180,00 zł,

Dla pakietu nr: 16 – 2 900,00 zł,

Dla pakietu nr: 17 – 4 800,00 zł,

Dla pakietu nr: 18 – 3 500,00 zł,

Dla pakietu nr: 19 – 6 100,00 zł,

Dla pakietu nr: 20 – 6 300,00 zł,

Dla pakietu nr: 21 – 390,00 zł,

Dla pakietu nr: 22 – 4 500,00 zł,

Dla pakietu nr: 23 – 5 800,00 zł,

Dla pakietu nr: 24 – 2 300,00 zł,

Dla pakietu nr: 25 – 900,00 zł,

Dla pakietu nr: 26 – 600,00 zł,

DATA UZNANIA WPŁATY BĘDZIE DATA WPŁYWU NA KONTO ZAMAWIAJĄCEGO.

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A O/Wałbrzych 36 1500 1764 1217 6005 2413 0000.

Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- 3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 310)
- Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu
 - inspektorem ochrony danych osobowych w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego jest Jarosław Golec, mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 74/6489696;
- Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa: folia przylepna, ręczniki z włókniny, plazma – asortyment jednorazowy, testy, wkłady, filtry, myjnia – dezynfekator, filtr spirometryczny 83-C, zestaw do punkcji, zastawka Heimlicha, końcówka noża harmonicznego, staplery, ładunki, obuwie gumowe, endoprotezy piersi, implanty, siatki, sizery, nóż do portu bocznego, aparaty do żywienia pozajelitowego” – nr Zp/8/PN-8/20 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
 - Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180, ust. 5 zdanie drugie Pzp w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w

terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Państwo: Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

05/02/2020