



Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
26-026 Morawica, ul. Spacerowa 5

REGON 000290110

NIP 657-21-87-534

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000009702

www.morawica.com.pl

szpital@morawica.com.pl

centrala

liczba Przyjęć

fax

(41) 36 41 399

(41) 36 41 302

(41) 36 41 299

Nr sprawy EZP-252-1/2021

Morawica, 15.04.2021r.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NR 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: **Zakup analizatora immunochemicznego oraz dostawa odczynników.**

Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 6, ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) poniżej przekazuje odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz przesuwając termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

Nowy termin składania i otwarcia ofert wyznacza się na:

Termin składania ofert: 2021-04-26 godz. 10:45

Termin otwarcia ofert: 2021-04-26 godz. 11:00

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający modyfikuje zapis w części XV SWZ „Termin związania z ofertą „punkt 1 nadając mu brzmienie:

*Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert tj.: **do dnia 2021-05-25** przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.*

informuje również, że:

Pytanie nr 1 W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 13.04.2021 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie analizatora, który będzie dodatkowo wykorzystywał kontrole wewnętrznelaboratoryjne niezależnego producenta w celu przeprowadzenia codziennej kontroli na 2 poziomach.
Uzasadnienie:

Takie rozwiązanie pozwoli Zamawiającemu przeprowadzać codzienną kontrolę jakości przy użyciu kontroli niezależnej, która będzie kontrolować zarówno system jak i odczynniki i możliwość złożenia ofert przez większą ilość oferentów.

Odp. Zamawiający, dopuszcza oraz modyfikuje załącznik nr 2a i zamieszcza go w osobnym pliku pod nazwą Zał. 2a do SWZ formularz asortymentowy analizator_zmodyfikowany_2

Powyższe informacje prosimy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Treść odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.morawica.com.pl w dniu 15.04.2021 roku

p.o. Z-cy Dyrektora
ds. Lecznictwa
15.04.2021
Lekarz med. Ewa Pieciewicz
SPECJALISTA PSYCHIATRA

Alkohol
Z