



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 22/ **226** /2019

Wrocław, dnia 20.05.2019 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa aparatury medycznej*”.

Pytanie nr 1 - Zadanie nr 2, pozycja nr 3

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z podstawą jezdnią na 4 kołach z blokadą i przestrzenią załadowniczą w nim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z podstawą jezdnią na 4 kołach z blokadą i przestrzenią załadowniczą w nim. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 2 - Zadanie nr 2, pozycja nr 11

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w wysoce efektywny antywirusowy i antybakteryjny filtr MERV 14 wg ASHRAE Standard 2012-52.2 o efektywności 99,99% dla cząstek 0,2 mikrona co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych filtrów w kocykach grzewczych i efektywność urządzenia w redukcji zakażeń miejsca operowanego została udowodniona w szeregu badań klinicznych

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3 - Zadanie nr 2, pozycja nr 16

Prosimy o dopuszczenie kocy z perforowanej włókniny i folii propylenowych , radioprzeziernych, niepalnych (I klasa palności zgodnie z 16 CFR 1610 Consumer Products Safety Commission)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4 – Zadanie nr 2, pozycja nr 18

Prosimy o dopuszczenie kocy z wykonanych z wielowarstwowej włókniny oraz folii o właściwościach izolacyjnych, które zapewniają utrzymywanie ciepła pacjenta również po odłączeniu urządzenia ogrzewającego

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższego rozwiązania. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 – Zadanie nr 2, pozycja nr 19

Prosimy o dopuszczenie kocy z perforowanej włókniny i folii propylenowych, radioprzeziernych, niepalnych (I klasa palności zgodnie z 16 CFR 1610 Consumer Products Safety Commission) współpracującego z urządzeniem wyposażonym w wysoce efektywny antywirusowy i antybakteryjny filtr co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych filtrów w kocykach grzewczych w rozmiarze 213x91 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kocy z perforowanej włókniny i folii propylenowych, radioprzeziernych, niepalnych (I klasa palności zgodnie z 16 CFR 1610 Consumer Products Safety Commission) współpracującego z urządzeniem wyposażonym w wysoce efektywny antywirusowy i antybakteryjny filtr co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych filtrów w kocykach grzewczych o SZEROKOŚCI MINIMUM 110 CM. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5 – Zadanie nr 2, pozycja nr 5 i 6

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze 7,3 kg i wymiarach 33cm x 33cm x 35cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wadze 7,3 kg i wymiarach 33cm x 33cm x 35cm

Pytanie nr 6 - Zadanie nr 2, pozycja nr 14

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o głośności pracy w zakresie max 48-53 dB

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o głośności pracy w zakresie max 48-53 dB

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk