

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Parametry techniczne: Kozetka lekarska regulowana o zwiększonym udźwigu- 4 szt.

PAKIET NR 6, poz. 1

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

Kozetka lekarska regulowana o zwiększonym udźwigu

Nazwa producenta:

Nazwa i typ:

L.p.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY – Podać
1.	Kozetka lekarska regulowana o zwiększonym udźwigu, bariatryczna, zapewniająca stabilność,	
2.	Rok produkcji - nie starszy niż 2023	
3.	Kozetka wyposażona w dwa koła zapewniające mobilność oraz na przedzie kozetki stopy zapewniające jej stabilność	
4.	Dwuczęściowe leżysko – podglówek bez otworu	
5.	Zaglówek regulowany sprężyną gazową.	
6.	Regulacja wysokości – elektryczna.	
7.	Szerokość kozetki: min.70 cm	
8.	Wysokość regulowana: 60-100 cm	
9.	Długość: 200 cm	
10.	Kąt odchylenia zagłówka: od -90° do +45°	
11.	Wieszak na podkład jednorazowy w rolce.	
12.	obciążenie: min. 200 kg	
13.	Rodzaj tapicerki: zmywalna, odporna na środki chemiczne	
14.	Certyfikacja Wyrobów Medycznych, CE	
15.	Wpis lub zgłoszenie do RWM w Polsce	
16.	Gwarancja min. 24 miesiące	<i>podać</i>
17.	Firmowe materiały informacyjne producenta lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów oferowanego wyrobu	
18.	Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty	

UWAGA:

1. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.
2. Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.
3. Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

Modyfikacje:

- Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską wyposażoną w 4 koła i 4 stopki,
- Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską o wysokości regulowanej 45 – 95 cm,
- **Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską o długości 195 cm (+8cm)**
- Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską z pełnym zagłówkiem regulowanym w przedziale -80° do 45°.
- **Zamawiający wymaga Szerokość kozetki: min.70 cm,**
- **Zamawiający dopuszcza kozetkę lekarską z regulacją zagłówka za pomocą sprężyny gazowej w zakresie + 40 / - 70,**

Dokument elektroniczny, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym