

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania

Dostawa sprzętu do Pracowni Endoskopii

Znak sprawy: ZP/36/ZCO/2024

Działając zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Pakiet 1, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii o średnicy otwarcia 15 mm lub 25 mm (do wyboru Zamawiającego)?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 2

Pakiet 2, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne do zimnej biopsji? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 3

Pakiet 2, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne typu „Jumbo” do kanału 3,2 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 4

Pakiet 3, poz. 1, 2. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę w ostonce plastikowej nieumożliwiającej schowanie się całego klipsa do wewnątrz oraz bez stopera zapobiegającego? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 5

Pakiet 4. Czy Zamawiający dopuści ustniki endoskopowe z otworem głównym o śr. 22x27 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 6

Pakiet 5. Czy Zamawiający dopuści zestaw do opaskowania żyłaków przełyku, jednorazowego użytku, składający się z nasadki na endoskop zawierającej 7 opasek czarnych oraz głowicy z nicią o długości 1650mm do zrzucania opasek połączoną fabrycznie z pokrętkiem działającym w dwóch kierunkach i pokrętkiem do napinania nici, nasadka z nicią do zrzucania opasek łączona przez przełożenie pętli za pętlę, w głowicy port z łącznikiem Luer-Lock do przepłukiwania miejsca obliteracji, zrzucenie gumki zasygnalizowane mechanicznie i dźwiękowo. Współpracuje z endoskopem o minimalnej średnicy 9,3mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 7

Pakiet 6. Czy Zamawiający dopuści testy ureazowe bez łopatki do nakładania pobranego materiału?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 8

Pakiet 7, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści cewnik typu spray 2,4 mm x 2300 mm?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 9

Pakiet 7, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści jednorazowe urządzenie podwiązujące o średnicy pętli 30 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 10

Pakiet 12, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku, z mechanizmem płynnego obrotu o 360°. Cięciwa monofilament o długości 20mm, 25mm lub 30 mm (do wyboru Zamawiającego), średnica narzędzia 2,0mm z końcówką dystalną zwężaną do 1,75mm, nosek o długości 5mm. Długość narzędzia 1800mm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG. Pakowany pojedynczo w sterylne pakiety?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 11

Pakiet 12, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści sfinkterotom trójkanałowy z igłą, jednorazowego użytku. Średnica narzędzia 2,0mm, końcówka dystalna o średnicy 1,6 mm, igła o długości 5mm. Długość narzędzia 1800 mm. Kompatybilny z przewodnikiem 0,035". Posiada znaczniki widoczne w obrazie RTG?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 12

Pakiet 14, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści przewodnik z końcówką hydrofilną o długości 50 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 13

Pakiet 14, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści przewodnik z końcówką hydrofilną o długości 50 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytanie nr 14

Pakiet 12, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści przewodnik o średnicy 0,035", z końcówką hydrofilną o długości 50 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Treść pytania nie dotyczy pozycji 3 w Pakiecie nr 12. Jednocześnie w Pakiecie 14, poz.3 zamawiający dopuszcza powyższe.

Treść udzielonych odpowiedzi stanowi integralną część SWZ.

Uwaga: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uaktualnić Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 1a do SWZ) zgodnie z udzielonymi odpowiedziami i adekwatnie do oferowanych produktów.

Zatwierdził
Kierownik Zamawiającego