

L.dz. DAG / 382 / 120 / 2024

Dotyczy: postępowania nr TP-25/24 prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na dostawę preparatów do dezynfekcji i pielęgnacji skóry oraz dezynfekcji pracowni cytostatyków.

Stosownie do postanowienia art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2023 poz. 1605 ze zm.), ZAMAWIAJĄCY – Zachodniopomorskie Centrum Onkologii z siedzibą w Szczecinie, przekazuje poniżej, treść otrzymanych zapytań wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1, dotyczy pakietu 4:

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści do postępowania w poz. 1 wyrób medyczny klasy IIB na bazie kwasu podchlorawego 50ppm (HOCl/NaOCl), który jest stosowany do oczyszczania i nawilżania ran przewlekłych, ostrych, chirurgicznych oraz zanieczyszczonych, a także oparzeń pierwszego i drugiego stopnia. Roztwór może być stosowany na wrażliwe tkanki takie jak chrząstki, ścięgna, więzadła i kości, a także w uchu, jamie ustnej, na rany chirurgiczne (sródoperacyjne i pooperacyjne) oraz przetoki. Nietoksyczny, nie drażniący tkanek; wspomaga fizjologiczny proces gojenia ran. Niwelujący nieprzyjemny zapach z ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy. Wielkość opakowania 250 ml?

Odpowiedź nr 1:

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w SWZ.

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu 4:

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści do postępowania w poz. 2 wyrób medyczny klasy IIB na bazie kwasu podchlorawego 50 ppm (HOCl/NaOCl), który jest stosowany do oczyszczania i nawilżania ran przewlekłych, ostrych, chirurgicznych oraz zanieczyszczonych, a także oparzeń pierwszego i drugiego stopnia. Roztwór może być stosowany na wrażliwe tkanki takie jak chrząstki, ścięgna, więzadła i kości, a także w uchu, jamie ustnej, na rany chirurgiczne (sródoperacyjne i pooperacyjne) oraz przetoki. Nietoksyczny, nie drażniący tkanek; wspomaga fizjologiczny proces gojenia ran. Niwelujący nieprzyjemny zapach z ran. Produkt otrzymywany drogą elektrolizy. Wielkość opakowania 1 000 ml?

Odpowiedź nr 2:

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w SWZ.

Pytanie nr 3, dotyczy pakietu 4:

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści do postępowania w poz. 3 żel do oczyszczania i nawilżania ran z zawartością kwasu podchlorawego HOCl 50ppm, oraz podchlorynu sodu NaOCl 50 ppm, który jest stosowany do oczyszczania i nawilżania ran przewlekłych, ostrych, chirurgicznych oraz zanieczyszczonych, a także oparzeń pierwszego i drugiego stopnia. Butelka z atomizerem. Wielkość opakowania 250g?tyczy złącznika nr 1 do SWZ poz. 11:

Odpowiedź nr 3:

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w SWZ.



Pytanie nr 4, dotyczy pakietu 4, poz. 1-3:

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego opisy SWZ w postaci gotowego do użycia roztwór wodnego o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i natleniającym tkanki, przeznaczony do płukania śródoperacyjnego jam ciała, ran pooperacyjnych, przetok oraz przewlekłych owrzodzeń, oparzeń termicznych I-go i II-go stopnia, chemicznych i elektrycznych, odczynów popromiennych zawierającego kwas podchloryny HOCl do 50 ppm i podchloryn sodu NaOCl. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy III i ważność po otwarciu 30 dni.

Odpowiedź nr 4:

ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na powyższe. Zaproponowany produkt przez WYKONAWCĘ posiada za krótki termin ważności po otwarciu opakowania. ZAMAWIAJĄCY podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 5, dotyczy projektu umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych ZAMAWIAJĄCY dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust 1 :

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:
 - 1) w wysokości 0,5% wartości netto niezrealizowanej w terminie części danego zamówienia, za każdy dzień zwłoki w dostawie wszystkich spóźnionych produktów łącznie, nie mniej niż 50 zł łącznie naliczonej kary od wszystkich spóźnionych produktów w ramach danego zamówienia za każdy dzień zwłoki. Każdorazowa dostawa części spóźnionego zamówienia zmniejsza podstawę do naliczenia kary. Jako zwłokę w dostawie ZAMAWIAJĄCY uznaje wszelkie niezgodności w stosunku do zamówienia tj. ilościowe, jakościowe lub uszkodzenie towaru,
 - 2) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY
 - 3) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 2,5% kwoty netto, której WYKONAWCA nie zapłacił lub z której zapłatą popadł w zwłokę za każdy przypadek.

Odpowiedź nr 5:

ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na zmianę SWZ. Kary umowne mają za zadanie dyscyplinować WYKONAWCĘ, co ma szczególne znaczenie w przypadku obowiązków dostaw przedmiotu zamówienia związanego z udzielaniem świadczeń medycznych.

Pytanie nr 6, dotyczy pakietu nr 7:

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści w pakiecie nr 7, pozycji 1 płyn do płukania jamy ustnej konfekcjonowany w opakowaniu 0,5 L z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź nr 6:

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza powyższe z odpowiednim przeliczeniem pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w SWZ.



Pytanie nr 7, dotyczy pakietu nr 7:

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści w pakiecie nr 7, pozycji 1 płyn do płukania jamy ustnej konfekcjonowany w opakowaniu 5L z odpowiednim przeliczeniem z dołączoną pompką do dozowania?

Odpowiedź nr 7:

ZAMAWIAJĄCY nie wyraża zgody na powyższe. Zaproponowana wielkość opakowania jest dla ZAMAWIAJĄCEGO nie wygodna w użytkowaniu.

Pytanie nr 8, dotyczy pakietu nr 7:

Czy ZAMAWIAJĄCY dopuści w pakiecie nr 7, pozycji 1 płyn do płukania jamy ustnej zawierający w składzie Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Chlorhexidine Digluconate (0,12%), Aroma, Menthol, Mentha Piperita Leaf Extract, Mentha Piperita Oil, CI 42090.

Odpowiedź nr 8:

ZAMAWIAJĄCY dopuszcza powyższe pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań opisanych w SWZ.

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie: Marta Krysiak, nr tel. 91 42 51 431

**Zastępca Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii**

