

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: PN 09/24- Dostawa materiałów rehabilitacyjnych oraz drobnego sprzętu medycznego

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (TJ Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Pakiet 6 Termometr bezdotykowy Pozycja 7

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie termometru z automatycznym zapamiętaniem ostatniego wyniku pomiarowego, 25 wyników pomiarów pamięci ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź 1 – Zamawiający dopuszcza termometr bezdotykowy z automatycznym zapamiętaniem ostatniego wyniku pomiarowego, 25 wyników pomiarów pamięci.

Pytanie 2 Pakiet 6 Termometr bezdotykowy Pozycja 9

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie termometru z automatycznym wyłączaniem się urządzenia po ok. 60 s. w celu oszczędzania energii? Reszta bez zmian.

Odpowiedź 2 – Zamawiający nie dopuszcza termometru bezdotykowego z automatycznym wyłączaniem się urządzenia po ok. 60 s. Zapis w OPZ pozostaje niezmienny.

Pytanie 3 Pakiet 6 Termometr bezdotykowy Pozycja 11

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie termometru z zakresem pomiaru temperatury ciała: min. 35,0Q C - 42,0Q C? Reszta bez zmian.

Odpowiedź 3 – Zamawiający nie dopuszcza termometru bezdotykowego z zakresem pomiaru temperatury ciała: min. 35,0 st. C – 42,0 st. C. Zapis w OPZ pozostaje niezmienny.

Pytanie 4 Pakiet 6 Termometr bezdotykowy Pozycja 12

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie termometru z zakresem pomiaru temperatury powierzchni: min. 22,0Q C - 42,2,0Q C? Reszta bez zmian.

Odpowiedź – Zamawiający nie dopuszcza termometru bezdotykowego z zakresem pomiaru temperatury powierzchni: min. 22,0 st. C – 42,0 st. C. Zapis w OPZ pozostaje niezmienny.

Pytanie 5 Pakiet 6 Termometr bezdotykowy Pozycja 15

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie termometru wymiary: (D x S x W) 39 mm x 45 mm x 155 mm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź 5 – Zamawiający dopuszcza termometr bezdotykowy wymiary: (D x S x W) 39 mm x 45 mm x 155 mm.

Pytanie 6 Pakiet 8 Pulsoksymetr napalcowy Pozycja 7

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie pulsoksymetra wymiary (D x S x W): 63 mm x 41 mm x 31 mm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź 6 – Zamawiający dopuszcza pulsoksymetr o wym. 63 mm x 41 mm x 30 mm.

Pytanie 7 Pakiet 8 Pulsoksymetr napalcowy Pozycja 9

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie pulsoksymetra a zakresem pomiarowym SpO2:

35% - 99% ? Reszta bez zmian.

**Odpowiedź 7 – Zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru z zakresem SpO2: 35% - 99%.
Zapis w OPZ pozostaje niezmienny.**

Pytanie 8 Pakiet 8 Pulsoksymetr napalcowy Pozycja 10

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie pulsoksymetru a zakresem pomiarowy częstotliwości pulsu: min. 30 - 240 uderzeń / minutę (podziałka 1 uderzenie na minutę) ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź 8 – Zamawiający nie dopuszcza pulsoksymetru z zakresem pomiarowym częstotliwości pulsu 30 -240 uderzeń / min. Zapis w OPZ pozostaje niezmienny.

Sporządziła: Elwira Stołba
